

Nr postępowania: ZP/14/057/D/22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	jednostka miary	Ilość
1	Amoniak - testy kuwetowe	Amoniak, zakres co najmniej 2-47 mgN/l, 1 opak.=25 szt. testów; Testy kuwetowe	op.	20
2	azotyny - testy kuwetowe	Azotyny, zakres co najmniej 0,6 – 6,0 mgN/l, 1 opak.=25 szt. testów; Testy kuwetowe	op.	5
3	azotyny - testy kuwetowe	Azotyny, zakres co najmniej 2 – 90 mgN/l, 1 opak.=25 szt. testów. Testy kuwetowe	op.	15
4	azotyny - testy kuwetowe	Azotany, zakres co najmniej 5 - 35 mgN/l, 1 opak.=25 szt. testów. Testy kuwetowe	op.	12
5	azotyny - testy kuwetowe	Azotany, zakres co najmniej 0,23 - 13,5 mgN/l, 1 opak.=25 szt. testów. Testy kuwetowe	op.	5
6	ChZT - testy kuwetowe	ChZT, zakres co najmniej 100-2000 mg/l, 1 opak.=25 szt. testów; Testy kuwetowe	op.	15
7	ChZT - testy kuwetowe	ChZT, zakres co najmniej 5-60 mg/l, 1 opak.=25 szt. testów; Testy kuwetowe	op.	8

Testy kuwetowe muszą być przystosowane do pracy na posiadanym przez Zamawiającego spektrofotometrze DR 3900 i DR2800 firmy Hach Lange, a w szczególności powinny posiadać: średnicę 13 mm oraz kod paskowy umożliwiający automatyczny odczyt na spektrofotometrze.