



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 124/03/2022

Chrzanów, 16.03.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nr 21/2022 na „Dostawa łóżek elektrycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem, a podwoziem wynoszącą 110 mm na odcinku 1300 mm, co w zupełności wystarcza do umożliwienia łatwego przejazdu przez progi oraz wjazdu do dźwigów osobowych?

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz-AIT.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem, a podwoziem wynoszącą 135 mm na odcinku 1300 mm, co w zupełności wystarcza do umożliwienia łatwego przejazdu przez progi oraz wjazdu do dźwigów osobowych?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada wymiar leża wynoszący 850x2000 mm? – co nieznacznie odbiega od wymogów SWZ.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

4. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0-74° bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu segmentu oparcia pleców?

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz-AIT.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi około 30 sekund? Jest to niewielka różnica od parametru wymaganego- wynosząca jedynie 5 sekund. Nie wpływa to negatywnie w żaden sposób na jakość i funkcjonalność oferowanego produktu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne z leżem wypełnionym siatką mocowaną na stałe?

Odp.: Nie.

7. **W punkcie 18 AIT** Zamawiający wskazał konkretną technologię wykonywania szczytów tworzywowych poliwęglanowych (rotomoulding). Jest to jedna z wielu obecnie stosowanych technologii, nie mająca żadnego wpływu na ich funkcjonalność i jako taka nie może stanowić kryterium oceny ofert. Prosimy zatem o dopuszczenie do zaoferowania: Szczyty łóżka tworzywowe z kolorowymi wklejkami – kolor do uzgodnienia na etapie podpisania umowy, wykonane w całości (jednolity odlew, bez miejsc łączenia), łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, bez blokady na czas transportu, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8. **Dotyczy punktu 19 AIT:** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z barierkami bocznymi wykonanymi z trzech poziomych profili stalowych rurkowych o średnicy 25 mm oraz z następującą, bezpieczną metodą składania lub rozkładania barierek:

- przytrzymanie górnej barierki jedną ręką
- odciążenie zatrzasku blokady drugą ręką (zatrzask ten znajduje się w dolnej części konstrukcji barierki)
- złożenie barierki wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca

Zaoferowane barierki spełniają normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, a ich składanie nie poszerza obrysu łóżka w momencie składania i rozkładania. Barierki złożone lub rozłożone także nie poszerzają gabarytów łóżka.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, którego podstawa jezdna wyposażona jest w koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne z bezpiecznym obciążeniem wynoszącym 230 kg?

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz-AIT.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik, którego tylna część blatu wyposażona jest w reling ze stali nierdzewnej (co jest parametrem lepszym od wymaganego), posiadający tworzywową haczyk na ręcznik?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik bez tworzywowego uchwytu na szklankę?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik bez bocznych krawędzi zabezpieczonych aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”? Blat stolika wykonany jest z HPL- wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa łatwego w utrzymaniu czystości. W tym przypadku dodatkowe aluminiowe listwy wydają się być dodatkiem niepotrzebnym. Ich zastosowanie może powodować powstawanie siedlisk bakterii.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik, w którym wysokość półki na prasę wynosi 154 mm? Jest to parametr niewiele mniejszy od wymaganego, który nie wpływa negatywnie na funkcjonalność stolika.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik posiadający szufladę dolną wyposażoną w odejmowany tworzywową (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wewnątrz szuflady na 2 części – wysokość szuflady 370 mm?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik posiadający głębokość wynoszącą 445 mm?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik, w którym zmianę wysokości rozłożonego blatu bocznego uzyskuje się przy pomocy sprężyny gazowej, którą zwalnia się przyciskiem? Przycisk zwalniający umieszczony jest na wysokości blatu





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

głównego szafki, nie wymusza konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik, w którym sprężyna gazowa nie jest osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie? Brak osłony w żaden sposób nie wpływa negatywnie na funkcjonalność stolika.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik, którego blat półki bocznej posiada burty wykonane z pasków HPL o wysokości 14 mm, które zabezpieczają dwie krawędzie blatu- zamiast aluminiowych listew w kształcie litery „C”? Jest to rozwiązanie bardziej higieniczne. W tym przypadku dodatkowe aluminiowe listwy wydają się być parametrem niepotrzebnym. Ich zastosowanie może powodować powstawanie siedlisk bakterii.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2230 mm?

Odp.: Nie.

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1080 mm?

Odp.: Nie.

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu uda 0-35 °?

Odp.: Nie.

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji kąta przechyłu Trendelenburga 0-14°?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji kąta przechyłu anty - Trendelenburga 0-14°?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT.

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości 420-810 mm?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz-AIT i odpowiedziami na zapytania z 11.03.2022 – odpowiedź na pytanie nr 4 (pismo 116/03/2022 Z 11.03.2022).

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 230 kg?

Odp.: Nie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu oparcia pleców z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu 72°?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

lek. med. Izabela Kiełbalska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892