



Wrocław, dnia 28.09.2023r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-45/2023

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na Dostawę Lodówek do przechowywania odciągniętego mleka, termotorby, przenośne lodówki, boksy termiczne

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zaproponowanie chłodziarki o:

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 601/618/820

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) 440/435/670

- z drzwiami przeszklonymi

- nie posiadającej wejścia na kartę SD

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1 - Chłodziarka farmaceutyczna. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 122 litrów, spełniająca wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet nr 4 - Boksy termiczne

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 19l i wymiarach 526x356x379 mm (SzxGxW) bez podszewki z folii aluminiowej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 22l i wymiarach 386x363x314 mm (SzxGxW) bez podszewki z folii aluminiowej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 5

3. Jaki czas utrzymywania temperatury + 2 °C do + 8 °C wymaga Zamawiający? Jest to niezbędne do dobrania odpowiedniej liczby wkładów.

Odp. Czas utrzymywania 4-5 godzin

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści lodówkę wyposażoną w drzwi przeszkłone, wykonane z szyby zespolonej o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści lodówkę wyposażoną w drzwi przeszkłone, wykonane z szyby zespolonej o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej z foliowaniem fabrycznym w kolorze obudowy uniemożliwiającym dostanie się promieni słonecznych do wnętrza urządzenia ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o szerokości 626mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wysokości 845mm?

Odp . Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o pojemności 130l ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Umowy Publiczne
Roman Komora