



Nr postępowania: 18/UCMMiT/PN/AW/2019

Gdynia, dnia 19.02.2020r.

**Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony, o wartości szacunkowej o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 2450) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), przekraczającej kwotę 139 000 euro.

Dotyczy: postępowania nr: 18/UCMMiT/PN/AW/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**SUKCESYWNE DOSTAWY PODSTAWOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZ 24 MIESIĄCE**”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych, (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu nr: 18/UCMMiT/PN/AW/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**SUKCESYWNE DOSTAWY PODSTAWOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZ 24 MIESIĄCE**”, wyjaśniamy jak niżej:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 55, 57.

Czy można wycenić produkty w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dostaw kompletnych opisanych wyrobów.

Jeżeli zamawiana ilość wyrobów/produktów nie może być dostarczona w pełnych opakowaniach handlowych występujących na rynku, (np. 1, 10 lub 20 szt. a jedyne dostępne na rynku opakowania zawierają po 12 sztuk) to należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w dół. (np. 2 opakowania po 12 sztuk).

Jeśli jednak można dostarczyć wyroby/produkty w ilości zamówionej przez Zamawiającego (istnieją opakowania zabezpieczające możliwość całkowitej dostawy wyrobów/produktów) to należy je zaoferować dostarczać w takich opakowaniach.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 55, 57.

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk, niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak dla pytania nr 1

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 55, 57.

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 4

Do treści §4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy prosimy o dopisanie następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający uszczegóławia treść §4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy w sposób jak niżej:

1. „Wykonawca dostarcza:

1) wyroby medyczne odpowiednio opakowane i oznaczone (znak CE na opakowaniu zbiorczym), o okresie ważności w chwili dostawy nie krótszym niż 6 miesięcy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę (min. za pomocą poczty e mail) na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Pytanie nr 5

Do treści §5 ust. 4 oraz §8 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.". Jednocześnie prosimy o rezygnację z zapisów upoważniających do naliczania dodatkowych kar umownych, gdyż pozostałe zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy ceny wynikającej z dokonania zamówienia zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu wzoru umowy na zaproponowany.

Pytanie nr 6

Do treści §8 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnych kar umownych za opóźnienie dostawy w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia częściowego dziennie, nie więcej niż 1000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy w sposób zaproponowany z uwagi na konieczność zabezpieczenia terminowych dostaw tak ważnych dla Zamawiającego oraz na niewysoką wartość zamówień częściowych.

Pytanie nr 7

Do treści §10 ust. 2 oraz 3 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający uregulował postępowanie w tego rodzaju sytuacji w §10 ust 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 8

Pakiet 68

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję 1, 3 i 4 ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy odrębnego zadania.

Pytanie nr 9

Pakiet 68

Do pozycji 2: Czy zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne jednorazowe, sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej, pokrywane teflonem, długość narzędzia 230 cm, średnica narzędzia 2,3 mm, do kanału operacyjnego 2,8 mm, z igłą i miseczką ząbkowaną. Pakowane oddzielnie, pojedynczo?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również zaproponowane szczypczyki biopsyjne o ile spełniają one pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie nr 10

Pakiet 68

Do pozycji 5:

Czy Zamawiający dopuści dwie szczotki w jednej cenie:

- a) szczoteczkę uniwersalną, dwustronną, do czyszczenia kanałów endoskopowych, jednorazową? Średnica włosia do czyszczenia kanałów 5 mm i z drugiej strony 10 mm, konstrukcja szczoteczki pozwala jednym wprowadzeniem przeczyścić kanał dwukrotnie. Szczoteczka zakończona z obu stron plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu i uszkodzeniu endoskopów. Długość robocza 2200mm, do kanałów o średnicy od 2,8 mm?
- oraz
- b) krótką szczotkę dwustronną, krótka służy do czyszczenia gniazd zaworów?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał w SIWZ wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z tymi wymaganiami i udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 11

Pakiet 73

Czy zamawiający dopuści klipsownice jednorazową, otwarcie ramion klipsa do 15 mm, do kanału roboczego min. 2,8 mm, długość 230 cm, funkcja rotacji 360 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie dostaw klipsownic o parametrach określonych powyżej, o ile spełniają pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 12

Zadanie 82 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do gastrostomii ze złączem EnFit?

Połączenie EnFit zastępuje dotychczas stosowane stożkowe połączenia EnLock. Zmiana jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Firma Nutricia sp. z o.o. wraz z innymi wiodącymi producentami, dostawcami i dystrybutorami urządzeń do podaży żywienia dojelitowego z całego świata podjęły współpracę aby zapobiegać niewłaściwej podaży płynów i gazów, poprzez opracowanie nowego standardu ISO dla złączy z otworami o małej średnicy (80369-3), zwanych ENFit™.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również zestawy do gastrostomii ze złączem EnFit.

Pytanie nr 13

1) Dot. pakietu nr 15, poz.1

Czy Zamawiający dopuści najmniejszą ilość zamawianej elektrody opakowanie = 50 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy 1000 szt. elektrod, nie ogranicza przy tym w jakiej wielkości opakowaniach.

2) Dot. pakietu nr 15, poz.2
Czy Zamawiający z uwagi na wykluczenie elektrod neutralnych wielorazowego użytku w stosowaniu aparatami wykreśli pozycję?

3) Dot. pakietu nr 15, poz.3
Czy Zamawiający z uwagi na wykluczenie elektrod neutralnych wielorazowego użytku w stosowaniu z aparatami wykreśli opisany kabel stosowany z elektrodami?

Odpowiedź ad. 2 i ad.3:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie elektrod neutralnych wielorazowego użytku i kabel który ma zastosowanie z wyżej wymienionymi elektrodami.

4) Dot. pakietu nr 15, poz.8
Czy Zamawiający dopuści aby najmniejsza ilość opisanej sondy w przypadku składania zamówień wynosiła op. = 10 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy 80 szt. sond jednorazowych, nie ogranicza przy tym w jakiej wielkości opakowaniach

5) Dot. pakietu nr 15, poz.9
Czy w poz. 9 wkradła się oczywista omyłka i opisany nożyk ma być kompatybilny z poz. 7?

Odpowiedź:

Tak zamawiający nanosi poprawkę, że pozycja 9 ma być kompatybilna z poz. 7.

6) Dot. pakietu nr 15, poz.9
Czy Zamawiający dopuści aby najmniejsza ilość w przypadku zamówień wynosiła op. = 5 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy 20 szt., nie ogranicza przy tym w jakiej wielkości opakowaniach.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 78

Bardzo prosimy o informację, jakich konkretnie narzędzi Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy § 5 ust. 1, 3 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia braków (ust.1) oraz wymiany towaru (ust.3) na 3 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru bądź uzupełnienie braków w ciągu 48 godz. jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy § 5 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 5 ust. 4 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [.....]
"z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie

Odpowiedź:

Zamawiający musi zapewnić terminowe dostawy wyrobów bardzo ważnych w działalności Zamawiającego, stąd nie wyraża zgody na proponowany zapis w umowie.

Pytanie nr 17

Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy

Wnoskujemy o zmianę zapisów w/w paragrafu na:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub niezrealizowanej części niniejszej umowy (z uwzględnieniem części umowy której dotyczy reklamacja) wraz z naliczeniem kar umownych określonych w § 8 ust. 2 umowy w następujących przypadkach:
 - a. 3 kolejnych dostaw wyrobów niezgodnych pod względem jakości lub ilości lub nie zawierających wymaganych dokumentów,
 - b. gdy Wykonawca 3-krotnie, odmówi uwzględnienia reklamacji lub nie uwzględni jej w terminie wskazanym w niniejszej umowie, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy.
 - c. trzykrotnego, kolejnego opóźnienia w dostawie w stosunku do terminów wskazanych w § 3 i § 5 reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w sposób zaproponowany.

Pytanie nr 18

Dotyczy § 8 ust. 1 wzoru umowy

W projekcie Umowy paragraf 8 ust. 1 jest zapis:

"Zamawiający może naliczyć kary umowne za opóźnienie w dostawie w wysokości 3% wartości zamówienia częściowego netto, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy w stosunku do terminów wskazanych w § 5 i § 3 Umowy."

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 3% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w przypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji.

Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy w sposób zaproponowany z uwagi na konieczność zabezpieczenia terminowych dostaw tak ważnych dla Zamawiającego oraz na niewysoką wartość zamówień częściowych.

Pytanie nr 19

Pytanie 5 dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga postępowania w niniejszym przetargu, zgodnie z zasadami określonymi w PZP oraz w SIWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 35, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice nitrylowe diagnostyczne, niejałowe grubość na palcu min. 0,08mm - max. 0,12mm, grubość na dłoni min 0,05mm, grubość na mankiecie min. 0,04mm, mankiety rolowane, długość min. 240mm. Powierzchnia rękawic gładka z teksturą na końcach palców, polimerowane/chlorowane od wewnątrz. Rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiary XS- XL. Zgodne z normą EN 455-1-2-3. Przebadane zgodnie z normą EN 374-3, EN 420.

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu dla rękawic nitrylowych.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostaw zgodnych z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści piankę z dodatkiem sinidonu, pojemność 500 ml?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i nie zmienia wymagań dotyczących opisu SIWZ

Pytanie nr 22

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy perfumowany, średnica czepka 29 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i nie zmienia wymagań dotyczących opisu SIWZ

Pytanie nr 23

Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z Pakietu nr 8 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 100 g/m2 część przednia i 70 g/m2 część tylna?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 25

Pakiet nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę o następującym opisie:

- Prostokątna rękawica do mycia ciała pacjenta
- Wzmocniony zgrzew boczny zwiększający wytrzymałość myjki
- Bardzo miękka, niestrzępiąca się tkanina
- Standard 100 Klasa 1, który pozwala na kontakt ze skórą niemowląt

- 100% do recyklingu
- Materiał - 50% wiskoza, 50% poliester
- Rozmiar 155mm x 210mm
- Gramatura 75 g / m²
- Odporność na zrywanie 1250 N / m
- Zdolność absorpcji: 750%
- Brzegi zgrzane ultradźwiękami
- antyalergiczna?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opakowanie handlowe a' 50 sztuk?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również opakowania handlowe a 50 szt.

Pytanie nr 27

Pakiet nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z materiału SMS?

Odpowiedź:

Tak o ile spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści długość około 110 cm?

Odpowiedź:

Tak o ile spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od „ubrania jednorazowego użytku” w zestawie?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z opisem SIWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści półmaskę dwupanelową?

Odpowiedź:

Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet nr 45 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę skalowaną co 2 cm, z otworem Murphy do intubacji oraz z podwójnym znacznikiem głębokości?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z opisem SIWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet nr 45 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę z PCV bez pokrycia silikonem, z podziałką co 2 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z opisem SIWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet nr 45 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z podwójnym mankietem o następującym opisie:

- wykonana z termoplastycznego PVC
- dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe
- linia rtg na całej długości
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- wersja ze stałym lub ruchomym szyldem
- prowadnica
- 2 tasiemki mocujące
- baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z opisem SIWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet nr 45 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści następujące kodowanie:

- 1 – różowy
- 2 – żółty
- 3 – zielony
- 4 – czerwony
- 5 - niebieski?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie kodowanie i wymaga spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet nr 45 poz. 7

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „specjalne uźebrowanie na zewnętrznej stronie maski”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 36

Pakiet nr 45 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści następujące kodowanie:

- 0 - biały
- 1 – różowy
- 2 – żółty
- 3 – zielony
- 4 – czerwony
- 5 – niebieski
- 6 - pomarańczowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie kodowanie i wymaga spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Pytanie nr 37

Pakiet nr 45 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści następujące długości łyżek Macintosh:
Rozmiar 2 – 120 mm
Rozmiar 3 – 140 mm
Rozmiar 4 – 160 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również ww. długości łyżek Macintosh pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 38

Pakiet nr 45 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z ringiem w kolorze zielonym ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również rękojeść z ringiem w kolorze zielonym ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 o ile spełnia pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie nr 39

Pakiet nr 45 poz. 13

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 14 z Pakietu nr 45 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 40

Pakiet nr 68 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4 z Pakietu nr 68 i utworzy z niej oddzielne zadanie co pozwoli na składanie ofert tylko na ten asortyment?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 41

Pakiet 28, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 42

Pakiet 28, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 43

Pakiet 28, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 44

Pakiet 28, poz. 4

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 45

Pakiet 32, poz. 1-3,5,7,8-9,12,17

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5,7,8-9,12,17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 46

Pakiet 32, poz. 8

Czy zamawiający dopuści koc o wymiarze 210 cm x 160 cm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza również pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 47

Pakiet 33, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 48

Pakiet 39, poz. 3-5,11,19

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-5,11,19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 49

Pakiet 39, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści jednostronną skalę pomiarową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 50

Pakiet 49, poz. 4

Czy zamawiający dopuści nerki o wymiarze 245 mm x 115 mm x 50 mm, o pojemności 900 ml?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 51

Pakiet 50, poz. 2,6-7

Czy zamawiający wydzieli poz. 2,6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 52

Pakiet 50, poz. 2,6-7

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również przyrządy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ

Pytanie nr 53

Pakiet 50, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 54

Pakiet 50, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści IS bursztyn. bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, bez osłonki na butelkę?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 55

Pakiet nr 9

Poz. 1, 3, 4, 5, 9

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 9 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów dorosłych o wadze powyżej 40 kg, wpinanych bezpośrednio do kardiomonitora, o długości kabla 3 m

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również czujnik przeznaczony dla pacjentów dorosłych o wadze powyżej 40 kg, wpinany bezpośrednio do kardiomonitora, o długości kabla 3 m pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ.

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie czujników, wpinanych bezpośrednio do kardiomonitora, o długości kabla 3 m

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również czujniki, wpinane bezpośrednio do kardiomonitora, o długości kabla 3 m pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 56

Pakiet nr 11

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie kabla głównego EKG oraz odprowadzeń o łącznej długości 3,95 m Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,4 m Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również wyżej wymienione produkty pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 12

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 14-20 cm

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 20-26 cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 59

Poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 61

Prosimy o podanie nr katalogowych stosowanych przetworników IBP?

Odpowiedź:

Zamawiający określił szczegółowo w SIWZ do jakiego urządzenia wymaga dostawy kabli i oczekuje dostaw zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie nr 60

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 42 poz. 9 igły do aspiracji szpiku kostnego typu Selective w rozmiarze 15G x 70 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza również igły do aspiracji szpiku kostnego typu Selective w rozmiarze 15G x 70 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 61

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego

przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w umowie zasady dostawy wyrobów medycznych.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników?

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedyicznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie nr 65

Pakiet nr 32 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 66

Pakiet nr 33 poz. 1,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 67

Pakiet nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczków kombi w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy koreczków combi w ilości 16000 szt., nie ogranicza w jakiej wielkości opakowań mają być dostarczane wymaga wyceny zgodnej z Formularzem ofertowo-cenowym -Załącznik SIWZ nr 2.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 33 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bezpiecznej kaniuli wykonanej z FEP z 2 paskami radiocienującymi z portem bocznym z korkiem na zawiasie klik-klack w kodzie barwnym odpowiadającym rozmiarowi Gauge kaniuli z polimerowym zatrzaskiem zabezpieczającym przed przypadkowym zakłuciem personelu z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły hamujący wypływ krwi opakowanie typu tyvec z podaną średnicą, długości kaniuli, prędkością przepływu, numerem katalogowym i numerem serii?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ

Pytanie nr 69

Pakiet nr 39 poz. 3-9, 11-15, 17, 19-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 42 poz. 1-7, 11, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 50 poz. 2, 6-8, 10-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 50 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komora z medycznego PVC z komora kroplowa o długości 62mm w części przezroczystej 55mm z filtrem antybakteryjnym, igła biorcza dwukanałowa dren o długości 150cm zakończony końcówką luer-lock z uchwytem na dren i miejscem na igłę biorczą po użyciu. Opakowanie folia papier?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 72

Pakiet nr 50 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opakowania typu folia?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ

Pytanie nr 73

Pakiet nr 50 poz. 2, 6, 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządów z PVC?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli jest to medyczny PVC i o ile spełnia pozostałe wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie nr 74

Pakiet nr 50 poz. 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z komora z medycznego PVC?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza również o ile spełnione są pozostałe wymagania opisane w SIWZ

Pytanie nr 75

Pakiet nr 50 poz. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do płynów infuzyjnych bursztynowy z komora z medycznego PVC z drenem o długości 150cm ? z osłonka pakowana osobno?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 76

Pakiet nr 50 poz. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do płynów infuzyjnych bursztynowy z komora z medycznego PVC z drenem o długości 150cm bez osłonki?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 77

Pakiet nr 50 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie karników trójdrożnych z optycznym identyfikatorem położenia otwarty zamknięty?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza również pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 78

Pakiet nr 50 poz. 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie karnika trójdrożnego z przedłużaczem 10cm wytrzymałość ciśnieniowa 4,5 bara ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 79

Pakiet nr 50 poz. 11

Bezigłowa zastawka dostępu żylnego z budowany z poliwęglanu bez mechanicznych elementów stosownie do 7dni i 600wejsc , przestrzeń martwa 0,02ml ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 80

Pakiet 28 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnej z Formularzem ofertowo-cenowym- Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie zbliżonym do pirackiej badany: wiązany na troki z tyłu, włóknina wiskozowa, perforowana 25g/m2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również czepek w kształcie zbliżonym do pirackiej badany: wiązany na troki z tyłu, włóknina wiskozowa, perforowana 25g/m2.

Pytanie nr 82

Pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 83

Pakiet 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnej z Formularzem ofertowo-cenowym- Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 84

Pakiet 28 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnej z Formularzem ofertowo-cenowym- Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 85

Pakiet 32 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści stazy automatyczne z możliwością dezynfekcji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również stazy automatyczne z możliwością dezynfekcji.

Pytanie nr 86

Pakiet 32 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniach a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dostaw kompletnych opisanych wyrobów.

Jeżeli zamawiana ilość wyrobów/produktów nie może być dostarczona w pełnych opakowaniach handlowych występujących na rynku, (np. 75, 80 lub 100 szt. a jedyne dostępne na rynku opakowania zawierają po 90 sztuk) to należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w dół. (np. 2 opakowania po 90 sztuk).

Jeśli jednak można dostarczyć wyroby/produkty w ilości zamówionej przez Zamawiającego (istnieją opakowania zabezpieczające możliwość całkowitej dostawy wyrobów/produktów) to należy je zaoferować dostarczać w takich opakowaniach.

Pytanie nr 87

Pakiet 32 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml z otworami do zawieszenie, drenem o długości 115cm zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml z otworami do zawieszenia, drenem o długości 115cm zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym.

Pytanie nr 88

Pakiet 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice na powierzchni zewnętrznej posiadające wyraźną teksturę na końcach palców?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice na powierzchni zewnętrznej posiadające wyraźną teksturę na końcach palców pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

Pytanie nr 89

Pakiet 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od strony wewnętrznej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice chlorowane od strony wewnętrznej pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

Pytanie nr 90

Pakiet 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu $0,08\text{mm} \pm 0,01$?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza również o ile spełnione są pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie nr 91

Pakiet 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 16523-1 jako równoważną do normy EN 374-3?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza również o ile spełnione są pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie nr 92

Pakiet 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'100 lub a'200 z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy 1200000 sztuk rękawic i nie ogranicza przy tym, w jakiej wielkości opakowaniach.

Pytanie nr 93

Pakiet 35 poz. 1

Alternatywnie czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic podaną do 4 miejsc po przecinku w pozycji cena jednostkowa netto z równoczesnym podaniem wartości netto i wartości brutto do 2 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 94

Pakiet 35 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na palcu $0,16\text{mm} \pm 0,02$, poziomem protein max $79\mu\text{g/g}$?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu SIWZ.

Pytanie nr 95

Pakiet 35 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na palcu 0,22mm+/-0,02?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 96

Pakiet 36 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku o długości 292mm-295mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 97

Pakiet 36 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'50 z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy 1600 sztuk rękawic i nie ogranicza przy tym, w jakiej wielkości opakowaniach.

Pytanie nr 98

Pakiet 40, poz. 1, 2, 8 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 99

Pakiet 42, poz. 8-10, 13 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 100

Pakiet 51, poz. 3 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 101

Pakiet 52 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 102

Pakiet 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 103

Pakiet 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 104

Pakiet 71 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókny SMS?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również ubranie z włókny SMS pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 105

Pakiet 47, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej wykonanej z nieprzemakalnego i barierowego laminatu z włókny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej w rozmiarze 45x45 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety operacyjnej wykonanej z nieprzemakalnego i barierowego laminatu z włókny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej w rozmiarze 45x45 cm.

Pytanie nr 106

Pakiet 54:

Czy Zamawiający oczekuje, aby torebki, podobnie jak wszystkie inne rodzaje opakowań do sterylizacji, zarejestrowane były jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 107

Pytania dot. treści wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 i 3 wzoru umowy po wyrażeniu „48 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótkie 48-godzinne terminy załatwiania reklamacji miałyby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie nr 108

W jakich wypadkach Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie zdania trzeciego w § 5 ust. 4 wzoru umowy? Zdanie trzecie w § 5 ust. 4 wzoru umowy jest niejasne i wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie doprecyzowuje ww. zapisu umowy, gdyż jest on jasny.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie nr 111

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostało zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienia zawinione przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku wszelkich opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy.

Pytanie nr 112

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 56

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Swan-Ganz powlekany heparyną, o rozmiarze 7F? Heparyna to naturalny czynnik zapobiegający krzepnięciu krwi w naczyniach krwionośnych, działa hamująco na wszystkie jego etapy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający określił w SIWZ szczegółowo przedmiot zamówienia i oczekuje dostaw zgodnych z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 113

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 60

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepływkiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy

komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylizowany, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 114

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad w przypadku uznania reklamacji do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy.

Pytanie nr 115

Pytanie 2 – dotyczy §7

Prosimy o modyfikację w/w zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym (wraz z naliczeniem kar umownych określonych w §8 ust. 2 umowy w następujących przypadkach:

- 1) 3 dostaw wyrobów niezgodnych pod względem jakości lub ilości lub nie zawierających wymaganych dokumentów,
- 2) gdy Wykonawca 3-krotnie odmówi uwzględnienia **uzasadnionej** reklamacji lub nie uwzględni jej **2-krotnie** w terminie wskazanym w niniejszej umowie,
- 3) **trzykrotnego opóźnienie w dostawie przekraczającego 5 dni** w stosunku do terminów wskazanych w §3 lub §5 umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy.

Pytanie nr 116

Pytanie 3 – dotyczy §8 ust. 1

Prosimy o zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości zamówienia częściowego netto, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w stosunku do terminów wskazanych w §3 lub §5 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy.

Pytanie nr 117

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 i 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od daty złożenia reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy.

Pytanie nr 118

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

„Zamawiający może naliczyć kary umowne za opóźnienie w dostawie w wysokości **0,5%** wartości zamówienia częściowego netto, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy w stosunku do terminów wskazanych w § 5 i § 3 Umowy nie więcej jednak niż 500,00 zł.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w tym zakresie we wzorze umowy.

Pytanie nr 119

Pakiet 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostaw zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 120

Pakiet 25, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą bez określenia rozwarstwiająca?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostaw zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 121

Pakiet 25, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 30 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostaw zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 122

Pakiet 25, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści szwy bez pokrycia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostaw zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie nr 123

Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pakowany nie „na mokro”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostaw zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z powszechnie stosowanym enzymem oksydazą glukozy (GOD)?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostaw zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych skłania również wykonawcę do zapewnienia ciągłości dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich lat pokazała, że wiele rodzajów pasków testowych nierefundowanych zostało wycofanych z rynku, bądź też brak dostępności i możliwości zakupu takich pasków, pomimo tego, że teoretycznie paski te są wciąż zarejestrowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym.

Pytanie nr 126

Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczania płynów kontrolnych służących do kontroli poprawności działania pasków testowych i glukometru? Informujemy, że bez takiego zastrzeżenia wykonawca może zaoferować

płyny kontrolne odpłatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, że cena takich płynów może przekroczyć cenę pasków testowych.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 127

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostaw zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 128

Pakiet nr 32 poz. 1, 2, 3, 12, 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 32 pozycje nr: 1, 2, 3, 12, 13 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 129

Pakiet nr 32 poz. 1, 2, 3, 12, 13

Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również produkty pozbawione ftalanów ale nie wymaga. Przedmiot zamówienia musi oczywiście spełniać pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie nr 130

Pakiet nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 34 pozycję nr 1 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 131

Pakiet nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, objętości oddechowej 150-1500 ml, masie 23g, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również filtr oddechowy, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, objętości oddechowej 150-1500 ml, masie 23g, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 132

Pakiet nr 51 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 51 pozycję nr 1 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 133

Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w Pakiecie 57 była hurtownia farmaceutyczna, co zabezpieczy transport i dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby transport wyrobu medycznego w pakiecie 57 odbywał się w warunkach zgodnych z informacją zawartą w ulotce wyrobu medycznego w zakresie warunków przechowywania.

Pytanie nr 134

Pakiet nr 51 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową z kanałem gastrycznym (kanał do wprowadzenia sondy, o maksymalnym rozmiarze sond: 6Fr(dla rozmiaru maski 1), 8Fr(dla rozmiaru maski 1,5), 10Fr(dla rozmiarów maski 2 i 2,5), 16Fr(dla rozmiarów maski 3-6)), sterylną, wykonaną z PVC bez ftalanów oraz lateksu, z delikatnym, pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi mankietem, z ciśnieniem uszczelnienia na poziomie 40 cm H₂O, koniuszkiem mankieta o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni oraz podwijaniem się w trakcie zakładania, z balonikiem kontrolnym połączonym ze pomocą drenu z maską, posiadającą blokadę zgryzu, w rozmiarach: 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 i zakresach wagowych odpowiednio:<5kg; 5-10kg; 10,20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg; >100kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również maski o wyżej wymienionych parametrach.

Pytanie nr 135

Czy Zamawiający w pakiecie 68, poz. 2 dopuści kleszcze o średnicy cewnika 2,3 mm i długości 230 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również kleszcze o średnicy cewnika 2,3 mm i długości 230 cm o ile będą zachowane pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 136

Czy Zamawiający w pakiecie 68, poz. 3 dopuści kleszcze o długości 160 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający w pakiecie 73 dopuści proponowane rozwiązanie:

Klipsownica jednorazowego użytku, z możliwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 11; 13 i 16 mm, kąt rozwarcie 135°, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm, funkcja rotacji, klipsownica pokryta teflonem, nie wymagająca zewnętrznej osłonki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również opisany przedmiot zamówienia pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 138

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1

Prosimy o wydłużenie czasu na dostawę brakujących wyrobów do 72 h w dni robocze.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia wymogów w tym zakresie umowy.

Pytanie nr 139

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3

Uprzejmie prosimy o następującą zmianę niniejszego zapisu: „w razie reklamacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest wymienić go na wolny od wad w terminie 48 godzin od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.”

Zwracam uwagę, że zapis w pierwotnym brzmieniu nie uwzględnia możliwości ustosunkowania się sprzedawcy do złożonej reklamacji.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie umowy.

Pytanie nr 140

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 10%.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie umowy.

Pytanie nr 141

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 3% do 1%?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie umowy.

Pytanie nr 142

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie umowy.

Pytanie nr 143

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy a Wykonawca wyraża na to niniejszym zgodę, pod warunkiem wcześniejszego przedstawienie odpowiedniej noty obciążeniowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie doprecyzowuje ww. zapisu umowy, gdyż jest on jednoznaczny.

Pytanie nr 144

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 13

Zwracamy się z prośbą o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Czynności prawnej, mającej na celu zmianę wierzyciela, w tym cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, Wykonawca nie może dokonać bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie doprecyzowuje ww. zapisu, gdyż jest on jednoznaczny.

Pytanie nr 145

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów umowy poniższej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionej treści.

Pytanie nr 146

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie zapisu:

„W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych”.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionej treści

Pytanie nr 147

Pytanie 13

Dotyczy zapisów umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku lub producent wycofa wyrób z produkcji, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionej treści.

Pytanie nr 148

Dotyczy Pakiet 33 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Obecna konstrukcja pakietu uniemożliwia złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 149

Dotyczy formularza cenowego Pakiet 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak dla pytania nr 3.

Pytanie nr 150

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienioną propozycję.

Pytanie nr 151

Pakiet 21, poz. 1. Czy Zamawiający we wskazanej pozycji wymaga chwytaka 3-,4- lub 5-ramiennego?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i wymaga dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 152

Pakiet 21, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzia o średnicy narzędzia 2,4mm współpracującego z kanałem roboczym 2,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również ww. przedmiot zamówienia o ile spełnia pozostałe warunki SIWZ.

Pytanie nr 153

Pakiet 41. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli wykonanej z drutu o grubości 0,36mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również pętli wykonanej z drutu o grubości 0,36mm Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 154

Zwracamy się zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 65 pozycję nr 2 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 65a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania.

Pytanie nr 155

Pakiet 68, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczypce o długości narzędzia 230cm i średnicy 2,3mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypce o długości narzędzia 230cm i średnicy 2,3mm Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 156

Pakiet 73. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości roboczej 2300mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również klipsownicę o długości roboczej 2300mm Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 157

Pakiet 74, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości narzędzia 1600mm i długości igły 4mm, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i wymaga dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 158

Pakiet 74, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości narzędzia 1600mm i długości igły 6mm, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również ww. przedmiot zamówienia o ile spełnia pozostałe warunki SIWZ.

Pytanie nr 159

Pakiet 74, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości narzędzia 2300mm i długości igły 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i wymaga dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 160

Pakiet 74, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości narzędzia 1600mm i długości igły 4mm, o standardowym kącie ścięcia igły, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i wymaga dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 161

Pakiet 74, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości narzędzia 1600mm i długości igły 6mm, o standardowym kącie ścięcia igły, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i wymaga dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 162

Pakiet 74, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości narzędzia 2300mm i długości igły 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o standardowym kącie ścięcia igły, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i wymaga dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 163

Pakiet 74, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły współpracującej z kanałem roboczym 2,8mm, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak dopuszcza również, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

Pytanie nr 164

Pakiet 74, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o standardowym kącie ścięcia igły, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i wymaga dostawy zgodnej z SIWZ

Pytanie nr 165

PAKIET NR 8

Poz. Nr 1 i 3 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 8 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie utworzy oddzielnego zadania

Pytanie nr 166**PAKIET NR 28**

Poz. Nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów niesterylnych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28 g/m², rękawy długie zakończone nieuciskającą gumką bez lateksu, rozmiar fartucha uniwersalny (dł. fartucha 112 cm, szerokość 132cm). Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia wymagań przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 167**PAKIET NR 78**

Poz. Nr 7, 14 i 15 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 78 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 7, 14, 15 z pakietu nr 78

1. Zapis pod pakietem – czy nastąpiła pomyłka pisarska w podaniu wymaganej klasy wyrobu medycznego? Wszystkie wymienione w pakiecie narzędzia chirurgiczne, poza pozycją nr 5 (nożyczki opatrunkowe), mogą mieć kontakt z przerwana ciągłością skóry lub błon śluzowych. Mają zastosowanie do opracowywania chirurgicznego rany/błon śluzowych, rewizji rany, preparowania tkanek oraz mogą być użyte w chirurgii ambulatoryjnej jak również na Bloku Operacyjnym. Szerokie spektrum zastosowania narzędzi chirurgicznych powoduje, że trudno jest przewidzieć i założyć czas użycia instrumentu, a biorąc pod uwagę ryzyko ich zastosowania uzasadnione jest, naszym zdaniem, zastosowanie dla tej grupy produktów wymogu, aby były sklasyfikowane w klasie IIa. W związku z powyższym, wprowadzenie wymogu sklasyfikowania narzędzi chirurgicznych w klasie IIa reg 6 ma na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, jak i dobry interes placówki medycznej.
2. Zapis pod pakietem – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi jednorazowego użytku posiadających poza oznaczeniem jednorazowości (symbolem graficznym) oznaczenie kolorystyczne jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych, naniesione w sposób trwały i nieusuwalny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę pisarską i klasyfikuje przedmiot zamówienia jako wyrób medyczny kl IIa reg 6

3. I wymaga zaoferowania narzędzi jednorazowego użytku posiadających poza oznaczeniem jednorazowości (symbolem graficznym) oznaczenie kolorystyczne jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych, naniesione w sposób trwały i nieusuwalny.

Pytanie nr 168**PAKIET NR 79**

Poz. Nr 1 - czy w opisie przedmiotu zamówienia nastąpiła pomyłka pisarska w podaniu wymiaru pojemnika? Czy Zamawiający wymaga, aby w skład zestawu wchodził pojemnik plastikowy o pojemności 1000 ml o wymiarze 17 x 8cm?

Poz. Nr 2 – czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu składającego się z miski nerkowej oraz serwety włókninowej 75 x 75 cm, gramatura 55 g/m?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby w skład zestawu wchodził pojemnik plastikowy o pojemności 1000 ml o wymiarze 17 x 8cm.

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu składającego się z miski nerkowej oraz serwety włókninowej 75 x 75 cm, gramatura 55 g/m.

Pytanie nr 169**Pakiet 19**

1/ Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie czy zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej ma być na 3 procedury zawierający w składzie:

- 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofalowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator

- 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator .

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby każde pojedyncze opakowanie pełniło jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalało na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania bez używania dodatkowych akcesoriów używanych do przygotowywania roztworu dzięki wyciskany m saszetkom typu 'burst pouch'?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw do higieny jamy ustnej ma być o potwierdzony badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.?

4/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw ma posiadać uchwyt do yankauera, umożliwiający powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań?

5/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony szpitala zestawy zawierające: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, gąbkę z możliwością odsysania - będące inwazyjnymi wyrobami medycznymi stosowanymi przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ

Pytanie nr 170

Pakiet 34

Poz. 1

1/ Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zamkniętego systemu do nawilżania mieszaniny oddechowej - sterylnej pojemnika z wodą pirogeną w jednorazowym pojemniku 50ml z czystym łącznikiem do dozownika w oryginalnym opakowaniu producenta, z systemem dyfuzorów na bocznej części pojemnika w celu odpowiedniego nawilżenia tlenu.

Poz. 2

1/ Prosimy o dopuszczenie zaoferowania biologicznie czystego filtra oddechowego elektrostatycznego, przeciw bakteryjno-wirusowego, okrągłego, z końcówką do kapnografu, objętość oddechowa Vt 120-1000 ml, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, wadze 16g.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ

Pytanie nr 171

Pakiet 28 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² na (przód fartucha + rękawy), a z tyłu z oddychającej włókniny polipropylenowej o niższej gramaturze w rozmiarze L lub XL.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 172

Pakiet 35 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o grubości na mankiecie 0,01mm. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga grubości na mankiecie min. 0,04 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ

Pakiet 35 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o grubości na palcu $0,22 \pm 0,01$ mm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o grubości na palcu 0,22-0,24 mm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej półsyntetycznej lateksowo- nitrylowej bezpudrowej o grubości na palcu 0,25 mm i długości 305 mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również opisany wyżej przedmiot zamówienia pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

Pytanie nr 173

Pakiet 35 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych bezpudrowych lateksowych do specjalnego przeznaczenia, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, kształt anatomiczny, grubość na palcu 0,27 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 3743, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par, opis na opakowaniu rozróżniający rękawice na lewą i prawą rękawicę. Długość min. 270 mm - 285 mm w zależności od rozmiaru. Rozmiary od 6,0 do 8,5 co 0,5.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu, co umożliwi innym Wykonawcom złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę przetargową.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienioną propozycję

Pytanie 174

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 48, pozycje: 1, 2): jednorazowe majtki chłonne spełniające wymogi SIWZ, ale pozbawione identyfikatora wilgotności? Te rozwiązanie jest charakterystycznym elementem pieluchomajtek, które są stosowane przy ciężkim nietrzymaniu moczu, gdzie personel medyczny musi decydować o tym, czy dany produkt jest do zmiany. Majtki chłonne są rekomendowane dla osób mobilnych i świadomych, które przeprowadzają tzw. "trening toaletowy" i same kontrolują zapełnienie produktu zatem wskaźnik chłonności nie jest dla nich w żadnym stopniu przydatne?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie 175

Czy Zamawiający oczekuje w przedmiocie zamówienia (pakiet 47, pozycja: 1): podkładów chłonnych 60x90 cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie 176

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 47, pozycja: 1): podkłady chłonne 60x90 cm, nieprzepuszczające wilgoci, z miękkim wysokochłonnym wkładem z rozdrobnionej celulozy, z wewnętrznym pokryciem w postaci miękkiej włókniny, posiadające nieprzepuszczającą wilgoci folię zewnętrzną, o chłonności co najmniej 1750 g?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ.

Pytanie 177

Pakiet nr 41 Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowe średnica pętli 10 mm, 15 mm, 24 mm do wyboru Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również opisany wyżej przedmiot zamówienia pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 178

Pakiet nr 73 Czy Zamawiający dopuści jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 230cm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11 lub 16mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 360 st. oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiadające możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwi precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Opakowanie 1 lub 10 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również opisany wyżej przedmiot zamówienia pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 179

Pakiet 28, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania czepek chirurgicznego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m², z trokami typu furażerka.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ

Pytanie 180

Pakiet 28 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o gramaturze 24 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia i oczekuje dostawy zgodnej z SIWZ

Pytanie 181

Pakiet 35 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic posiadających nieznacznie wyższą od wymaganej grubość na mankiecie 0,06mm. Rękawica cechująca się wyższą grubością zapewnia wyższe bezpieczeństwo użytkownika poprzez większą wytrzymałość na rozdarcia i uszkodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również rękawic posiadających nieznacznie wyższą od wymaganej grubość na mankiecie 0,06mm.pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

Pytanie 182

Pakiet 35 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytów, które ze względu na swoje przeznaczenie nie są wyrobem medycznym i w związku z tym objęte są 23% stawką VAT

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również ww. uchwyty o ile spełniają pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie 183

Pakiet 35 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lateksowych rękawic chirurgicznych o długości nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 293-298mm. Pragniemy podkreślić, iż dłuższa rękawica lepiej przylega, zapobiega zsuwaniu się z mankieta fartucha, przez co zapewnia większe bezpieczeństwo operatora

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice latexowe chirurgiczne o dł. 293-298 mm o ile spełniają pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie 184

Pakiet 35 poz.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lateksowych rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka o długości nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 303-305mm. Pragniemy podkreślić, iż dłuższa rękawica lepiej przylega do mankietu fartucha, przez co zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownika.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice do procedur wysokiego ryzyka o długości nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 303-305mm o ile spełniają pozostałe wymagania SIWZ

p.o. Dyrektora Szpitala
dr hab. n. med. Marcin Piśmański
.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

