



Wrocław, 27 maja 2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem: jednostki sterującej do trombektomii mechanicznej, bezolejowej pompy próżniowej oraz 2 szt. aparatu do pomiaru ACT dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.28.2022

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie §1 ust. 5a o następującej treści: „Towar przechowywany przez Zamawiającego w miejscu przechowania pozostaje własnością Wykonawcy do momentu pobrania towaru z miejsca przechowania przez Zamawiającego”.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie §7 ust. 2a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie §7 ust. 2b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności towaru pozostającego w miejscu przechowania”.

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 9:**

Dot. Pakietu nr 9 pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści łącznik wysokociśnieniowy o długości 100 cm jeżeli spełnia wszystkie inne wymagania i posiada niezbędne certyfikaty?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**