

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 2 szt. ciepłarek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Ilość. 2 szt.

Cieplarka musi posiadać poniższe minimalne parametry techniczne.

1. Mechaniczny obieg powietrza.
2. Możliwość ustawienia obrotów wentylatora w zakresie 0-100°.
3. Zakres temperatury pracy od 5 °C powyżej temperatury otoczenia, do co najmniej 100 °C.
4. Sterowanie mikroprocesorowe.
5. Port dostępu do przeprowadzenia dodatkowych kabli, sond temperaturowych.
6. Wewnętrzne szklane drzwi.
7. Jednorodność temperaturowa nie gorsza niż 0,2°C przy 37°C (przy pełnej prędkości wentylatora).
8. Stabilność temperaturowa co najmniej 0,1°C.
9. Dopuszczalna pojemność od 50 do 70 litrów.
10. Możliwość ustawienia ciepłarki jednej na drugiej.
11. Cieplarka powinna zawierać co najmniej 2 półki.
12. Obciążenie półki co najmniej 20 kg.
13. Wewnętrzne wymiary komory nie mniejsze niż: szerokość 35 cm, głębokość 35 cm, wysokość 40 cm.
14. Zewnętrzne wymiary ciepłarki- wysokość ciepłarki nie wyższa niż 780 mm.
15. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej.