



**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 02.08.2022r.

Znak: ZP.26.2.35.2022.2

**Informacja o wpłynięciu pytań w zapytaniu ofertowym  
pn. "Dostawa wyrobów do mycia i dezynfekcji dla ZZOZ w Wadowicach"**

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego pn „Dostawa wyrobów do mycia i dezynfekcji dla ZZOZ w Wadowicach”, znak: ZP.26.2.35.2022 i udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 4:**

Czy zamawiający dopuści:

**Pytanie nr 1** W pozycji nr 1: Wodny roztwór nadtlenkowy o neutralnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym, zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego i 50ppm podchlorynu sodu, służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Opakowanie 250ml.

Spectrum działania: bakterie G+ i G-, MRSA, VRE, zarodniki, wirusy i grzyby.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

**Pytanie nr 2** Pozycja nr 2: Wodny roztwór nadtlenkowy o neutralnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym, zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego 50ppm podchlorynu sodu, służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Opakowanie 500ml.

Spectrum działania: bakterie G+ i G-, MRSA, VRE, zarodniki, wirusy i grzyby.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

**Pytanie nr 3** Pozycja nr 3: Wodny roztwór nadtlenkowy o neutralnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym, zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego i 50ppm podchlorynu sodu, służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Opakowanie 1000ml.

Spectrum działania: bakterie G+ i G-, MRSA, VRE, zarodniki, wirusy i grzyby.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

**Pytanie nr 4** Pozycja nr 4: Roztwór nadtlenkowy w formie płynnego żelu o neutralnym pH, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 40 ppm, służący do płukania, nawilżania ran ostrych i przewlekłych. Opakowanie 50g.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

**Pytanie nr 5** Pozycja nr 5: Roztwór nadtlenkowy w formie płynnego żelu o neutralnym pH, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 40 ppm, służący do płukania, nawilżania ran ostrych i przewlekłych. Opakowanie 250g.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

**Pytanie nr 6** Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna

sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prowadzona w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej, postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1129 ze zm.).

**Pytanie nr 7** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 1 i 2 dopuści równoważny preparat typu Viruton Extra o następujących parametrach: Preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Preparat na bazie QAV, niejonowych środków powierzchniowo czynnych i enzymu (proteaza). Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut. Opakowanie butelka 1l z wbudowanym systemem dozującym, 5l kanister?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

**Pytanie nr 8** Pakiet. Nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie płynu do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu, opartego o kwas nadoctowy. Wysoka skuteczność biobójcza i sporobójcza już po 5 min (dezynfekcja). Roztwór aktywny roboczy stabilny do 14 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami). Wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów. Przetestowany w warunkach czystych i brudnych. Preparat sporobójczy, działanie na prątki gruźlicy, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy. Do stosowania przy przygotowaniu endoskopów i dezynfekcji wyrobów medycznych, zarówno inwazyjnych, jak i nieinwazyjnych, takich jak: narzędzia chirurgiczne, cewniki, zgłębniki, urządzenia do znieczulania, inhalacji, hemodializy, endoskopy, urządzenia do mycia i dezynfekcji. Opakowanie 5 l. Oświadczenie producenta o kompatybilności ze sprzętem firmy Choyang seria CYW, Karl Storz, Olympus.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

**Pytanie nr 9** Pakiet 1, poz. 1 „Czy zamawiający wymaga, aby zaferowany preparat znajdował się na liście preparatów rekomendowanych przez producenta myjni CHOYANG serii CYW? Gdyż stosowanie płynów w myjniach endoskopowych CHOYANG serii CYW z poza listy rekomendowanych przez producenta urządzenia prowadzi do zwiększonej awaryjności urządzeń, a także znacząco skraca żywotność takich podzespołów jak pompy, elektrozawory, szybkozłącza, nypły, uszczelki itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wymaga**.

**Pytanie nr 10** Pyt. 3 Pakiet. Nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych w opakowaniach po 50szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**. Przeliczając należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

**Pytanie nr 11** Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi

i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, nie wymaga.

**Pytanie nr 12** Dotyczy Parametry Techniczne: - pakiet nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci jednorazowych naboji do dezynfekcji powietrza i powierzchni bez konieczności użycia sprzętu zamglawiającego zawierających środek oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych oraz środkach kompleksujących w roztworze wodnym oparty o chlorek didecyldimetyloamoniowy <0,10%, chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%, pozostałe składniki wodne 99,84%, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, środowiska, a także sprzętu medycznego i elektronicznego przy jednoczesnej wysokiej, bo 99,999% bakteriobójczości, zarodnikobójczości, prątkobójczości, sporobójczości, grzybobójczości i wirusobójczości spełniających normy EN 1500, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13704, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615? Wyrób medyczny klasy I. Naboję w jednorazowych pojemnikach o pojemności 450 ml przeznaczone do zamglawiania pomieszczeń o kubaturze 50 m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

**Pytanie nr 13** Dotyczy Parametry Techniczne: - pakiet nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie enzymatycznego, gotowego do użycia preparatu do wstępnego oczyszczania i zabezpieczania przed wyschnięciem zabrudzonych narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, nie powodującego efektu pienienia w automatycznych myjniach-dezynfektorach, na bazie anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zawierającego oligomery D-glukopiranozy, kompleks enzymatyczny na bazie proteaz, nie zawierający amylaz i lipaz, będący wyrobem medycznym kl. I, konfekcjonowanym w opakowaniach 750 ml ze spryskiwaczem?

Uzasadnienie: Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy przesłać **do dnia 05.08.2022r. do godziny 10.00** za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

Proszę o **niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma**.

Dyrektor  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wadowicach

p.o. Zastępca Dyrektor ds. Lecznictwa  
lek. Krzysztof Harpula

**Otrzymują:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x Dostawcy (e-mail):

1 x a/a.