



**Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie**

ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława  
Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25  
NIP 744-14-84-344



Iława, 18.02.2021 r.

**dotyczy: dostawa endoprotez stawu biodrowego dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 2/2021)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pozycji 24. Cement z 2 antybiotykami dopuści zamiennie cement z gentamycyną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**