

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: **Dostawa sond pola magnetycznego**

2. Ilość:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość
1.	Sonda pola magnetycznego (27MHz - 1 GHz)	szt.	1
2.	Sonda pola magnetycznego (27MHz - 1 GHz)	szt.	1
3.	Sonda pola magnetycznego (27MHz - 1 GHz)	szt.	1

3. CPV: 33141641-5

4. Oferty częściowe: *TAK*

5. Wymogi techniczne: *zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.*

6. Usługi dodatkowe: *transport, załadunek, rozładunek, instalacja, uruchomienie urządzenia na koszt Wykonawcy.*

7. Termin realizacji: *do 45 dni nie później niż do dnia 30.10.2022 r.*

8. Miejsca dostawy: *dostawa, uruchomienie urządzenia:*

poz. 1 *Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni – ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia*

poz. 2 *Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Kraków, Odrowąża 7, 30-901 Kraków*

poz. 3 *Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Wrocław, Ślężna 158, 50-984 Wrocław,*

9. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty

a) wymagane na etapie składania oferty:

1. Instrukcja użytkowania i eksploatacji.
2. Oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (załączyć autoryzację producenta oraz wykaz punktów serwisowych).
4. Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierające jego specyfikację techniczną, wykaz części składowych i potwierdzenie parametrów (minimum w zakresie wymaganym opisem przedmiotu zamówienia) np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub inne dokumenty spełniające powyższe wymagania.
5. Certyfikat CE, deklaracja CE – jeśli asortyment stanowi wyrób medyczny.
6. Certyfikat CE IVD, deklaracja CE IVD – jeśli asortyment stanowi wyrób medyczny do diagnostyki in vitro.

b) wymagane na etapie dostawy:

1. Paszport urządzenia w języku polskim dostarczona do każdego urządzenia
2. Karta gwarancyjna zawierająca:
 - a) uprawnienia użytkownika z tytułu gwarancji,
 - b) wykluczenia gwarancji,
 - c) obowiązki użytkownika wynikające z gwarancji, tj. informacje o koniecznych przeglądach stanu technicznego, ich częstotliwości w okresie gwarancji, a także podmiotach, w których przegląd można wykonać (o ile producent/dystrybutor sobie taki zastrzeże).

10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:

- 10.1. Gwarancja min. 24 miesiące.
- 10.2. Wymiana sprzętu na nowy - na wniosek użytkownika po 3 nieskutecznych naprawach w okresie gwarancyjnym.
- 10.3. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe.

11. Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie personelu potwierdzone protokołem, w terminie uzgodnionym pomiędzy wykonawcą i użytkownikiem.

12. Inne wymagania

Dostarczany wyrób powinien być oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014. poz 11.

13. Załączniki:

Załącznik 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Sonda pola magnetycznego (27MHz - 1 GHz)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SONDA POLA MAGNETYCZNEGO (27 MHz - 1 GHz)

1. Przedmiotem zamówienia jest: sonda pola magnetycznego (27 MHz - 1 GHz)

2. Wymagania techniczne:

- 2.1. Przeznaczenie:** pomiar pola magnetycznego jednocześnie wzdłuż trzech wzajemnie prostopadłych osi;
- 2.2. Pomiar** składowej magnetycznej w zakresie 27 MHz do 1 GHz;
- 2.3. Zakres pomiarowy:** w zakresie od 0,018 do 16 A/m;
- 2.4. Odpowiedź izotropowa** w zakresie pomiarowym: ± 1 ,dB;
- 2.5. Zakres temperatury pracy** od 0° C do 50 °C;
- 2.6. Certyfikat** kalibracji fabrycznej;
- 2.7. Kompatybilność** z miernikiem NBM-550;
- 2.8. Waga:** około 90 g;
- 2.9. Typ czujnika** oparty na diodach;
- 2.10. Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej** – płaski.

3. Wymagania dotyczące kodyfikacji:

Nie dotyczy.