

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: **Dostawa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń**

2. Ilość:

Zamówienie podstawowe:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość
1	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń	kpl	1

Zamówienie opcjonalne:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość
1	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń	kpl	1

3. CPV: 39330000-4

4. Oferty częściowe: *NIE DOTYCZY*

5. Wymogi techniczne: *zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.*

6. Usługi dodatkowe: *transport, załadunek, rozładunek, montaż na koszt Wykonawcy.*

7. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia podstawowego: do 42 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.10.2022 r.

Termin realizacji zamówienia opcjonalnego: do 42 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia, nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

8. Miejsca dostawy: *dostawa, wniesienie, montaż urządzenia:*

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, 6 Sierpnia 92, 90-646 Łódź

9. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty

a) wymagane na etapie składania oferty:

1. Instrukcja użytkowania i eksploatacji.

2. Oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (załączyć autoryzację producenta oraz wykaz punktów serwisowych).
4. Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierające jego specyfikację techniczną, wykaz części składowych i potwierdzenie parametrów (minimum w zakresie wymaganym opisem przedmiotu zamówienia) np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub inne dokumenty spełniające powyższe wymagania.
5. Certyfikat CE, deklaracja CE – jeśli asortyment stanowi wyrób medyczny.

b) wymagane na etapie dostawy:

1. Paszport urządzenia w języku polskim dostarczona do każdego urządzenia
2. Karta gwarancyjna zawierająca:
 - a) uprawnienia użytkownika z tytułu gwarancji,
 - b) wykluczenia gwarancji,
 - c) obowiązki użytkownika wynikające z gwarancji, tj. informacje o koniecznych przeglądach stanu technicznego, ich częstotliwości w okresie gwarancji, a także podmiotach, w których przegląd można wykonać (o ile producent/dystrybutor sobie taki zastrzeże).
3. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z towarem.

10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:

- 10.1. Gwarancja minimum 24 miesiące, w okresie gwarancji koszty wymaganych przeglądów serwisowych wliczone w cenę oferty. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia naprawy max 72 h. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni roboczych wyrób zastępczy o parametrach równoważnych z naprawianym.
- 10.2. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe.

11. Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie praktyczne personelu potwierdzone protokołami, w terminach uzgodnionych pomiędzy wykonawcą i odbiorcą końcowym. Pomoc techniczna w cenie.

12. Załączniki:

Załącznik 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

- 2.1. **Przedmiotem zamówienia jest:** przenośne urządzenie do szybkiej i skutecznej dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dyfuzji suchej i niewidocznej mgły.

2. Wymagania techniczne:

- 2.2. Urządzenie ma posiadać funkcję: zapisu daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji oraz być kompatybilny ze sprzętem elektronicznym.
- 2.3. Urządzenie ma powodować usuwanie przede wszystkim wirusów, ale także bakterii oraz grzybów.
- 2.4. Dezynfekcja musi być skuteczna i docierać w trudnodostępne miejsca, zakamarki.
- 2.5. Dezynfekcja nie powinna wpływać negatywnie na wyposażenie pomieszczeń, w tym urządzeń elektronicznych (nie powodować osadów a także korozji elementów metalowych).
- 2.6. Urządzenie ma być wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu.
- 2.7. Minimalna kubatura dezynfekowanego pomieszczenia do min. 800 m³.
- 2.8. Moc min. 1000 W.
- 2.9. Waga: nie cięższe niż 6,5 kg

3. Wyposażenie dodatkowe: (opcjonalnie)

- a) środek do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym, grzybobójczym, bakteriobójczym.
- b) testy paskowe, które zmieniając barwę w połączeniu ze środkiem dezynfekującym sygnalizujące o prawidłowo przeprowadzonej dezynfekcji.

4. Wymagania dotyczące kodyfikacji:

Klauzula kodyfikacyjna:

- 1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:
 - 2.1 Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.
 - 2.2 Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakim jest on rozpoznawany przez Wykonawcę
 - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO
 - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.
 - 2.3 Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.
3. Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne (NCB of Poland – POL NCB) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.