



SPECJALISTYCZNY SZPITAL

im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/ZP-27-46/21

Tarnów, 2021-11-12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do przepuklin dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści siatkę z otworem na powróżek, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/m², grubość nici 120 µm, porowatość 82%, w rozmiarze 4,5 x 10 cm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści siatkę bez otworu na powróżek, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/m², grubość nici 120 µm, porowatość 82%, w rozmiarze 4,5 x 10 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści siatkę z otworem na powróżek, lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/m², grubość nici 120 µm, w rozmiarze 5 x 11 cm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści siatkę bez otworu na powróżek, lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/m², grubość nici 120 µm, w rozmiarze 5 x 11 cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,40 mm, gramatura 48 g/m², grubość nici 120 µm, porowatość 86,7%, w rozmiarze 6 x 11 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,40 mm, gramatura 48 g/m², grubość nici 120 µm, porowatość 86,7%, w rozmiarze 10 x 15 cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,40 mm, gramatura 48 g/m², grubość nici 120 µm, porowatość 86,7%, w rozmiarze 30 x 30 cm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m², grubość nici 80 µm, nie pokryta tytanem, w rozmiarze 15 x 15 cm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m², grubość nici 80 µm, porowatość 89,2%, w rozmiarze 16 x 40 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m², grubość nici 80 µm, porowatość 89,2%, w rozmiarze 15 x 15 cm?
11. W przypadku zgody na poszczególne pozycje prosimy o ich wydzielenie i utworzenie osobnego pakietu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz.1** siatki z otworem na powróżek, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/m², grubość nici 120 µm, porowatość 82%, w rozmiarze 4,5 x 10cm?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641



Ad 2. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz.2** siatki bez otworu na powrózek, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,53mm, gramatura 88 g/ m², grubość nici 120 µm, porowatość 82%, w rozmiarze 4,5 x 10cm?

Ad 3. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 3.**

Ad 4. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 4.**

Ad 5. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 5.**

Ad 6. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 6.**

Ad 7. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 7.**

Ad 8. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 8.**


Ad 9. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz.9** siatki lekkiej, polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/ m², grubość nici 80 µm, porowatość 89,2%, w rozmiarze 16 x 40cm?

Ad 10. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz.10** siatki lekkiej, polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/ m², grubość nici 80 µm, porowatość 89,2%, w rozmiarze 15 x 15cm?

Ad 11. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1,2,9,10** i utworzenia osobnego pakietu.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek