



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 16.09.2020

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO RPoZP 31/2020/ TESTY DIAGNOSTYCZNE

Pytania i odpowiedzi nr 4

1. zad.1 pozycja 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na test immunochromatograficzny do wykrywania Ag H. pylori w kale, spełniający wymagania parametrów, konfekcjonowany po 20 szt. w opakowaniu, co wymusza ostateczną ilość testów zapotrzebowania na okres 2 lat w liczbie 240 testów- 12 opakowań lub 260 testów- 13 opakowań?
Odp.: Zamawiający dopuści test o parametrach zgodnych z opisem zamówienia, konfekcjonowany po 20 sztuk w ilości 13 opakowań – 260 testów / 2lata

2. zad 1 pozycja 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na test immunochromatograficzny do wykrywania Giardia lamblia w kale o parametrach przedstawionych w ulotce producenta? W załączeniu ulotka.
Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach, czułość metody niezgodna ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

3. zad. 4 pozycja 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na test immunochromatograficzny do wykrywania Influenza A i B w gardle, nosogardzieli i w wydzielinie z nosa o parametrach przedstawionych w ulotce producenta? W załączeniu ulotka
Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach, ponieważ:

- a) czułość metody jest niezgodna ze specyfikacją przedmiotu zamówienia
- b) ma zastrzeżenia do interpretacji wyniku: Pozytywny dla Influenza A i B, ponieważ wg metodyki uzyskany wynik wymaga "ponownego przebadania inną metodą, przed wskazaniem wyników"
- c) ma zastrzeżenie do ograniczeń testu, opisanego jako: "wyniki otrzymane przy pomocy tego testu, w szczególności w przypadku słabych linii testowych, które są trudne do zinterpretowania, powinny być interpretowane razem z innymi klinicznymi informacjami, które zostały udostępnione lekarzowi".

KOMENDANT


ptk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82