



Znak: AE/ZP-27-42/20

Tarnów, 2020-07-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt XVI ppkt 1c SIWZ – Ogólne warunki umowy.** „Prosimy o doprecyzowanie pkt XVI ppkt 1c SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Sprzęt medyczny jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania z depozytu przez Zamawiającego.”
2. **Dotyczy pkt XVI ppkt 1d SIWZ – Ogólne warunki umowy.** „Prosimy o doprecyzowanie pkt XVI ppkt 1d SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Pobranie dostarczonego sprzętu z depozytu jest równoważne z dokonaniem sprzedaży oferowanego sprzętu Zamawiającemu przez Wykonawcę.”
3. **Dotyczy pkt XVI SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Prosimy o doprecyzowanie pkt XVI SIWZ poprzez dodanie ppkt 1m o następującej treści: „W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden sprzęt medyczny danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności sprzęt medyczny z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Sprzęt medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.”
4. **Dotyczy Pakietu Nr 30.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie do zamykania tętnicy udowej o następujących parametrach:
 - osiągnięcie hemostazy osiąga się przez założenie biodegradowalnego syntetycznego- kwas poliglikolowy - koreczka pozanaczyniowo, nad nacięciem tętnicy
 - rozkłada się w ciągu 60-90 dni na dwutlenek węgla i wodę
 - możliwość nakłucia tego samego miejsca po 30 dniach, natomiast niezwłocznie 5 mm powyżej lub poniżej miejsca ostatniego nakłucia
 - zakłada się przez istniejącą koszulkę- brak konieczności jej wymiany
 - uruchomienie pacjenta może nastąpić po godzinie od procedury diagnostycznej i po dwóch godzinach od interwencji
 - składający się z aplikatora i wchłanianej syntetycznej plomby hemostatycznej
 - nie pozostawiający żadnych elementów wewnątrz naczynia
 - możliwość użycia koszulki zastosowanej do zabiegu 5,6,7F

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1-3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do **pkt XVI SIWZ**, tj. do ogólnych warunków umowy. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30** urządzenie do zamykania tętnicy udowej opisanego w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

