

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych
**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ
zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5F10.291.1.133.2024.MK na: dostawę fluorescencyjnego mikroskopu konfokalnego z możliwością obrazowania super-rozdzielczego STED dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przestany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz w związku z art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia		
1	Dotyczy: pkt. 7. Wkładka piezo zamontowana bezpośrednio na stoliku XY: 1) zakres ruchu w osi Z: min. 300 mm (mikro metrów); Czy w powyższym zapisie nie pojawił się błąd? – Symbolem jednostki mikrometr jest „µm”, a nie „mm” (milimetr).	Zamawiający potwierdza i informuje, iż zmienia <u>pkt 7 ppkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia</u> – załącznika nr 6 do SWZ w następujący sposób: <u>było:</u> zakres ruchu w osi Z: min. 300 mm (mikro metrów); <u>jest:</u> zakres ruchu w osi Z: min. 300 µm (mikro metrów).
2	Dotyczy pkt 8. Nasadka okularowa o regulowanym kącie nachylenia, możliwość regulacji rozstawu okularów minimum od 50-76 mm, regulacja dioptryjna +/-5 w minimum jednym tubusie. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie nasadki okularowej o stałym kącie nachylenia 30 stopni z możliwością regulacji rozstawu okularów od 50-76 mm?	Zamawiający wyraża zgodę i informuje, iż zmienia <u>pkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia</u> – załącznika nr 6 do SWZ w następujący sposób: <u>było:</u> 8. Nasadka okularowa o regulowanym kącie nachylenia, możliwość regulacji rozstawu okularów minimum od 50-76mm, regulacja dioptryjna +/-5 w minimum jednym tubusie. <u>jest:</u> 8. Nasadka okularowa o regulowanym lub stałym kącie nachylenia z możliwością regulacji rozstawu okularów minimum od 50-76mm, regulacja dioptryjna +/-5 w minimum jednym tubusie.

3	<p>Dotyczy: pkt. 26. Moduł nano-rozdzielczy oparty o technologię STED o parametrach nie gorszych niż: (...)</p> <p>6) Zmotoryzowana przesłona konfokalna z 12 przesłonami o różnej wielkości w zakresie (10mm –200mm)</p> <p>Czy w powyższym zapisie nie pojawił się błąd? - Wartości przesłony konfokalnej zawsze wyrażane są w mikrometrach (symbol „μm”), a nie w milimetrach (symbol „mm”).</p>	<p>Zamawiający potwierdza i informuje, iż zmienia <u>pkt 26 ppkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia</u> – załącznika nr 6 do SWZ w następujący sposób:</p> <p>pkt 1:</p> <p><u>było:</u> <i>Zmotoryzowana przesłona konfokalna z 12 przesłonami o różnej wielkości w zakresie (10 mm – 200 mm);</i></p> <p><u>jest:</u> <i>Zmotoryzowana przesłona konfokalna z 12 przesłonami o różnej wielkości w zakresie (10 μm – 200 μm);</i></p>
Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy		
4	<p>Pytanie nr 1 dotyczące § 7 ust. 7</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 7 Projektu umowy z następującego:</p> <p>„W przypadku trzykrotnej awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 5, na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych.”</p> <p>na następujący zapis:</p> <p>W przypadku trzykrotnej awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub sprzętu w terminie nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 5, na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych.</p> <p>Uzasadnienie: Wnioskujemy o wydłużenie czasu na wymianę wadliwego elementu/sprzętu ze względu na konieczność sprowadzenia podzespołu/całego urządzenia z zagranicy oraz ze względu na dużą złożoność oferowanego sprzętu.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę i informuje, iż zmienia <u>§ 7 ust. 7 projektu umowy</u> – załącznika nr 5 do SWZ w następujący sposób:</p> <p><u>było:</u> <i>W przypadku trzykrotnej awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 5, na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych.</i></p> <p><u>jest:</u> <i>W przypadku trzykrotnej awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub sprzętu w terminie nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 5, na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych.</i></p>

5	Pytanie nr 2 dotyczące § 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, naliczonych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, z 20% do 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1.	Zamawiający wyraża zgodę i informuje, iż zmienia <u>§ 8 ust. 2 projektu umowy</u> – załącznika nr 5 do SWZ w następujący sposób: <i>było: Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1.</i> <i>jest: Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1.</i>
---	---	---

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22.10.2024 r.** do godz. 10:00:00,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.10.2024 r.** o godz. 10:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 09.10.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Projekt umowy – załącznik nr 5 do SWZ o nazwie „**Projekt umowy– załącznik nr 5 do SWZ z dnia 09.10.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Projekt umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
- 3) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „**Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ z dnia 09.10.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.