



Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych i środków chemicznych”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Zestaw 1		
1	Cześć 14 Czy Zamawiający dopuści do postępowania ciśnieniowe cewniki PICC marki Arrow wykonane z poliuretanu, 1, 2 lub 3 światła, w rozmiarze odpowiednio 4F, 5F lub 6F, długości 40cm, 50cm i 55cm z dodatkowo możliwością przycięcia załączonym trymerem, przewodnica nitinolowa bez pokrycia teflonem, w pochewce, igła echogeniczna 21G/7cm, rozrywalna kaniula, łączniki bezigłowe, bezszwowe mocowanie cewnika, skalpel, strzykawka, taśma mierząca, staza?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 2		
2.	Pakiet 28 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura minimum 25 g/m ² , długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3.	Pakiet 28 Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym, niebieskim lub zielonym?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4.	Pakiet 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. lub 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający wyraża zgodę i oczekuje aby w ofercie przedstawić cenę jednostkową za sztukę a w kolumnie „nazwa handlowa produktu / nazwa producenta” wpisać wielkość opakowania oraz jego wartość jednostkową
5.	Pakiet 28 Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
Zestaw 3		
6.	Zadanie 1/32 – Maski FFP2/FFP3 Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie półmasek filtrujących FFP2/KN95 posiadających europejską normę zharmonizowaną EN 149:2001 + A1:2009. Bez zaworu wydechowego. Wykonanych z trwałego, grubego polipropylenu. Materiał maski trójwarstwowy o	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	podstawowych parametrach: 50gsm włóknina zewnętrzna + 50gsm wprasowana na gorąco bawełna + 25gsm włóknina MELT-BLOWN x2 (BFE \geq 95) + 25gsm dodatkowa wbudowana włóknina; lub półmasek filtrujących FFP3 sklasyfikowanych jako środek ochrony osobistej, posiadających europejską normę zharmonizowaną EN 149:2001 + A1:2009. Bez zaworu wydechowego, skuteczność filtracji \geq BFE99 25gsm. Maski zakończone gumkami na końcach, zacisk nosowy do formowania półmasek w obrębie nosa. Pozwalają normalnie mówić i oddychać. Mocowanie za pomocą 2 gumek. Maski chronią przed zarażeniem drogą kropelkową. Bezzapachowe, hipoalergiczne. Stawiające niski opór wydechowy	
Zestaw 4		
7.	Pakiet 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski do NIV z poduszką AIRgel – opatentowanego materiału zapewniającego całkowitą szczelność przy zachowaniu komfortu pacjenta, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8.	Pakiet 22 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 22-Filtry do respiratorów filtra mechanicznego hydrofobowego maszynowego o skuteczności filtracji > 99,9999%w środowisku wilgotnym, objętość 120ml, opór przepływu 0,7 cm H ₂ O przy 30 l/min, czas stosowania do 24 godzin.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 5		
9.	Pytanie do części 31: Czy zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 45, zgodne z normą EN 13795, pakowane pojedynczo, spodnie wiązane na troki bluza z 3 kieszeniami i dekoltem w literę V. Dostępne rozmiary S-XXL, tkanina w kolorze niebieskim, nieprześwitującym	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje iż termin składania ofert oraz wadium i termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi
dr n. med. Andrzej Grażdo