



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 13.12.2024r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku - dogrywka, znak sprawy: PN 99/24.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320 zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zadanie 11, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych:

- wykonany z medycznego PVC;
- całkowita długość komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)
- logo producenta bezpośrednio na opakowaniu indywidualnym, zaciskacz rolkowy bez logo producenta,
- zabezpieczenie igły biorczej w postaci żebrowanej osłony, bez miejsca na dren i dokowanie igły biorczej na zaciskaczu
- nazwa producenta bezpośrednio na opakowaniu indywidualnym;
- wymaga opakowanie kolorystyczne, folia -papier - na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowany kod UDI, sterylne; opakowanie a 400 szt.?
- pozostałe wymagania bez zmian?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 2

Zadanie 11, poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza przyrząd do przetoczeń krwi, elastyczna komora kroplowa, wolna wykonana z medycznego PCV, dren dł. min. 150 cm, filtr transfuzyjny min. 200 µm, odpowietrznik z klapką, rolkowy regulator przepływu, opakowanie oznaczone kolorem czerwonym, papier folia - na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowany kod UDI, bez zawartości szkodliwych ftalanów: DEHP, BBP, DBP - potwierdzone piktogramem na opakowaniu jednostkowym?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Czy zamawiający wymaga opakowanie kolorystyczne folia –papier?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Sporządziła: Ewa Nowakowska