



Słupsk, dnia 04.03.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
pn.: Dostawa lampy do tomografu komputerowego SOMATOM Definition AS+ - nr postępowania
21/TP/2024**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dot. formularza oferty pkt. 2.p.pkt. 3 Prosimy o potwierdzenie, że wymóg z formularza oferty zawarty w punkcie 2 p.pkt. 3 jest opcjonalny, tzn. wymóg przedstawienia dokumentów na żądanie Zamawiającego istnieje tylko, kiedy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że lampa do tomografu komputerowego jako samodzielny produkt nie jest wyrobem medycznym i nie posiada certyfikatu zgodności, deklaracji zgodności ani powiadomienia. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego punktu z formularza oferty lub jego modyfikację (np. dodanie zapisu „o ile dotyczy”).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, wymóg z formularza oferty zawarty w punkcie 2 p.pkt. 3 jest opcjonalny, tj. wymóg przedstawienia dokumentów na żądanie Zamawiającego istnieje tylko, kiedy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym.

2. Dot. przedmiotu oferty Czy przedmiotem umowy jest naprawa tomografu poprzez dostawę nowej lampy, jej montaż w systemie, uruchomienie systemu i recykling starych uszkodzonych części? Powyższe ma na celu ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż lampy są związane z naprawą aparatu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, dostawa i montaż lampy są związane z naprawą aparatu.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak