

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Katowice dnia 25.08.2023

WYJAŚNIENIATREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH: PRZEWOŹNEGO APARATU DO RTG, AUTOMATYCZNEJ STRZYKAWKI ORAZ STOŁU OPERACYJNEGO, ZP-23-118UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z przesuwem wzdłużnym 500mm? Zwracamy uwagę, że oferowany stół zapewnia przezierność blatu na długości 1700mm. – dotyczy l.p. 131

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. W przypadku zabiegów angiograficznych przesuw wzdłużny jest na bieżąco używany i długi zakres określa możliwość realizacji zabiegu jak i wysoki komfort realizacji zabiegu. Różnica między wymaganym co najmniej 90cm zakresem a oferowanym 50cm jest zbyt duża.

Pytanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją w zakresie 74 – 119cm? Oferowany parametr w minimalnym położeniu nieznacznie różni się od wymaganego w SWZ, natomiast w górnej granicy znacznie przekracza oczekiwania Zamawiającego. – dotyczy l.p. 136

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz koryguje zał. nr 1 do SWZ.

Pytanie 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy w stole w kształcie litery H wyposażonej w dwa koła stałe o średnicy 125 mm oraz dwa koła obrotowe o średnicy 80 mm. Bez dodatkowego piątego koła prowadzącego. Ruch blokowany elektrohydraulicznie (z pilota) – dotyczy l.p. 138

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - stół nie będzie stołem stacjonarnym do ewentualnych drobnych korekt położenia na sali, ale będzie wykorzystywany zamiennie z klasycznym stołem operacyjnym, zależnie od przeprowadzanego na sali operacyjnej zabiegu. Tym samym istotnym parametrem jest łatwość manipulacji stołem i jego przemieszczania między pomieszczeniami na bloku operacyjnym w wąskim ciągu komunikacyjnym. Taki wymóg - mały promień skrętu, łatwość manipulacji gwarantują wszystkie 4 skrętne koła z dodatkowym kołem prowadzącym.

Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści stół, w którym funkcje sterowane przez:

- układ elektrohydrauliczny (za pomocą pilota przewodowego) to: regulacja wysokości, przechyty wzdłużne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg, przechyty boczne, poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku oraz blokada przejazdu

- układ elektromechaniczny (joystick) to : przesuw wzdłużny i poprzeczny?

Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SWZ – dotyczy l.p. 128-129

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - ważnym wymogiem jest obsługa poprzez joystick m.in. regulacji wysokości. Podczas zabiegów angiograficznych położenie stołu góra/dół jest na bieżąco modyfikowane przez operatora zależnie od okolicy ciała poddawanej w danej chwili ekspozycji, tym samym musi być obsługiwane przez operatora wykorzystując do tego przymocowany do szyny bocznej i zabezpieczony sterylnie joystick. Pilot jest niezależnym wymogiem pkt 129, dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę na istotny wymóg opisany w pkt 127 – tzw. pływający blat stołu.

Pytanie 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, który jest przezierny na całej szerokości blatu oraz na długości 1700mm? Oferowana długość jest optymalna i gwarantuje dokładne oraz wszechstronne obrazowanie pacjenta. – dotyczy l.p. 130

1

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - wymóg pkt 130 określa wymóg przezierności całego blatu a pkt 125 określa że minimalna długość blatu ma wynosić 230cm. Czyli Wykonawca proponuje blat przezierny na długości 170cm zamiast co najmniej 230cm.

Pytanie 6 Proszę o informację, czy panel może być mocowany do relingu bocznego o wymiarach przekroju poprzecznego 25 x 10 mm? – dotyczy l.p. 146

Pytanie niezasadne. Postępowanie dotyczy zestawu - ramię C, stół, wstrzykiwacz. W związku z tym pkt 146 jednoznacznie określa: "Stół kompatybilny z opisanym powyżej ramieniem C. Możliwość montażu do stołu panelu do sterowania ruchami ramienia C". W efekcie przekrój relinga musi być taki by można było zamontować panel sterowania ramienia C - tego, który Wykonawca w zestawie oferuje.

Pytanie 7 dotyczy punktu nr 90

Prosimy o dopuszczenie aparatu, wyposażonego w monitor o luminancji 700 cd/m².

Pragniemy zauważyć, iż z perspektywy Użytkownika różnica jest niezauważalna, ponieważ w praktyce najistotniejsza jest luminancja skalibrowana do standardu DICOM

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 8 dotyczy punktu nr 94

Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza jednogłowicowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaferowania ww. wstrzykiwacza.

Pytanie 9 dotyczy punktu nr 97

Prosimy o sprecyzowanie, czy wymóg pakietu DICOM 3.0 obejmuje także podłączenie przedmiotowego aparatu do serwera PACS?

Jeśli „tak” to prosimy o sprecyzowanie, czy dostarczenie/zakup licencji do PACS jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy

Odpowiedź: Wymóg pakietu DICOM 3.0 nie obejmuje podłączenia przedmiotowego aparatu do serwera PACS.

Pytanie 10 dotyczy punktu nr 103

Prosimy o sprecyzowanie, czy zakres wykonania stosownych testów obejmuje także wykonanie „projektu osłon stałych” sali operacyjnej w której będzie użytkowany przedmiotowy aparat.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres wykonania stosownych testów obejmuje także wykonanie „projektu osłon stałych” sali operacyjnej w której będzie użytkowany przedmiotowy aparat.

Zamawiający koryguje zapis punktu 103 w następujący sposób:

Było:

Protokół wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych przez autoryzowany serwis lub laboratorium.

Jest:

Protokół wykonania testów: podstawowych, akceptacyjnych i specjalistycznych przez autoryzowany serwis lub laboratorium, protokół wykonania „projektu osłon stałych” zaopiniowanych przez WSSE oraz rozkładu dawki promieniowania wokół aparatu.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy w §3 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projektowanych postanowieniach umowy w tym zakresie.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy w § 5

Kary umowne i odsetki

1. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych odpowiednio w § 2 pkt 1 i § 2 pkt 10 lit a oraz w § 6 pkt 8 i 10-11 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt 1– za każdy dzień zwłoki z tym, że łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę

Odpowiedź dla pkt.1-3: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projektowanych postanowieniach umowy.

Pytanie 13

Dotyczy wzoru umowy w §6 pkt 10

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia od Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę oraz koryguje zapis §6 pkt 10 w następujący sposób:

Było: Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

Jest: Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy w §6 pkt 14

Zwracamy się z prośbą o drobną modyfikację w/w zapisu, proponujemy:

*Wykonawca zobowiązuje się do wymiany **elementu Sprzętu** na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego **istotnego elementu Sprzętu**.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie projektowanych postanowień umowy poprzez wprowadzenie ww. zapisu.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy w § 7

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Stronę, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projektowanych postanowieniach umowy.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje opis przedmiotu zamówienia (załącznik do SWZ) z uwzględnionymi zmianami.

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.

Termin składania ofert zostanie stosownie wydłużony.