



SZP-ET/223/2022

Złotów, dnia 14.04.2022 r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr **10/ZP/2022**

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 10/ZP/2022, którego przedmiotem jest: **„Dostawa podłoży mikrobiologicznych do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych z próbek krwi i innych płynów ustrojowych, oraz sprzęt do przesiewania próbek pozytywnych wraz z dierzawą urządzenia - analizatora do posiewów próbek krwi i innych płynów ustrojowych (część 4)”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:**

Pytanie nr 1

Dotyczy zał. 2 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek pediatrycznych o zakresie pobrania 1-3 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy zał. 2 poz. 11. Prosimy Zamawiającego o podanie ile zestawów do pobierania krwi należy wycenić i tym samym prosimy o możliwość rozszerzenia tabelki asortymentowo cenowej o dodatkowe pozycje.

Odpowiedź: W opisanym przypadku należy wycenić 1800 zestawów oraz odpowiednio zmodyfikować tabelę nr 1 o brakującą pozycję. Wycena zestawów nastąpi tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie posiada butelek kompatybilnych z systemem Vacutainer.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru ocenianego „Zwalidowana, potwierdzona w oryginalnej instrukcji używania możliwość opóźnionego wkładania podłoża do aparatu min. 24 godziny”, w przypadku podłoża dla drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych z inhibitorami antybiotyków oraz podłoża pediatrycznych, które posiadają następujące możliwości w zakresie opóźnionego włożenia butelki do aparatu:

< 20 godzin, jeśli butelki są inkubowane przed wprowadzeniem do aparatu,

< 48 godzin, jeśli butelki nie są inkubowane przed wprowadzeniem do aparatu (przechowywane w temperaturze pokojowej) potwierdzone dokumentem producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna parametr oceniany za spełniony w opisanym przypadku, jeżeli walidacja jest potwierdzona w oryginalnej instrukcji.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane podłoża były zwalidowane na płyny ustrojowe inne niż krew?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu oraz podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwość zmiany czasu inkubacji dla indywidualnej butelki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwość wprowadzania butelek do aparatu bez skanowania kodów kreskowych (tzw. Próbkę anonimowe)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczące projektu umowy w § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 7 ust. 1 poprzez wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych od złożonego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 5 dni roboczych, tym samym zmienia brzemienne załącznika nr 4 do SWZ w § 7 ust. 1.

Jest:

§ 7. 1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie (częściowo) przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego tj. do wewnątrz budynku laboratorium mieszczącym się w budynku E, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, zgodnie z zamówieniem przesłanym pocztą elektroniczną e-mailem. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do godz. 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego w ciągu **3 dni roboczych** od zamówienia złożonego pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: [], nr tel. [] przez pracownika laboratorium.

Powinno być:

§ 7. 1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie (częściowo) przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego tj. do wewnątrz budynku laboratorium mieszczącym się w budynku E, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, zgodnie z zamówieniem przesłanym pocztą elektroniczną e-mailem. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do godz. 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego w ciągu **5 dni roboczych** od zamówienia złożonego pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: [], nr tel. [] przez pracownika laboratorium.

Pytanie nr 8

Pytanie dotyczące projektu umowy w § 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 10 ust. 4 poprzez zapis o ewentualnej karze w przypadku wypowiedzenia umowy w wysokości 10 % wartości NIEZREALIZOWANEJ umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9

Pytanie dotyczące projektu umowy w § 10 ust. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 10 ust. 1-2 poprzez zmianę wysokości ewentualnych kar z 10% na 3%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.