



Słupsk, dnia 16.04.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyrobów medycznych – postępowanie nr 32/PN/2024**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 17: poz. 1 filtr do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego. Wprowadzany i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o średnicy 6,5 F i długości 70 cm. Filtr o średnicy 35 mm i długości 58 mm. Filtr wykonany z afferomagnetycznego materiału. Posiadający haczyki do fiksacji.

Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 32 mm. Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,035". W zestawie dylator i kranik trójdrożny; poz. 2 zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej. Stosowany do usuwania filtra do żyły głównej z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrolą fluoroskopową. Średnica koszulki usuwającej 7 F, długość 100 cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej - średnica 7F, długość 120 cm.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 2:**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 17: poz. 1 filtr do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego. Wprowadzany i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o średnicy 6,5 F i długości 70 cm. Filtr o średnicy 35 mm i długości 58 mm. Filtr wykonany z afferomagnetycznego materiału. Posiadający haczyki do fiksacji.

Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 32 mm. Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,035". W zestawie dylator i kranik trójdrożny; poz. 2 zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej. Stosowany do usuwania filtra do żyły głównej z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrolą fluoroskopową. Średnica koszulki usuwającej 7 F, długość 100 cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej - średnica 7F, długość 120 cm.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający dopuści granulat o średnicy min. 3mm oraz granulat o średnicy min 1.5mm. Pojemność od 2cm<sup>3</sup> do 30cm<sup>3</sup> , oraz bloki w rozm 10x20x30mm oraz 10x10x25mm”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 4:**

„Dot. załącznika nr 2 do IDW (Instrukcja dla Wykonawców), tj. Formularza asortymentowo-ilościowego – część nr 6, lp. 3.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w części nr 6 – Cementowa, bipolarna endoproteza stawu biodrowego w lp. 3 dopuści zaoferowanie produktu o następujących parametrach: Głowa CoCrMo o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w czterech długościach szyjki oraz o średnicy 22mm w trzech długościach szyjki?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 5:**

„Pytanie nr 1 do części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 30 cm<sup>3</sup> - zamiast granuląt 4-10 mm, 30 cm<sup>3</sup> ?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6:**

„Pytanie nr 2 do części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 20 cm<sup>3</sup> – zamiast granuląt 4-10 mm, 15 cm<sup>3</sup>?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7:**

„Pytanie nr 3 do części nr 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 5 cm<sup>3</sup> - zamiast granuląt 4-10 mm, 5 cm<sup>3</sup> ?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8:**

„Pytanie nr 4 do części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 30 cm<sup>3</sup> – zamiast granuląt 2-4 mm, 30 cm<sup>3</sup> ?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9:**

„Pytanie nr 5 do części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 20 cm<sup>3</sup> – zamiast granuląt 2-4 mm, 15 cm<sup>3</sup> ?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10:**

„Pytanie nr 6 do części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz

zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 2-4 mm, 8 cm<sup>3</sup> – zamiast granulat 2-4 mm, 3 cm<sup>3</sup> ?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11:**

„Pytanie nr 7 do części nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 w pozycji 2 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – bloczek o wymiarach 40/30/10 mm – zamiast bloczek 20/20/30 mm ?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12:**

„Pytanie nr 8 do części nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 w pozycji 2 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – bloczek o wymiarach 10/20/20 mm ?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13:**

„Pytanie nr 9 do części nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 11 w pozycji 1 złożenie oferty na substancję - dwuwodny czysty siarczan wapnia ( CaSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O ) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce? Dostępną jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Stanowi równocześnie substytut przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorpcji i jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. Biodegradowalny i biokompatybilny. Uzyskiwany granulat 12.00 cc (zamiast 12.50 cc).”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14:**

„Dotyczy Części nr 3:

Brzmienie Przedmiotu zamówienia w części nr 3 umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję 2 do osobnego pakietu aby zapewnić możliwość złożenia konkurencyjnych ofert?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 15:**

„Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 dren komorowy o długości 18 cm i dren otrzewnowy o długości 120 cm?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16:**

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Zastawkę regulowaną przepływem, samoregulującą się, nie wymagającą programowania?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17:**

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 dren otrzewnowy o długości 120 cm?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18:**

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 łącznik prosty o średnicy 1,9 mm?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19:**

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 łącznik „Y” o średnicy 1,9 mm?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20:**

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 dren łączący 150 cm, komorę kroplową 75 ml, worek 500 ml i dren komorowy dł. 35 cm, średnica zewnętrzna 2,7 cm?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21:**

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 dren łączący 150 cm i komorę kroplową 75 ml, worek 500 ml, dren lędźwiowy średnica zewnętrzna 1,8 mm?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22:**

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 Worek o pojemności 500 ml?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23:**

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 listwę pomiarową bez lasera?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24:**

„Dotyczy przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 części 17 formularza asortymentowo-ilościowego (załącznik 2 do swz) filtrów do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego o średnicy 30mm i długości 49mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 25:**

„PYTANIA: do Zadania 15.

Czy Zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z użyciem implantów w części nr 15, w pozycji 1b (System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa) możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium do wykonania operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na jednorazowy zabieg.

Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, byłyby wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72 godzin przed planowaną operacją. Koszt przesłania instrumentarium razem z implantami pokrywa Wykonawca?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26:**

„PYTANIA: do Zadania 15.

Czy Zamawiający dopuszcza w części nr 15, w pozycji II (System tytanowych śrub przez stawowych/przez nasadowych do kręgosłupa. Możliwość stosowania od poziomu L1 do S1 z dostępu tylnego w technice MIS):

- System tytanowych płytek/klinów stawowych stabilizowanych za pomocą śrub. Możliwość stosowania do kręgosłupa lędźwiowego od L1 do S1.
- implanty sterylne
- Komplet: 2płytki/kliny, 4śruby (2szt. w opakowaniu)”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27:**

„PYTANIA: do Zadania 15.

Czy Zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z użyciem implantów w części nr 15, w pozycji II (System tytanowych śrub przez stawowych/przez nasadowych do kręgosłupa. Możliwość stosowania od poziomu L1 do S1 z dostępu tylnego w technice MIS) możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium do wykonania operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na jednorazowy zabieg.

Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, byłyby wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72 godzin przed planowaną operacją. Koszt przesłania instrumentarium razem z implantami pokrywa Wykonawca?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28:**

„Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 29:**

„Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno - gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 30:**

„Czy Zamawiający zmieni sposób liczenia kar umownych określonych w §7 ust. 2 z za każdą godzinę zwłoki na za każdy dzień zwłoki?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 § 1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody

stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353 1 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 31:**

„1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2 - 5:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej a niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust. 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w utworzeniu banku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieutworzonego banku.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 32:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 3 ust. 7 Załącznika do SWZ zwanego „Część II \_Wzór umowy” (dalej jako: „Umowa”) poprzez zmianę zwrotu „W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn” na zwrot „W przypadku braku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Wykonawca nadmienia, iż ponoszenie ewentualnej odpowiedzialności za działania wynikające niezależnie od Wykonawcy nie jest w pełni zasadne – mając na uwadze m.in. ograniczenia wynikające z art. 433 pkt 3 PZP.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 33:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 3 ust. 8 Umowy poprzez wykreślenie ostatniego zdania. Wykonawca nadmienia, iż w przypadku produktów, które zostały już dostarczone (a więc względem których obowiązki Wykonawcy zrealizowano w sposób prawidłowy), obowiązek uiszczania różnicy kosztów w ramach zakupu zastępczego nie znajduje uzasadnienia. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za ewentualny brak kompatybilności sprzętu u Zamawiającego – jako że nie ma żadnego wpływu na powyższe. Ponoszenie przedmiotowej odpowiedzialności należy uznać za naruszenie art. 433 pkt 3 PZP.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 34:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 5 ust. 5 Umowy poprzez wskazanie, iż termin 5 dni roboczych jest naliczany od dnia uznania reklamacji (w celu zapewnienia zgodności z § 5 ust. 7 Umowy).

4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostarczania przedmiotu zamówienia objętego umową depozytu z 48 godzin na 3 dni robocze. Proponowana modyfikacja zapewni jednolite terminy dostawy wyrobów medycznych w ramach całej Umowy.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 35:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 2 Umowy poprzez wskazanie, iż kara umowna w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy będzie naliczana każdy rozpoczęty dzień (lub 24 h) zwłoki (analogicznie jak w przypadku naruszenie terminu z § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy). Wykonawca nadmienia, iż naliczanie kary umownej za każdą godzinę zwłoki stanowi niezasadne rozszerzenie potencjalnej odpowiedzialności Wykonawcy, istotnie różnicujące sankcje wprowadzane dla podmiotów oferujących dostawy cząstkowe (tj. terminy realizowane do 3 dni roboczych) z sytuacją podmiotów realizujących dostawy do depozytu (tj. dostawy realizowane do 2 dni roboczych).”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 36:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 7 ust. 4 wzoru umowy depozytu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Wykonawca po otrzymaniu protokołu zużycia wystawia fakturę VAT na pobrane przedmioty z terminem zapłaty 30 dni od daty otrzymania faktury i dostarcza wystawioną fakturę wraz z uzupełnianym towarem lub przesyła wystawioną fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania lub na adres e-mail: [apteka@szpital.slupsk.pl](mailto:apteka@szpital.slupsk.pl) w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania protokołu zużycia.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak

