

Gdańsk, dnia 04.11.2025 r.

D10.251.50.F.2025

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Unieważnienie postępowania w części nr 25

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW STERYLIZACYJNYCH” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że unieważnia postępowanie w zakresie części nr 25.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 25, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej ofert.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysokości 118 749,00 zł brutto. Najkorzystniejsza oferta niepodlegająca odrzuceniu firmy: Solventum Poland Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław za realizację przedmiotu zamówienia zaoferowała kwotę w wysokości: 120 934,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie części nr 25.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Nie zostali wykluczeni wykonawcy.
2. Odrzucono ofertę:

Oferta nr 10 Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat Sp. A., ul. Ratuszowa 11, lok. 318, 03-450 Warszawa zostaje odrzucona w części nr 25 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5)- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w części nr 25 wymagał: zestawów testowych zawierających wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji parowej.

Wykonawca zobowiązany był dołączyć do oferty certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej zgodność oferowanych wskaźników z normą referencyjną ISO EN-PN 11138. Wykonawca złożył dokument FDA nr K191021 wraz z tłumaczeniem na język polski. Złożony dokument natomiast nie potwierdzał zgodności testów z normą ISO EN-PN 11138 lub równoważną.



Wymaganą przez Zamawiającego normę potwierdzał wyłącznie dokument wydany przez producenta wyrobów, lecz nie przez jednostkę notyfikowaną.

W dniu 15.10.2025 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie części nr 25 dotyczących certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającej zgodność oferowanych wskaźników z normą referencyjną ISO EN-PN 11138, czego Wykonawca nie uczynił.

Zgodnie z faktem, iż dokument FDA w żadnym miejscu nie potwierdza zgodności zaoferowanego produktu z wymaganymi normami oferta firmy Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat Sp. A. podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SWZ.

3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zatwierdził
Wiceprezes Zarządu- Piotr Wróblewski

Sporządziła: Magdalena Fuławka- Sekretarz Komisji Przetargowej