

COZL/DZP/AW/3412/TP-115/21

Lublin, dnia 05.10.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Dostawa sztucznego zwieracza cewki moczowej dla Oddziału Urologicznego COZL.”  
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/TP-115/21)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Regulowany hydraulicznie sztuczny zwieracz cewki moczowej do leczenia przewlekłego nietrzymania moczu u mężczyzn (AUS).

Jest to system całkowicie jednorazowy, sterylny, fabrycznie połączony i gotowy do implementacji składający się z następujących elementów:

- mankietu cewki w czterech rozmiarach: 3,7 cm, 4 cm, 4,5 cm lub 5 cm aby jak najlepiej dopasować się do anatomii pacjenta i uniemożliwić powstawanie nadżerek;
- dwóch balonów tj.: balonu regulującego ciśnienie zwieracza oraz balonu podnoszącego ciśnienie w mankiecie w przypadku wzrostu ciśnienia w podbrzuszu;
- pompy kontrolnej z samuszczelniającym portem umieszczonej w worku mosznowym, która pozwala na nieograniczoną i łatwą regulację ciśnienia w układzie zwieracza po implantacji bez konieczności interwencji operacyjnej (ambulatoryjnie);
- akcesoriów potrzebnych przy implantacji zwieracza.

Istnieje możliwość wymiany jednego z elementów, a nie całego zwieracza.

Sztuczny zwieracz cewki moczowej występuje w dwóch konfiguracjach, aby umożliwić dopasowanie do stanu chorobowego dróg moczowych u każdego pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.