



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 28.09.2022 r.

dotyczy: PN 56/22 dostawa sprzętu jednorazowego użytku II – uzupełnienie

**ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE DOKONAŁ KOREKTY ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2
Z DNIA 26.09.2022r.**

DOTYCZY PLIKU zamieszczonego pod nazwą „Pytania i Odpowiedzi III z dnia
26.09.2022r.”

Było:

„ **Pytanie 2**

Pakiet nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznych igieł do portów o poniższych parametrach:

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta, Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Na zacisku informacja o maksymalnym przepływie. Igła przystosowana do podaży kontrastu po ciśnieniu 300PSI. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.”.

Po korekcie jest:

„ **Pytanie 2**

Pakiet nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznych igieł do portów o poniższych parametrach:

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta, Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Na zacisku informacja o maksymalnym przepływie. Igła przystosowana do podaży kontrastu po ciśnieniu 300PSI. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ, PONIEWAŻ POTRZEBUJE TEGO KONKRETNIEGO ROZMIARU IGIEŁ ZE WZGLĘDU NA PACJENTÓW W OPIECE DOMOWEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SZPITAL. PROPONOWANE ROZMIARY BYŁY PRZEDMIOTEM WCZEŚNIEJSZEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.”.