

Wrocław, dnia 07. 11.2023r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: TP 83/23 -zakup fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego neonatologicznego (bez wyposażenia medycznego)

I.Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Dotyczy załącznika nr 2 pkt. I.10 – z uwagi na wprowadzenie zmian i wymóg instalacji sprężonego powietrza, która montowana jest w schowku za lewymi drzwiami prosimy o rezygnację z wymogu:
- mocowanie krzeselka kardiologicznego,
 - mocowanie noszy podbierakowych,
 - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych,
 - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci,
 - mocowanie materaca próżniowego,
 - mocowanie szyn Kramera,
 - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED,
 - mocowanie 3 kasków ochronnych,
 - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego,
 - miejsce dla pasów do desek, krzeselka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę,
 - wyposażenie techniczne (łom, łopata) z systemem ich mocowania.
 - również rezygnację z tego punktu - Dopuszcza się by miejscem przewożenia szyn Kramera, kamizelki KED, deski ortopedycznej dla dzieci był przedział medyczny.
- Rezygnacja ta jest podyktowana brakiem miejsca które zajmą butle, kompresor. Czyli prosimy o dopuszczenie schowka za lewymi drzwiami przystosowanego do przewozu dwóch butli tlenowych oraz dwóch butli powietrznych razem z butlami i reduktorami oraz kompresora powietrza, w schowku znajdują się również siatki na drobne wyposażenie medyczne.

Odpowiedź: Analizując powyższe stwierdzamy, że jedynymi elementami z jakich szpital jest w stanie zrezygnować to:

- **mocowanie krzeselka kardiologicznego,**
 - **mocowanie 3 kasków ochronnych,**
 - **wyposażenie techniczne (łom, łopata) z systemem ich mocowania.**
- Reszta elementów stanowi niezbędne wyposażenie karetki.**

W związku z tym zasadna jest rezygnacja z instalacji sprężonego powietrza, którą możemy zastąpić innym rozwiązaniem. Zmiany do OPZ

- 2) Dotyczy załącznika nr 2 pkt. XII.8 – podstawa pod nosze elektryczne niestety nie pozwala z uwagi na różnorodność noszy i mocowań na zainstalowanie uniwersalnej lawety. Podajemy stronę producenta lawet, który dla każdej marki i modelu ma inny „stół”:

<https://www.hover.at/en/products/>

Bez określenia marki i modelu nie jesteśmy w stanie spełnić Państwa wymagań lub możemy zainstalować pierwszą lepszą podstawę pod nosze elektryczne (spełniając wymóg), ale gdy Państwo kupią nosze bądź je mają – mogą one nie być kompatybilne.

Odpowiedź: markę i model podamy po wyborze oferty w drugim postępowaniu na sprzęt medyczny.

II. Na podstawie art. 286 ust.12 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje zmian do SWZ:

zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ -OPZ pkt 1.10.

W załączeniu OPZ po zmianach II

Sporządziła: Elwira Stołba