



Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-  
00  
zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 17.04.2023 r.

EZP 146/2023



**Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**dot. postępowania M-14/2023 na dostawę zwieraczy cewki moczowej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

Zamawiający na podst. art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań.

Pytanie 1

Pytanie do zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Regulowany hydraulicznie sztuczny zwieracz cewki moczowej do leczenia przewlekłego nietrzymania moczu u mężczyzny (AUS).

Jest to system całkowicie jednorazowy, sterylny, fabrycznie połączony i gotowy do implementacji składający się z następujących elementów:

a) mankietu cewki w pięciu rozmiarach: 3,7 cm, 4 cm, 4,5 cm, 5 cm i 5,5 cm aby jak najlepiej dopasować się do anatomii pacjenta i uniemożliwić powstawanie nadżerek;

b) pompy kontrolnej z samouszczelniającym portem umieszczonej w worku mosznowym, która pozwala na nieograniczoną i łatwą regulację ciśnienia w układzie zwieracza po implantacji bez konieczności interwencji operacyjnej (ambulatoryjnie);

c) jednego balonu (balon regulujący ciśnienie zwieracza) lub dodatkowo drugiego balonu (balon podnoszący ciśnienie w mankiecie w przypadku wzrostu ciśnienia w podbrzuszu);

d) akcesoriów potrzebnych przy implantacji zwieracza.

Sztuczny zwieracz cewki moczowej występuje w dwóch konfiguracjach: jedno i dwubalonowej; wybór wersji przez zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych**

Ewa Sempłowicz



