

Gdańsk, dnia 04.11.2022 r.

GUM2022ZP0127

Do uczestników postępowania

Dotyczy: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, sprzętu medycznego, sprzętu do badań na zwierzętach i chłodziarko-zamrażarki w 6 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1: Pakiet 3: Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną w której wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie przekracza 58cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych za nieterminową naprawę?

Odpowiedź: Tak, jeśli urządzenie zastępcze będzie miało parametry nie gorsze niż urządzenie przekazane do naprawy.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 4: Pakiet 3: Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe parametry wirówki: wysokość po otwarciu 80,50 cm rotor z adapterami na probówki 16 x 100; 13 x 100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*p.o. Kanclerza
/-/
Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła: Weronika Garstecka