



Łukasiewicz

Warszawski
Instytut
Technologiczny

Warszawa, dn. 11 sierpnia 2023 r.

dot. **FZ-240-10/2023**

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Dostawa maszyn wytrzymałościowych i maszyny termoformierskiej”** - działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1:

Odnośnie zad. 1 , pkt 2 - maszyna 600 kN - sformułowane jest wymaganie, że musi posiadać duży graficzny wyświetlacz dotykowy (pojemnościowy) co najmniej 7" (do łatwej prezentacji krzywej obciążenie/czas), więc mamy pytanie czy Zamawiający dopuszcza również wyświetlacz wg podanej specyfikacji ale o powierzchni 5,1" ?

Tylko taki wyświetlacz jest montowany w oferowanych przez nas maszynach do 600 kN.

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza wyświetlacz o powierzchni 5,1" dla maszyny 600 kN.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Ireneusz Baic

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Warszawski Instytut Technologiczny

Strona 1 z 1