

UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
ul. Bankowa 12,  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 24.06.2024 r.

Strona | 1

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NR DZP.382.3.6.2024

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dziedziny nauki nr DZP.382.3.6.2024,  
pn. „Dostawa chłodziarki farmaceutycznej.”

---

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1:

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o następujących wymiarach? Wymiary zewnętrzne: 627x656x1860 (szer.xgt.xwys.).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o szerokości większej niż podana w OPZ (z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 4 – zmiana treści Ogłoszenia z dnia 21.06.2024r.) z uwagi na miejsce, w którym będzie postawiona chłodziarka.

PYTANIE 2:

Czy zamawiający dopuści rejestrator temperatury jako dodatkowe, oddzielne od chłodziarki urządzenie umieszczone w komorze z wbudowanym portem USB do zacytywania danych temperaturowych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia w komorze oddzielnego od chłodziarki rejestratora temperatury.



POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej:

Członek komisji przetargowej: