



Do zainteresowanych

**Dotyczy : POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
ODCZYNNIKÓW I PRÓBÓWEK DO BADAŃ W TECHNICIE CYTOMETRII PRZEPIYWOWEJ
znak sprawy WSzSL/FZ-40/22**

Pytanie 1

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące części 3:

1. Pytanie dotyczy części nr 3, pozycja nr 3. Zamawiający wyspecyfikował przeciwciało CD36-FITC o numerze klonu J3D3 i statusie RUO. Jest to zapis błędny, być może w wyniku omyłki pisarskiej. Klon J3D3 o statusie RUO jest właściwy dla przeciwciała CD35-FITC, natomiast dla CD36-FITC właściwym klonem jest FA6.152 i status ASR (nie jest dostępne przeciwciało CD36-FITC, klon J3D3 o statusie RUO). Zwracamy się z prośbą o wskazanie właściwego produktu, czy Zamawiający w części nr 3 w pozycji nr 3 opisuje CD35-FITC (klon J3D3 i status RUO) czy CD36-FITC (klon FA6.152 i status ASR)?
2. Pytanie dotyczy części nr 3, pozycja nr 7. Zamawiający wyspecyfikował przeciwciało CD59-PE o numerze klonu P282E i statusie CE/IVD. Jest to zapis błędny, być może w wyniku omyłki pisarskiej. Klon P282E o statusie CE/IVD jest właściwy dla przeciwciała CD59 wyznakowanego fluorochromem FITC, natomiast dla CD59-PE właściwym klonem jest MEM-43 i status ASR (nie jest dostępne przeciwciało CD59-PE, klon P282E o statusie CE/IVD). Zwracamy się z prośbą o wskazanie właściwego produktu, czy Zamawiający w części nr 3 w pozycji nr 7 opisuje CD59-FITC (klon P282E, status CE/IVD), czy CD59-PE (klon MEM-43 i status ASR)?
3. Pytanie dotyczy części nr 3, pozycja nr 10. Zamawiający wyspecyfikował przeciwciało CD79a-PE o numerze klonu 38.13 i statusie CE/IVD. Jest to zapis błędny, być może w wyniku omyłki pisarskiej. Nie jest dostępne przeciwciało CD79a-PE o takim numerze klonu. Czy Zamawiający dopuści przeciwciało CD79a-PE, klon HM47 o statusie CE/IVD?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż koryguje omyłki znajdujące się w Załączniku 2A jak niżej:

poz.3 otrzymuje nowe brzmienie - CD36 FITC klon FA6.152 CE/IVD

poz.7 otrzymuje nowe brzmienie - CD59PE klon MEM-43 ASR

poz.10 otrzymuje nowe brzmienie - CD79a PE klon HM47 CE/IVD

Jednocześnie zawiadamiamy iż modyfikacji uległy zapisy SWZ związane z podstawami wykluczenia.

Wszelkie zmiany SWZ dokonane w dniu 13-05-2022 r. zaznaczone zostały kolorem zielonym.

Za niedogodności przepraszamy.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Baranowski