



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
<https://spzoz-mogilno.pl/>

Nr sprawy 8SMSspzoz2023

Mogilno, dnia 24.03.2023r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 8SMSspzoz2023 – Dostawa sprzętu stomatologicznego wraz z aparaturą

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy dedykowany panel sterowania może współpracować z silnikiem endodontycznym bez zintegrowanego endometru?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy panel sterowania może być wyposażony w panel sterowania z przyciskami membranowymi?

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy lampa oświetleniowa może pracować w zakresie od 15.000 do 30.000 LUX z regulacją skokową natężenia (4 zakresy jasności)?

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy sterownik nożny może pracować w trybie pneumatycznym?

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno
Technicznych
Jarosław Głowacki
/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a