



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 02.11.2022 roku

FZP.II – 241/68/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **MASKI, CZEPKI I KOCE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Zadanie 1 – poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski chirurgicznej jednorazowej trójwarstwowej na gumki - posiadającą filtracje bakteryjną BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 1 – poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski chirurgicznej jednorazowej trójwarstwowej na troki - posiadającą filtracje bakteryjną BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 1, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości i podanie ceny masek (gumka/trok) za opakowanie. Opakowania po 50 szt ??

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Czepka typu furażerka wykonanego z włókniny polipropylenowej, wiązanego ze wstawką chłonącą pot w okolicy czoła, gramatura 20 gr/m2 lub 25g/m2, rozmiar uniwersalny, opakowanie 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie 3, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Zadanie 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski :

MASKA FFP2 BEZ ZAWORU

- kształt kopułowy ułatwiający oddychanie, odporna na wgniatanie
- wygodna miseczka w kształcie dopasowanym do twarzy użytkownika
- bez zaworu wydechowego
- z paskami nagłowia wykonanymi z gumek
- pianka uszczelniająca w części nosowej
- biały klips na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie
- trzywarstwowa (bawełna + filtr + PP)
- filtracja powyżej 94%
- opakowanie – 20 szt.
- spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie PÓŁMASKI FILTRUJĄCEJ Z TAŚMAMI ZAUSZNYMI - FFP3, będącej wyrobem medycznym Klasy 1, Składająca się z 5 warstwowej włókniny z filtrem z tkaniny. Wymiary 160 x 105 mm, w kolorze białym. Jednorazowa, posiadająca gąbkę uszczelniającą w części nosowej. Z taśmami zausznymi oraz spinką do taśm ułatwiającą dopasowanie półmaski oraz podnoszącą komfort użytkowania. Pakowane pojedynczo w zamknięty woreczek, 45 szt. W pudełku.

Zgodna z Normami: EN 14683:2019 (TYP IIR); PN-EN 149+A1:2010 (EN 149;2001 + A1:2009)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Zadanie I, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Zadanie II, poz.1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie II, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 m każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zadanie II, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie nr III, pozycja nr 1

– Czy zamawiający dopuści maskę FFP2 wykonaną z 5-warstw:

- włóknina (skin- friendly) spundbond 30g/m²
- warstwa filtracyjna meltblow 25g/m²
- warstwa higroskopijna 50 g/m²
- warstwa filtracyjna meltblow 25g/m²
- włóknina spundbond gramatura 50g/m², spełniająca pozostałe zapisy SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie nr III, pozycja nr 2

– Czy zamawiający dopuści maskę FFP 3 o parametrach:

- półmaska z 5-warstwowej włókniny z filtrem z tkaniny (40% włóknina non-woven; 30% włóknina melt-blown; 30% bawełna);
- wymiary: 160 x 105 mm / kolor biały;
- jednorazowa;

- z regulowanym klipsem oraz z gąbką uszczelniającą w części nosowej;
- z taśmami zausznymi oraz spinką do taśm ułatwiającą dopasowanie półmasksi oraz podnoszącą komfort użytkowania;
- zgodna z normami: EN14683:2019 (typ IIR) oraz PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001 + A1:2009)
- wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Zadanie nr III, pozycja nr 3

– Czy zamawiający dopuści koc ogrzewający w kolorze granatowo-niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Zadanie nr III, pozycja nr 3

– Czy zamawiający dopuści koc ogrzewający o wymiarach 110cm x 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka jednorazowego chirurgicznego o gramaturze min. 12 g/m². Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi filtrującej FFP2 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maskę 5-warstwową, 2-panelową, mocowaną na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 µm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi filtrującej FFP3 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maskę 5-warstwową, 2-panelową, mocowaną na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji min. 99 %, cząsteczek o wielkości 0,6 µm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biały kocyk jednorazowego użytku wykonany z włókniny poliestrowej i poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczanie się elementów poszczególnych warstw, służący do okrycia pacjenta. Możliwość podgrzania do 60 stopni do 2 godzin; gramatura: 144 g/m²; rozmiar: 110x210 cm. Niesterylny, pakowany w torby foliowe po 30 szt. Zgodny z EN ISO 13485.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21

Zadanie nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o zakresie filtracji >98,2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22

Zadanie nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Zadanie nr 2 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania., wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki, wykonany w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, dostępny w kolorze niebieskim, z białymi trokami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki, wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m², opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, kolor niebieski z białymi trokami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.