



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 14.10.2024 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest **dostawa wyrobów medycznych (urologicznych) dla Szpitala Kolejowego przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie., nr publikacji ogłoszenia 192/2024 592065-2024 z dnia 02.10.2024 r.**

Znak sprawy – PN-60/2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1

uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Pakiet nr 10: "Zestaw wymienny do nefrostomii:

- Cewnik poliuretanowy z pojedynczą pętlą, o wymiarach 9Ch/ 34 cm; 12Ch/30cm, 14Ch/ 28cm
- Prowadnica Lunderquista, prosta z miękką końcówką, o wymiarach 0.035"/80cm,
- Atraumatyczne poszerzadło 18cm (dla rozmiarów 9Ch i 12 Ch rozszerzadło z rozrywaną koszulką w osobnym opakowaniu), dla zestawu 14Ch rozszerzadło z rozrywaną koszulką w zawarte w zestawie
- Kranik jednokierunkowy z portem Luer-lock, dla zestawu 14Ch lejek do podłączenia worka na mocz
- Uchwyt do przyszywania cewnika,
- Łącznik do worka na mocz z portem Luer-lock o dł. 23 cm."

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet nr 10: Zestaw do nefrostomii w rozm.9Ch; 12Ch; 14Ch i długości 22-30cm:

- Cewnik poliuretanowy z pojedynczą pętlą, o wymiarach
- Prowadnica ze sztywnym trzonem oraz giętką końcówką typu J, o wymiarach 0.038"/80cm,
- Atraumatyczne poszerzadła w ilości 3 szt.
- Igła punkcyjna dwuczęściowa,
- Igła do podania znieczulenia typu Chiba, wyposażona w echogeniczny znacznik, o wymiarach 18G/20cm,
- Kranik jednokierunkowy z portem Luer-lock,
- Łącznik do worka na mocz,
- Dysk mocujący do przyszywania cewnika z opaską zaciskową,
- Kołnier prostujący,
- Worek na mocz.

co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów w rozmiarach 8, 10, 12, 14 F, długość kateteru 30 cm, w zestawie rozszerzacz bez rozrywanej koszulki, z elementem mocującym, bez opaski zaciskowej, kateter bez znaczników głębokości.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 8, Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przewodników z miękką końcówką o długości 8 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Pakiet nr 8, Pozycja nr 24 - Czy Zamawiający, w miejsce pierwotnych zapisów, zgodzi się na zaoferowanie urządzenia do odzyskiwania stentów służącego do wyłapywania i usuwania stentów lub ciał obcych w obrębie dróg moczowych, będącego konstrukcją elastycznego, nitynolowego przewodnika zakończonego pętlą. Rozmiar : grubość 4.5 Fr, dł . 65 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Pakiet 4 pozycja 7

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie ewakuatora laparoskopowego o pojemności 1500ml zamiast 2000ml, lub wyrażenie zgody na zaoferowanie ewakuatora o pojemności 2000ml wykonanego z materiału RipStop.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 4 pozycja 10

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rozwiązania równoważnego czyli trokara jednorazowego użytku o średnicy 10mm z wbudowaną redukcją obsługujący narzędzia od 5-10 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Pakiet 4 pozycja 11

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rozwiązania równoważnego czyli trokara optycznego o wymiarach 10mm x75mm lub 10mmX100mm (do wyboru przez Zamawiającego) jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 4 pozycja 12

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rozwiązania równoważnego czyli trokara jednorazowego użytku o wymiarach 5mm x75 lub 5x100 do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.