

„Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 26.09.2024 r. ”

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnej myjki ultradźwiękowej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Ilość: 1 szt.

**Myjka ultradźwiękowa musi posiadać poniższe minimalne parametry techniczne:**

1. Pojemność zbiornika na wodę na co najmniej 20 litrów.
2. Możliwość podgrzania wody w zbiorniku do minimum 70 °C.
3. Możliwość regulacji temperatury wody.
4. Regulacja czasu pracy ultradźwięków do co najmniej 20 min. ciągłej pracy.
5. Włącznik czasowy pracy ultradźwięków.
6. Funkcja pracy ciągłej.
7. Wykonana ze stali kwasoodpornej.
- 8. Wymiary urządzenia do (SxGxW) 500x300x270 mm.**
9. Zasilanie 230 V.
10. Wyposażenie: pokrywka oraz kosz do zanurzania próbek - ze stali nierdzewnej.