



Nr sprawy:10/PNE/SW/2023

Sosnowiec,r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej o na sprzęcie Wykonawcy w pomieszczeniach Zamawiającego wraz z dzierżawą narzędzi oraz wykonaniem modernizacji pomieszczeń**”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

Załącznik nr 6b1 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu w pozycji nr 3 poprzez dodanie zapisu „przez cięcie o szerokości 1.5 mm”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obecny opis jest zgodny z opisem w ofercie.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 6b2 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu w pozycji nr 3 poprzez dodanie zapisu „przez cięcie o szerokości 1.5 mm”

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody. Obecny opis jest zgodny z opisem w ofercie.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 6b3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 rozwórkę o długości całkowitej 73 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 rozwórkę o długości 73 mm.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu w pozycji nr 3 poprzez dodanie zapisu „przez cięcie o szerokości 1.5 mm”

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody. Obecny opis jest zgodny z opisem w ofercie.





Pytanie nr 5

Załącznik nr 6b4 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu w pozycji nr 3 poprzez dodanie zapisu „przez cięcie o szerokości 1.5 m”

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 6b5 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 nożyczki o długości cięcia 6 mm, długości ostrzy 11 mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza w/w nożyczki .

Pytanie nr 7

Załącznik nr 6b6 do SWZ

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 nożyczki o długości cięcia 6 mm, długości ostrzy 11 mm?

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 imadło o długości całkowitej 111 mm

Odpowiedź: 1. Zamawiający dopuszcza w/w nożyczki

2. Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 imadło o długości 111mm

Pytanie nr 8

Załącznik nr 6b7 do SWZ

W pozycji nr 2 opis z wykreśleniem platformy roboczej o długości 6 mm

Odpowiedź: : Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wykreśla z opisu „ 6mm”

Pytanie nr 9

W pozycji nr 8 producent nie podaje długości ostrzy. Wykreślić 10 mm.

Opis powinien brzmieć: Nożyczki rogówkowe zagięte w prawo, długość cięcia 5 mm, płaska rękojeść o długości 100 mm, narzędzie stalowe

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w poz. 8 na jw.

Pytanie nr 10

W pozycji nr 9 producent nie podaje długości ostrzy. Wykreślić 10 mm

Opis powinien brzmieć: Nożyczki rogówkowe zagięte w lewo, długość cięcia 5 mm, płaska rękojeść o długości 100 mm, narzędzie stalowe

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w poz. 9 na jw.

Pytanie nr 11





Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu w pozycji nr 19 poprzez dodanie zapisu „przez cięcie o szerokości 1.5mm

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Obecny opis jest zgodny z opisem w ofercie

Pytanie nr 12

Załącznik nr 6 do SWZ dot. rozdziału nr VII punkt 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia producenta dotyczącego wykonania pasywacji wraz z opisem procesu oraz oświadczenia producenta dotyczącego spełnienia odporności na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 w zakresie narzędzi tytanowych wymienionych w załącznikach nr od 6b1 do 6b7 do SWZ. Proces pasywacji oraz odporność na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402 dotyczy wyłącznie narzędzi ze stali nierdzewnej. Ponadto procesowi pasywacji oraz odporności na korozję zgodnie z ww normą nie podlega wyrób medyczny wymieniony w załączniku nr 6b7 pozycja nr 15 gdyż jest to wyrób medyczny jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia producenta dotyczącego wykonania pasywacji wraz z opisem procesu oraz oświadczenia producenta dotyczącego spełnienia odporności na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 w zakresie narzędzi tytanowych wymienionych w załącznikach nr od 6b1 do 6b7 do SWZ. Natomiast w załączniku nr 6b7 Zamawiający dokonuje usunięcia pozycji nr 15.

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1

Zał. 6 do SWZ – OPZ. Prosimy wykreślić *materiał opatrunkowy* z pkt. 1 oraz pkt. 19 w rozdz. I – sterylizacja materiału opatrunkowego nie jest przedmiotem postępowania 10/PNE/SW/2023.

Odpowiedź: Ze względu na wymagania zawarte w Ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych Zamawiający, wykreśla treść” materiał opatrunkowy”. Zapis stanowi omyłkę pisarską

Pytanie nr 2

Zał. 5 do SWZ – wzór umowy - prosimy wykreślić w §2 w ust. 3 punkt 8 o brzmieniu:

zakupu na własny koszt i ryzyko wszelkich materiałów eksploatacyjnych związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania dostaw pakietów z materiałami opatrunkowymi
oraz z Umowy najmu i dzierżawy w §1 w ust. 4 *materiał opatrunkowy* z nazwy przedmiotu zamówienia – sterylizacja materiału opatrunkowego nie jest przedmiotem postępowania 10/PNE/SW/2023.

Odpowiedź: Ze względu na wymagania zawarte w Ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych, Zamawiający wykreśla treść” materiał opatrunkowy”. Zapis stanowi omyłkę pisarską

Pytanie nr 3

Zał. 6 do SWZ - OPZ, pkt. 1.1. *usługa wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu.*





1. Czy wstępna dezynfekcja ma dotyczyć wszystkich narzędzi i sprzętów czy tych z określonych oddziałów, bloków, komórek itd. lub określonej grupy narzędzi?
2. Czy wstępna dezynfekcja ma odbywać się w centralnej sterylizatorni?
3. Kto ma kupować i dostarczać preparaty do wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętów? Prosimy także potwierdzić, że chodzi o preparaty do wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu w koncentracji, z których sporządza się roztwory robocze?

Odpowiedź: a) wstępna dezynfekcja umożliwi personelowi CS policzenie / potwierdzenie ilości przyjętych do centralnej sterylizatorni narzędzi. Dotyczy narzędzi chirurgicznych w zestawach.

b) wstępna dezynfekcja odbywa się w centralnej sterylizatorni

c) preparaty dezynfekcyjne używane w centralnej sterylizatorni kupuje Wykonawca

Pytanie nr 3

Rozdz. IV SWZ pkt. 9. Wnosimy o zmianę zapisu z:

Zamawiający wymaga przez cały okres świadczenia usług dostępności do wszystkich dzierżawionych narzędzi chirurgicznych. Przekazanie narzędzi chirurgicznych nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

na zapis:

Zamawiający wymaga przez cały okres świadczenia usług dostępności do wszystkich dzierżawionych narzędzi chirurgicznych. Przekazanie narzędzi chirurgicznych nastąpi w terminie 3 miesiący od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanego w rozdz. VI SWZ, pkt. 1.

Odpowiedź: **Odpowiedź: Zamawiający nadaje nowe brzmienie zapisu na:**

Zamawiający wymaga przez cały okres świadczenia usług dostępności do wszystkich dzierżawionych narzędzi chirurgicznych. Przekazanie narzędzi chirurgicznych nastąpi w terminie 3 miesiący od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanego w rozdz. VI SWZ, pkt. 1.

Pytanie nr 4

Rozdz. IV SWZ pkt. 14: *Zamawiający dopuszcza, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca ponosił koszty dzierżawy pomieszczeń.*

Ww. koszty dzierżawy pomieszczeń - prosimy o doprecyzowanie wartości netto i brutto czynszu miesięcznego z tytułu dzierżawy oraz uwzględnienie jego wartości w §6 ust. 2 *Umowy najmu i dzierżawy*. Wartości brakuje w zapisach.

Odpowiedź: Powierzchnia centralnej sterylizacji: 564,2 m² x stawka, nie mniejsza niż 27,99 zł netto. Wartość czynszu Netto : 15 791,96 Wartość Brutto: 19 424,11 (vat 23%).

Pytanie nr 5

§6 ust. 10 *Umowy najmu i dzierżawy*. Prosimy podać wartość netto i brutto kaucji. Wartości brakuje w zapisach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kaucja wynosi 82 641,12 zł brutto

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że czynsz miesięczny z tytułu dzierżawy §6 ust. 2 *Umowy najmu i dzierżawy* nie będzie naliczany **od** momentu rozpoczęcia prac modernizacyjnych **do** dnia ich odbioru.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że czynsz miesięczny z tytułu dzierżawy §6 ust. 2 Umowy najmu i dzierżawy nie będzie naliczany od momentu rozpoczęcia prac modernizacyjnych do dnia ich odbioru.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający potwierdza, że §2 umowy, ust. 4 pkt. 2 odnosi się tylko do narzędzi medycznych wskazanych w zał. 6b, które musi zapewnić wykonawca w przedmiotowym zamówieniu z wyłączeniem narzędzi, które Zamawiający aktualnie posiada bądź dokupi sam w okresie trwania przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że §2 umowy, ust. 4 pkt. 2 odnosi się tylko do narzędzi medycznych wskazanych w zał. 6b,

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający potwierdza, że rozdz. IV SWZ, pkt. 18, ppkt. 2 dotyczy narzędzi medycznych wskazanych w zał. 6b, które musi zapewnić wykonawca w przedmiotowym zamówieniu z wyłączeniem narzędzi, które Zamawiający aktualnie posiada bądź dokupi sam w okresie trwania przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozdz. IV SWZ, pkt. 18, ppkt. 2 dotyczy narzędzi medycznych wskazanych w zał. 6b

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany szpitalnego systemu HIS-AMMS na inny, będzie on kompatybilny z wdrożonym przez wykonawcę systemem do zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w dziale centralnej sterylizacji i pozostałych jednostkach organizacyjnych szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 10

Rozdz. X SWZ, pkt. 1 ppkt. 1d:

*Karty katalogowe/ opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty oferowanego asortymentu (dotyczy narzędzi chirurgicznych zał.6b i urządzeń zał.6c) z opisem produktów (...)" oraz zapis w rozdz. IV SWZ pkt. 6:prosimy o potwierdzenie, że w przypadku urządzeń Zamawiającemu chodzi tylko o urządzenia z **zał. 6c cz. 3.***

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku urządzeń Zamawiającemu chodzi o zał. 6c cz. 3.

Pytanie nr 11

Rozdz. X SWZ, pkt. 1 ppkt. 1e:

*Certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych produktów, bądź oświadczenie o posiadaniu certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych produktów.prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowanych produktów, Zamawiającemu chodzi tylko o urządzenia z **zał. 6c cz. 3,** jak w rozdz. X SWZ, pkt. 1 ppkt. 1d.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi tylko o urządzenia z zał. 6c cz. 3, jak w rozdz. X SWZ, pkt. 1 ppkt. 1d.



Pytanie nr 11

Rozdz. IV SWZ pkt. 6: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w załączniku nr 6 c) do SWZ *model/typ/numer katalogowy, producenta urządzeń na których będzie świadczył usługi wraz z informacją o roku produkcji i podstawą dysponowania sprzętem.*

Prosimy dostosować powyższy zapis do treści załączników nr 6c w następujący sposób:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w załączniku nr 6 c) do SWZ cz. 1 **parametr oferowany oraz nazwę systemu / model / producent.**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w załączniku nr 6 c) do SWZ cz. 2 **model, producent, rok produkcji.**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w załączniku nr 6 c) do SWZ cz. 3 **nazwę urządzenia, nazwę producenta, model / typ, rok produkcji.**

Jeżeli Zamawiający ponad powyższe wymaga także podania **podstawy dysponowania sprzętem** prosimy określić w którym miejscu załączników i w której części zał. 6c (cz. 1, cz. 2 czy cz. 3).

Odpowiedź: W załączniku 6 c do SWZ jest odpowiednia ilość miejsca, żeby Wykonawca umieścił krótką informację o podstawie dysponowania sprzętem. Zamawiający wymaga podania informacji w załączniku 6c w formie dodatkowej informacji. Zamawiający poglądowo zamieścił ponownie załącznik nr 6c z dodaną kolumną „Podstawa dysponowania sprzętem”

Pytanie nr 12

Zamawiający wymaga m. in., aby *"usługa mycia, dezynfekcji i sterylizacji powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami wytwórcy materiałów oraz z zachowaniem odpowiedniej jakości potwierdzonej certyfikatem ISO 9001"* (Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ: pkt 1 ppkt. 8), w związku z tym, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przeprowadzenia certyfikacji w zakresie zgodności z przytoczoną normą **po zmodernizowaniu Centralnej Sterylizatorni oraz dostawie wymaganego sprzętu i wdrożeniu systemu informatycznego.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca potwierdził jakość certyfikatem ISO 9001 po wykonaniu modernizacji sterylizatorni i zainstalowaniu sprzętu. Zamawiający informuje, że usługa sterylizacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, powinna być świadczona w jednakowym standardzie przez cały okres realizacji czyli wymaga, aby sterylizatornia awaryjna i zastępcza posiadały certyfikat ISO 9001

Pytanie nr 13

Zał. 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, rozdz. VII dot. narzędzi medycznych pkt. 5 a) *Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia producenta dotyczącego wykonania pasywacji wraz z opisem procesu oraz oświadczenia producenta dotyczącego spełnienia odporności na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 lub równoważną.* Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca przedstawi ww. oświadczenie na każde żądanie Zamawiającego, a nie na etapie oferty. Dodatkowo prosimy potwierdzić, że Zamawiający **nie wymaga oświadczenia producenta dotyczącego wykonania pasywacji wraz z opisem procesu oraz oświadczenia**



producenta dotyczącego spełnienia odporności na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 lub równoważną w zakresie narzędzi tytanowych i jednorazowych w zał. 6b (które występuje w zał. 6b7 poz. 15). Ww. norma odnosi się tylko narzędzi stalowych, nie tytanowych oraz dodatkowo narzędzia tytanowe posiadają wysoką odporność na korozję i nie ma potrzeby podwyższania ich odporności poprzez pasywację

Odpowiedź: Odpowiedź: Oświadczenia producenta dotyczącego wykonania pasywacji wraz z opisem procesu oraz oświadczenia producenta dotyczącego spełnienia odporności na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 lub równoważną należy złożyć wraz z ofertą. Powyższe oświadczenie nie musi odnosić się do narzędzi tytanowych i jednorazowych jeżeli takowe są w zał. 6b .

Pytanie nr 14

W zał. 6b7 poz. 15 Zamawiający podał „trepan próżniowy sterylny jednorazowy do rogówki biorcy” 2 szt. na całe zamówienie. Z opisu wynika, że jest to narzędzi jednorazowego użytku. Czy ta pozycja nie jest omyłką pisarską? Prosimy zweryfikować.

Odpowiedź: w załączniku 6b7poz.15 jest omyłką pisarską i zostaje usunięta.

Pytanie nr 15

Zał. 6 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, rozdz. VII. pkt. 5 c) Zamawiający wymaga certyfi katów Producenta narzędzi oraz niezależnych jednostek notyfikujących (dotyczy certyfikatu ISO), wykazujące, że produkty są wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonym zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 13485 wystawionego na producenta lub wytwórcę oferowanych narzędzi lub ISO 9001 + ISO 13485 wystawionego na producenta lub wytwórcę oferowanych narzędzi. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca przedstawi ww. oświadczenie na każde żądanie Zamawiającego, a nie na etapie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumenty lub oświadczenia wymagane w opisie przedmiotu zamówienia powinny być złożone wraz z ofertą.

Pytanie nr 16

Zał. 6a Formularz Asortymentowo-Cenowy pozycja 1.10 pojedyncze małe i średnie materiały do dezynfekcji np. obuwie, pojemniki transportowe znajduje się pod kategorią sterylizacja. Prosimy potwierdzić, że ta pozycja podlega tylko dezynfekcji, a nie dezynfekcji i sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pozycja 1.10 w Formularzu Asortymentowo-Cenowym podlega tylko dezynfekcji

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem narzędzi chirurgicznych np. przeglądami, naprawami, dopuszczeniami, konserwacją, regeneracją itp., które Zamawiający aktualnie posiada bądź dokupi sam w okresie trwania przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: potwierdzamy, że to Zamawiający będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem narzędzi chirurgicznych np. przeglądami, naprawami, dopuszczeniami, regeneracją itp., które Zamawiający aktualnie posiada bądź dokupi sam w okresie trwania przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 18

Zał. 5 do SWZ, wzór umowy, §2 ust.3, pkt. 6: „wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w sprzęt komputerowy wyspecyfikowany w OPZ oraz wdrożenia na nim wyspecyfikowanego w OPZ systemu dokumentacji, zarządzania





i śledzenia obiegu materiałów w Centralnej Sterylizatorni i pozostałych komórkach organizacyjnych Zamawiającego (...). Jakie komórki organizacyjne ma na myśli Zamawiający?

Odpowiedź: Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk : Pielęgniarka Oddziałowa CTO, Pielęgniarka Koordynująca Zespołu Przychodni Przychodni Specjalistycznych, Kontroling, Koordynator ds. Sterylizacji, Blok Operacyjny Chirurgii Naczyń/TRAUMATIM, Sale Zabiegowe Okulistyki, Blok Operacyjny Neurochirurgii, Blok Operacyjny Ortopedii, Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej, Blok Operacyjny Urologii, Blok Operacyjny chirurgii Szczękowej/ Blok Operacyjny Laryngologii, SOR.

Pytanie nr 19

Załącznik 5 do SWZ, wzór umowy, §3 ust. 7, wnosimy o **zmianę** na: „dostarczenia Wykonawcy niezbędnych informacji i instrukcji dotyczących sposobu obróbki technologicznej przekazywanego materiału skażonego przed rozpoczęciem realizacji umowy”.

Odpowiedź: Informacje dotyczą podstawowych czynności wynikających z przygotowania do procesu mycia, dezynfekcji i składania czyli dostarczenie niezbędnych informacji dotyczy instrukcji producenta, które będą dostarczane jednocześnie z zawarciem umowy i na bieżąco w trakcie realizacji Usługi.

Pytanie nr 20

Umowa najmu i dzierżawy: czy Zamawiający dopuści świadczenie w wynajmowanych pomieszczeniach kompleksowej usługi sterylizacji dla osób lub podmiotów trzecich ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza*

Pytanie nr 21

Dot. rodz. IV SWZ, pkt. 18, ppkt. 2

Zamawiający wymaga, aby Zamawiający nie ponosił w okresie świadczenia usług żadnych dodatkowych kosztów związanych:

2) z utrzymaniem narzędzi chirurgicznych np. przeglądami, naprawami, konserwacją, dopuszczeniami itp.

Czy Zamawiający potwierdza, że koszty WYMIANY uszkodzonych narzędzi w trakcie użytkowania przez Zamawiającego będzie ponosił Zamawiający?

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, iż koszty wymiany uszkodzonych narzędzi w trakcie użytkowania przez Zamawiającego będzie ponosił Zamawiający.*

Pytanie nr 22

Dot. rodz. X SWZ, pkt. 1 d

Karty katalogowe/ opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty oferowanego asortymentu asortymentu (dotyczy narzędzi chirurgicznych zał.6b i urządzeń zał.6c) z opisem produktów, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi); Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

wnosimy o zmianę na

Karty katalogowe/ opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty oferowanego asortymentu asortymentu (dotyczy narzędzi chirurgicznych zał.6b i urządzeń zał.6c cz. 3). Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy rodz. X SWZ, pkt 1 d*





Pytanie nr 23

Gdzie i do czego będą używane stołowe sterylizatory parowe do sterylizacji narzędzi i tekstyliów przeznaczony do szybkiej sterylizacji parowej?

Odpowiedź: Stołowe sterylizatory parowe używane będą w pomieszczeniach CS i w zdecydowanej większości używane będą do sterylizacji narzędzi okulistycznych.

Pytanie nr 24

§ 81 ust. 1 i 2 projektowych postanowień umowy. Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących **przejęcia pracowników w trybie art. 23¹ KP** poprzez odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o wskazanie ilu pracowników ma być objętych przejęciem przez Wykonawcę usługi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 5 osób

2. Kto jest dotychczasowym pracodawcą pracowników, którzy mają być przejęci przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że STER-MED. Sp. z o.o.

Pytanie nr 25

Prosimy o przedstawienie zanonimizowanych danych dotyczących pracowników, którzy mają być przejęci przez Wykonawcę w układzie:

- stanowisko,
- wymiar etatu,
- rodzaj umowy o pracę,
- wiek pracownika i płeć
- stopień niepełnosprawności (jeżeli dot.)
- ważność badań lekarskich (do kiedy?),
- ogólny staż pracy,
- zakładowy staż pracy,
- wymiar urlopu wypoczynkowego,
- możliwość pracy w niedzielę i święta,
- wynagrodzenie zasadnicze,
- stałe dodatki (np. stażowy, premia regulaminowa),
- wynagrodzenie brutto,
- ZUS pracodawcy,
- średniomiesięczne wynagrodzenie z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy.

W razie nabycia ewentualnych uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych, dodatków stażowych oraz odpraw emerytalnych w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia oraz terminu jego wypłaty.

Czy w trakcie trwania umowy przejęci pracownicy nabadą powyżej wskazane uprawnienia?

Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości?

	Pracownik		Pracownik	Pracownik	
Odpowiedź 1.3	1	Pracownik 2	3	4	Pracownik 5



stanowisko	dezynfektor	technik ster.med.	operator	dezynfektor	pr.ster.-koordynator
wymiar etatu	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
rodzaj umowy	nieokreślony	nieokreślony	nieokreślony	nieokreślony	nieokreślony
wiek i płeć	K 55	K 53	K 54	K 54	K 58
st.niepełnospr.	nie	nie	nie	nie	nie
ważność badań	04-08-2024	22-06-2024	22-09-2024	23-05-2023	03-02-2024
ogólny staż pracy / w latach	39	18	38	39	39
zakładowy staż.pr. /W latach	36	17	31	34	33
wymiar UW / w dniach	26	26	26	26	26
możliwość pracy w święta	nie	tak	tak	tak	nie
wynagr.zasad.	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 600,00 zł
dotatki stałe brutto	stażowy 450zł	stażowy 320zł technik 400zł funkcyjny 300 zł godz.nocne	stażowy 450zł godz.nocne	stażowy 450zł funkcyjny 300 zł godz.nocne	stażowy 450zł funkcyjny 900 zł
wynagr.brutto	3 950,00 zł	4 520,00 zł	3 950,00 zł	4 350,00 zł	4 950,00 zł
ZUS pracodawcy	19,48%	19,48%	19,48%	19,48%	19,48%
Średnie wynagr z 3 m-cy brutto	4 826,13 zł	5 333,52 zł	4 981,40 zł	5 032,57 zł	6 073,80 zł
nagroda jubileuszowa	2027r - 250% wynagrodzenia .zas.	2027r - 75% wyn.zas.	2025r - 250% w.zas.	2029r - 250% w..zas.	2025r - 200% w.zas
nabycie upraw. Emerytal.	2028r	2030r	2029r	2029r	2025r
	odprawa wyliczana zgodnie z art.. 92' Kodeksu pracy jednomiesięczne wynagrodzenie				

Pytanie nr 25

Czy pracownicy przeznaczeni do przejścia znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 26

Czy pracownicy przeznaczeni do przejścia znajdują się w okresie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników wykonujących usługę w razie rozwiązania / zakończenia kontraktu lub do przekazania ich nowemu wykonawcy usługi, lub też wskazania w nowym ogłoszeniu o postępowaniu konieczności przejścia pracowników wykonujących usługę przez nowego wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że TAK

Pytanie nr 28

Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni w związku z ochroną przedemerytalną? Kiedy rozpoczęła się ww. ochrona? Czy w trakcie trwania umowy przejści pracownicy nabędą powyżej wskazaną ochronę? Jeśli tak, to kiedy?

Odpowiedź: TAK, 1 pracownik okres ochronny od XII 2021r

Okres ochronny nabędą : 1 pracownik - III 2024r

2 pracowników - IV 2025r

1 pracownik - IV 2026 r.

Pytanie nr 29

Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni z innych tytułów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 30

Jakie składniki obejmuje wynagrodzenie za pracę poszczególnych pracowników?

Odpowiedź: Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek stażowy

Dodatek technika sterylizacji

Dodatek funkcyjny

Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Premia uznaniowa

Nagrody uznaniowe

Pytanie nr 31

Czy pracownicy są objęci PPK? Na jakich zasadach? Ilu pracowników ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 32

Czy pracownicy są uprawnieni do dotatkowej nagrody rocznej (np. 13 pensji)? Ilu pracowników ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 33



Jakie są obligatoryjne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy poszczególnych pracowników?

Odpowiedź: Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek stażowy

Dodatek technika sterylizacji

Dodatek funkcyjny

Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Pytanie nr 34

Jaka jest łączna wartość nagrody jubileuszowej, jaka ma zostać wypłacona w trakcie trwania

Zamówienia licząc według stawek na dzień udzielenia odpowiedzi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ok 36.100 zł

Pytanie nr 35

Jaka jest łączna wartość odprawy emerytalnej, jaka ma zostać wypłacona w trakcie trwania Zamówienia licząc według stawek na dzień udzielenia odpowiedzi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ok 27.0000 zł

Pytanie nr 36

Jakie są inne, dodatkowe (nieobligatoryjne) uprawnienia pieniężne i niepieniężne ze stosunku pracy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE MA

Pytanie nr 37

Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 38

Czy istnieje jakiegokolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany ze związkami zawodowymi lub z pracownikami lub wdrożony jednostronnie przez pracodawcę, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku przejścia tychże pracowników przez następnego pracodawcę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie występuje

Pytanie nr 39

Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikację ich stosunków pracy? Prosimy o przedstawienie w dokumentacji przetargowej treści ww. dokumentu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 40



Jaki jest stan wykorzystania urlopów wypoczynkowych w rozbiu na poszczególnych pracowników (bieżących i zaległych)?

Odpowiedź: Trzech pracowników bez zaległych UW. Stan bieżących UW 25 lub 26 dni

1 pracownik zaległych 7 dni plus bieżący 26 dni

1 pracownik zaległych 5 dni plus bieżący 26 dni

Pytanie nr 41

Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 42

Czy wśród pracowników są osoby przebywające na urlopach macierzyńskich?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 43

Czy wśród pracowników są osoby przebywające na urlopach wychowawczych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie

Pytanie nr 44

Czy wśród pracowników są osoby przebywające na urlopach bezpłatnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 45

Czy wśród pracowników są osoby przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 46

Czy wśród pracowników są osoby przebywające na zwolnieniu powypadkowym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 47

Czy przeciwko pracodawcy toczą się pracownicze procesy sądowe, wszczęte przez pracowników przeznaczonych do przejęcia? Jeżeli tak, to, w jakim stadium się znajdują, w ilu procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile zaś pozostaje w trakcie rozpoznania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 48

Czy występują osoby, w stosunku do których toczy się postępowanie o choroby zawodowe i osoby którym w okresie ostatniego roku przyznano choroby zawodowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie



Pytanie nr 49

Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiegokolwiek nieuregulowane należności?

Jeżeli tak, to, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? W szczególności np.: niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w porze nocnej, pracy w dni wolne i święta, dyżurów, itp.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie

Pytanie nr 50

Czy do dnia przejęcia pracodawca posiada jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu niewypłaconych, obligatoryjnych świadczeń wobec przekazywanych pracowników (np.: „wczasy pod gruszą”, „dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników”, „paczki świąteczne”, „bony”)? Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie

Pytanie nr 51

Czy pracodawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu Wykonawcy w trybie art. 23¹ KP powstałe przed dniem przekazania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie

Pytanie nr 52

Prosimy o dane na temat działających związków zawodowych u pracodawcy (w tym nazwy i adresy).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma u pracodawcy związków zawodowych

Pytanie nr 53

Czy przejmowani pracownicy należą do związków zawodowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak

Pytanie nr 54

Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni w związku z ochroną związkową?

ZFŚS:

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że TAK

Pytanie nr 55

Czy pracodawca tworzy ZFŚS i w jakiej wysokości? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie Regulaminu w dokumentacji postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Pytanie nr 56

Jaka jest wysokość odpisu rocznego na ZFŚS?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy

Pytanie nr 57

Czy pracodawca posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy



Pytanie nr 58

Czy pracodawca gwarantuje przekazanie wraz z przekazywanymi pracownikami niewykorzystanych do dnia przekazania pracowników środków z ZFŚS, w przeliczeniu na jednego przekazywanego art. 23¹ KP pracownika? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy także w przypadku przesunięcia terminu przekazania pracowników (np.: o 6-10 miesięcy)? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia dotyczący przekazywanych środków na podstawie art. 7 ust. 3b ustawy o ZFŚS.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy

Pytanie nr 59

Jakie świadczenia są wypłacane z ZFŚS?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy

Pytanie nr 60

Czy pracodawca wypłaca obowiązkowo świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników przekazywanych? Jeśli tak, to wg jakich zasad, w jakiej wysokości i jak często?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy

Pytanie nr 61

Kto ustala wysokość świadczeń?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy

Pytanie nr 62

Ilu pracowników do momentu przekazania nabędzie prawo do wypłaty obowiązkowych świadczeń z ZFŚS? Czy zostaną one wypłacone do momentu przekazania pracowników?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy

Pytanie nr 63

Jaki charakter mają świadczenia wypłacane z ZFŚS (obowiązkowy, nieobowiązkowy, roszczeniowy, uznaniowy)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy

Pytanie nr 64

Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i wielkości udzielonych pożyczek?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy

Pytanie nr 65



Czy spłaty pożyczek mają służyć po przekazaniu pracowników na konto pracodawcy, czy Wykonawcy?
Prosimy o ewentualny wzór porozumienia regulującego tę kwestię.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy

Pytanie nr 66

Czy w przypadku ograniczenia przedmiotu zamówienia lub wcześniejszego wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy na świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający pokryje koszty związane z rozwiązaniem stosunków pracy z ww. pracownikami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że NIE

Zamawiający dołącza zaktualizowaną treść Załączników nr 5r oraz 7c do SWZ

/podpisano w oryginale/

Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Łukasz Dolata

