



SZP-EZP/273/2023

Złotów, dnia 18.12.2023 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **26/ZP/2023**, którego przedmiotem jest: „**Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

### Wyjaśnienia treści SWZ

#### Dotyczy: Część 2 – łóżka medyczne – 3 szt.

##### Pytanie nr 1

Dot. Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści zasilanie 230V, 50-60Hz?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

##### Pytanie nr 2

Dot. Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża do długości 2553mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

##### Pytanie nr 3

Dot. Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione poprzecznymi tworzywowymi lamelami z polipropylenu, z systemem zatraskiwania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

##### Pytanie nr 4

Dot. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści szczyty blokowane za pomocą jednego centralnie umieszczonego przycisku, bez konieczności użycia narzędzi?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

##### Pytanie nr 5

Dot. Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, w którym sterowanie elektryczne realizowane jest za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczytce nóg lub chowanego w półce na pościel oraz czterech paneli wbudowanych w barierki boczne sterującymi funkcjami wymaganymi w pkt. 11? W łóżkach z centralnym panelem sterowania oraz panelami wbudowanymi w barierki boczne nie ma potrzeby stosowania dodatkowego pilota, który powieliłby funkcje dostępne w barierkach/panelu centralnym. Dodatkowo zwracamy uwagę, że pilot przewodowy często ulega uszkodzeniu podczas opuszczania/podnoszenia barierki bocznej lub regulacji segmentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**, ze względu na brak pilota przewodowego dla pacjenta.

#### **Pytanie nr 6**

Dot. Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości 395-775mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

#### **Pytanie nr 7**

Dot. Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści łóżko z diodowym wskaźnikiem najniższego położenia leża w postaci diody LED w wskaźnikach kąta nachylenia segmentu pleców, wbudowanych w barierki boczne?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

#### **Pytanie nr 8**

Dot. Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem w sekcji pleców przeziernym dla promieni RTG, w którym kasetę wsuwa się bezpośrednio pod pacjenta lub materac bez konieczności stosowania uchwytu na kasetę?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

#### **Pytanie nr 9**

Dot. Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem autoregresji segmentu pleców, gwarantującym zmniejszenie ryzyka uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej oraz chroniąca pacjenta przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg o parametrze 110mm, który jest w pełni wystraczający aby zapewnić wymaganą funkcjonalność łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**, gdyż oferowany parametr znacząco odbiega do wskazanego przez Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 10**

Dot. Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami wbudowanymi w barierki boczne od strony zewnętrznej, które w celach bezpieczeństwa nie posiadają możliwości regulacji przechyłów wzdłużnych? Istnieje ryzyko nieświadomego użycia panelu będącego w zasięgu ręki pacjenta.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

#### **Pytanie nr 11**

Dot. Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga 16°?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

#### **Pytanie nr 12**

Dot. Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną do pozycji krzesła kardiologicznego sterowaną przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku tylko na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**, gdyż oferowany parametr znacząco odbiega do wskazanego przez Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 13**

Dot. Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści elektryczną funkcję CPR sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem tylko na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**, gdyż oferowany parametr znacząco odbiega do wskazanego przez Zamawiającego.

#### Pytanie nr 14

Dot. Pkt. 22 i 23 Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami wbudowanymi w barierki boczne od strony zewnętrznej, które w celach bezpieczeństwa nie posiadają możliwości sterowania elektryczną funkcją antyszokową i egzaminacyjną? Istnieje ryzyko nieświadomego użycia panelu będącego w zasięgu ręki pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**, gdyż oferowany parametr znacząco odbiega do wskazanego przez Zamawiającego.

#### Pytanie nr 15

Dot. Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną pozycją umożliwiającą wejście i zejście z łóżka pacjentowi, uruchamianą tylko za pomocą panelu sterowania poprzez naciśnięcie jednego przycisku do regulacji wysokości a następnie jednego przycisku regulującego segment oparcia pleców?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**, gdyż oferowany parametr znacząco odbiega do wskazanego przez Zamawiającego.

#### Pytanie nr 16

Dot. Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści łóżko z diodową sygnalizacją funkcji zablokowanych widoczną tylko na centralnym panelu sterowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

#### Pytanie nr 17

DOT. PKT. 28 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik naładowania baterii widoczny tylko na panelu sterowniczym dla personelu medycznego?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

#### Pytanie nr 18

Dot. Pkt. 29 i 32 Czy Zamawiający dopuści koła pojedyncze z centralnym systemem hamulcowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**, ponieważ **oczekuje kół podwójnych**.

#### Pytanie nr 19

Dot. pkt. 31 Czy zamawiający dopuści centralna blokadę wszystkich kół jednocześnie uruchamianą jedną z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg pacjenta, kolorystyczne oznaczenie funkcji dźwigni?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**, ponieważ oczekuje centralnej blokady wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy **z wszystkich czterech stron kół**.

#### Pytanie nr 20

Dot. Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia ramy łóżka do 20°?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowany parametr łóżka dotyczący wskaźniki kąta nachylenia ramy łóżka, pod warunkiem, że pozostałe parametry z punktu 33 zostaną zachowane m.in. Zamawiający oczekuje łóżka posiadającego wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia **do 90°**.

#### Pytanie nr 21

Dot. Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści barierki składane poniżej poziomu materaca?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowany parametr pod warunkiem, że pozostałe parametry z punktu 34 zostaną zachowane.

**Pytanie nr 22**

Dot. Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wyposażonym w 2 metalowe, lakierowane uchwyty materaca oraz specjalnie wyprofilowaną platformę leża z podniesionymi brzegami w celu stabilizacji materaca?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

**Pytanie nr 23**

Dot. Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez podświetlenia leża?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie nr 24**

Dot. Pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści materac z pianki poliuretanowej, z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, wykonany z rozciągliwego materiału, wysokość 14cm, pianka o gęstości 28 kg/m<sup>3</sup>, pokrowiec z materiału trudnopalnego, posiadający certyfikat na test „tłącego papierosa” zgodny z normą PN EN 1021-1 i płomień zapałki zgodny z normą PN EN 1021-2”?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**, gdyż oferowany parametr znacząco odbiega do wskazanego przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 25**

Dot. Pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny dolna część lakierowana proszkowo, górna ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości, z 2 haczykami, każdy haczyk udźwig do 2 kg?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowane parametry łóżka.

**Pytanie nr 26**

Czy zamawiający dopuści łóżko z przechyłami bocznymi wspomagającymi opiekę nad pacjentem oraz będące odciążeniem personelu w codziennej pracy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** zaoferowany dodatkowy parametr łóżka.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861811>)

2. a/a

Sporządziła: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,  
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)