



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-407 /21

Poznań, dnia 13.07.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa

Dotyczy: TPb-74/21 postępowania na dostawę densytometru rentgenowskiego.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za reakcję serwisu odpowiedź o przyjęciu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail).

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT? Wyjaśniamy, iż w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują pozycje, które są objęte stawką VAT wynoszącą 23% (projekt osłon stałych)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie dwóch stawek VAT w odpowiednim polu formularza oferty. Ocenie podlega cena brutto oferty.

Należy jednak pamiętać, że Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza, tak aby jasno określona została wysokość podatku od towarów i usług, jaką Zamawiający będzie zobowiązany uiścić.

Pytanie 3:

Dotyczy Umowy §2 ust 4

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia. W związku z tym prosimy o odstąpienie od w/w zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wykonania obowiązków gwarancyjnych w okresie zaproponowanym w ofercie Wykonawcy. Zamawiający nie docieka w jaki sposób dostawca będzie pośredniczył w wykonaniu serwisu gwarancyjnego producenta..

Pytanie 4:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, punkt 45

Prosimy o dopuszczenie komputera sterującego densytometrem HP ProDesk 600 G5 Microtower z procesorem Intel Celeron G4930 3.2 2400 MHz 2M 2C 54W CPU.

Komputer jest częścią składową densytometru, a więc jest traktowane jako urządzenie medyczne i razem z densytometrem jest certyfikowane. Nie ma możliwości zmiany komputera i jego podzespołów na inne. Komputer i podzespoły są tak dobrane przez producenta, aby system działał niezawodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania certyfikowania sprzętu komputerowego wspólnie z dostarczonym densytometrem.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ORGANIZACYJNYCH


mgr inż. Magdalena Fertig

za Zamawiającego