

D10.251.2.G.2020

## WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę implantów ortopedycznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku.*

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Pytanie 1 dot. pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 neurotupfer o wymiarach 7,6cm x 2,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

### **Pytanie 2 dot. pakietu nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 25mm oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

### **Pytanie 3 dot. pakietu nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

### **Pytanie 4 dot. pakietu nr 4 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

### **Pytanie 5 dot. pakietu nr 5 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **Pytanie 6 dot. pakietu nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48mm oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **Pytanie 7 dot. pakietu nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60mm oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **Pytanie 8 dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający wymagając preparatu w „systemie zamkniętym” oczekuje produktu konfekcjonowanego w opakowania wyposażone w układ zastawek, który zapobiega zasysaniu do wnętrza zanieczyszczonego powietrza wraz z mikroorganizmami z otoczenia, dzięki czemu produkt pozostaje czysty mikrobiologicznie przez cały okres używania?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga systemu zamkniętego, dopuszcza, nie wymaga układu zastawek.



**Pytanie 9 dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu działającego na wymienione spektrum w czasie dezynfekcji chirurgicznej tj. max. 1,5 min. – badania wykonane w obszarze medycznym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 10 dot. pakietu nr 9 poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje dozowników posiadających status wyrobu medycznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 11 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o właściwościach tiksotropowych, które ułatwiają aplikację preparatu? Tiksotropia zapewnia, że preparat nie rozpryskuje się podczas dozowania, w kontakcie ze skórą zmienia konsystencję z żelowej w płynną, wygodnie i dokładnie rozprowadza się po powierzchni skóry oraz nie pozostawia uczucia lepkich dłoni.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 12 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 500 ml z oddzielną, kompatybilną pompką do każdego opakowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 13 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie etanolu 70% (70g/100g), wykazującego lepszą skuteczność bójczą B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans, A. niger), V (Polio, Adeno, Noro) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 14 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu działającego na wymienione spektrum w czasie max. 1 min. – badania wykonane w obszarze medycznym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 15 dot. pakietu nr 26**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy neoprenowej o grubości max. 0,23 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 16 dot. pakietu nr 12 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozciągliwość powyżej 130% z jedną zapinką, pozostałe parametry pozostają bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 17 dot. pakietu nr 12 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 18 dot. pakietu nr 13 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.



Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 19 dot. Formularza asortymentowo – cenowego - załącznik nr 1, pakiet nr 11, pkt 1 tabeli**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości nitinolowego koszyka do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych wykonanego z 4 drutów połączonych gładko, bez wystającej końcówki, obracających się zgodnie z ruchem rotacyjnym uchwytu z automatycznym systemem do przechwytywania i usuwania kamieni. Rozmiar 1,9 Fr, dł. 120 cm, średnica koszyka 12 mm, długość koszyka 17,5 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 20 dot. Formularza asortymentowo – cenowego - załącznik nr 1, pakiet nr 11, pkt 2 tabeli**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości koszulki dostępu moczowodowego zbudowanej z warstwy elastomeru termoplastycznego, stalowej końcówki i warstwy PTFE, wyposażonej w 2 kanały robocze 3 Fr, z powłoką hydrofilną, o średnicy zewnętrznej 10 / 12 Fr i 12 / 14 Fr oraz długości 35 cm i 45 cm. Dla średnicy zewnętrznej 10 / 12 Fr koszulka ma wewnętrzną średnicę 11 Fr. Koszulka zaopatrzona w położony dystalnie platynowy pierścień, z wewnętrzną cewką nie ulegającą skręceniu, wyposażona w rozszerzacz z giętką końcówką w formie stożka.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 21 dot. Formularza asortymentowo – cenowego - załącznik nr 1, pakiet nr 11, pkt 3 tabeli**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości ureteskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii giętkiej. Zestaw wyposażony w cylindryczną komorę z anty-zwrotną uszczelką pozwalającą manualnie wytworzyć większe ciśnienie w drenie oraz zakończony podwójnym portem podłączonym do drenu złączem typu Luer-Lock. Port obraca się o 360°, zawiera jedno wyjście z uszczelką typu Touhy-Borst umożliwiającą umieszczenie włókna lasera i zapobiegającą wyciekowi oraz drugie wyjście umożliwiające podanie kontrastu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 22 dot. pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 10 preparatu do higienicznej dezynfekcji rąk i pompki jako dwóch oddzielnych pozycji? Ilość zaoferowanych pompek odpowiadająca ilości opakowań preparatu wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 23 dot. pakietu nr 13 poz. 1-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 w pozycjach 1-5 elastycznych siatek do podtrzymywania opatrunku o poniższych sposobach aplikacji:

1. „przedramię lub ramię” lub „podudzie”
2. „udo, kolano”
3. „głowa”
4. „tors dziecka”
5. „tors dorosłego”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nazewnictwo, pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 24 dot. pakietu nr 13 wymagania i parametry graniczne Zamawiającego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki w opakowaniu po 6,5m w stanie swobodnym/20m w stanie rozciągniętym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 25 dot. pakietu nr 13 wymagania i parametry graniczne Zamawiającego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki o długości w stanie spoczynku 6,5m, po rozciągnięciu 20m?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 26 dot. pakietu nr 18 poz. 1a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 1a kompresu chłonnego niejałowego pakowanego a'50 sztuk i wycenę 2 000 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pakowanie dla poz. 1A 50 szt. i przeliczone wyceny opakowań 2000, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 27 dot. pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 15cm x 5m z jedną zapinką, podobnie, jak w pozostałych rozmiarach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza jedną zapinkę dla poz. 2 w rozmiarze 15cmx5m, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 28 dot. pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby rozciągliwość opasek potwierdzona była kartą danych technicznych dołączoną do oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający nie wymaga kart technicznych dołączonych do oferty.

**Pytanie 29 dot. pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej pakowanej po 25 m w stanie rozciągniętym, długość w stanie spoczynku dla rozmiaru na ramię i podudzie, udo, głowę 15m, na klatkę piersiową i duży tułów 16,5m z przeliczeniem zamawianych ilości sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 30 dot. pakietu nr 14 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający oczekuje opasek, które nie straciły swoich właściwości po sterylizacji tj. nie są żółte i nieelastyczne?

**Odpowiedź:** Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 31 dot. pakietu nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 15cm x 5m z jedną zapinką?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w poz. 1 rozmiar 15cmx5m z jedną zapinką, pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 32 dot. pakietu nr 14 poz. 2**

Opaski dziane jałowe nie są wyrobem inwazyjnym, więc nie mogą być zarejestrowane w klasie II a. Czy Zamawiający dopuści więc opaski zarejestrowane w klasie I sterylnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyrobu medycznego, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 33 dot. pakietu nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby rozciągliwość opasek potwierdzona była kartą danych technicznych dołączoną do oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający nie wymaga kart technicznych dołączonych do oferty.

**Pytanie 34 dot. pakietu nr 14 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający na potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonego procesu sterylizacji wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 35 dot. pakietu nr 14 poz. 1 i 2**

Jeżeli Zamawiający używa opasek z poz. 1 i 2 w warunkach bloku operacyjnego, to czy wymaga, aby opakowania wyrobów opatrzone były etykietą TAG, która zbudowana jest z części nieusuwalnej oraz z dwóch fragmentów, które w łatwy i wygodny sposób można odkleić celem dołączenia do dokumentacji medycznej? Czy Zamawiający oczekuje etykiety z kodem kreskowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.



**Pytanie 36 dot. pakietu nr 19 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający na potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonego procesu sterylizacji wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 37 dot. pakietu nr 20**

Czy Zamawiający na potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonego procesu sterylizacji wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 38 dot. pakietu nr 20**

Czy Zamawiający na potwierdzenie oferowanych parametrów kompresów wymaga załączenia do oferty karty danych technicznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga kart dołączonych do oferty, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 39 dot. pakietu nr 21**

Czy Zamawiający na potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonego procesu sterylizacji wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 40 dot. projektu umowy**

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 i 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10 listopada 2010 r. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego oczekiwania i zaspakajał jego potrzeby. Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r. KIO/UZP 352/10 „nie można oczekiwać, iż zlecający usługę świadczoną w dłuższym okresie czasu, a nie na przykład jednorazowo, będzie w stanie określić minimalną ilość towarów, których transportu podejmuje się wykonawca”.

**Pytanie 41 dot. projektu umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:** Za dni robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy pomimo tego jednocześnie nie może być traktowana jako typowy dzień roboczy (podobnie WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. I SA/Bk 56/11).

**Pytanie 42 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 oraz w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy;”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawcę do należytego



wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy i skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Reklamacja jest formą wezwania wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z zawartymi postanowieniami. Zatem brak jest podstaw do wprowadzenia kolejnego wezwania do wykonania umowy z postanowieniami. Natomiast mając na uwadze treść przepisu § 6 ust. 5, zgodnie z którym odstąpienie jest możliwe w przypadku niezrealizowania w terminie trzech kolejnych dostaw – również w tym wypadku brak jest podstaw do wprowadzenia odrębnego wezwania do wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

**Pytanie 43 dot. projektu umowy**

Zważywszy, że § 5 ust. 4 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego (proszę o krótki opis)?

**Odpowiedź:** W związku z zapisem § 5 ust. 4 wzoru umowy zawierającym oświadczenie Wykonawcy o znajomości stanu majątkowego Zamawiającego, Zamawiający oświadcza, że na chwilę obecną nie zachodzą i według jego obecnej wiedzy nie będą zachodzić w okresie do końca trwania umowy przetargowej wobec Zamawiającego przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

**Pytanie 44 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Treść § 6 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana kara umowna nie jest wygórowana. Zamawiający wskazuje, iż kara umowna naliczana jest wyłącznie od wartości zamówienia częściowego.

**Pytanie 45 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niewymienionego w terminie na towar wolny od wad”?

Treść § 6 ust. 2 wzoru umowy jest niejasna i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, a nawet mogłaby przewyższać wartość tego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:** Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 46 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie



zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c."

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje drugie zdanie § 6 ust. 3, § 11 ust. 3 i § 12 ust. 3 (w zależności od umowy), które otrzymują zapis:

„W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1."  
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że interpretując pojęcie „zwłoka” należy mieć na uwadze, iż podmiot profesjonalny (prowadzący działalność gospodarczą) obowiązuje podwyższony miernik należytej staranności uwzględniający zawodowy charakter tej działalności (art. 355 § 2 k.c.).

**Pytanie 47 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wysokość kary umownej w § 6 ust. 4 wzoru umowy nie może być uznana jako wygórowana lub naruszająca równość stron w umowie. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

**Pytanie 48 dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 odstąpi od wymogu użyczenia 1 zestawu kompletnego napędu wiertarskiego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 49 dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 odstąpi od wymogu użyczenia kaset na implanty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 50 dot. pakietu nr 6 poz. 1a**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1a dopuści możliwość zaferowania płytki:

Płytką anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokującą - kompresyjną do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory blokujące nie wymagające zaślepek/przejsiówek współpracujące z wkrętami blokowanymi 3,5mm i otwory kompresyjne pod wkręty korowe 3,5mm oraz podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płytki o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. W części trzonowej płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 122 mm do 302 mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płytki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.



**Pytanie 51 dot. pakietu nr 6 poz. 1b**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1b dopuści możliwość zaferowania płytki:

Płytko anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami - w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 - Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 52 dot. pakietu nr 6 poz. 1c**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1c dopuści możliwość zaferowania płytki:

Płytko anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 - Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 53 dot. pakietu nr 6 poz. 1d**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1d dopuści możliwość zaferowania płytki:

Płytko anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płytki. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płytki o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w tym 5 otworów w głowie płytki

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 - Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 54 dot. pakietu nr 6 poz. 1e**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1e dopuści możliwość zaferowania płytki:

Płytko rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrstek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami



sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 55 dot. pakietu nr 6 poz. 1f-j**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1f-j dopuści możliwość zaferowania wkrętów kompatybilnych z płytkami?

**Odpowiedź:** Płytki i wkręty muszą stanowić jeden system implantacji, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 56 dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski dzianej wykonanej w 100% z przędzy poliestrowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 57 dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresu chłonnego sterylnego pakowanego po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza op. po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe wymagania zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 58 dot. pakietu nr 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, chlorowaną i silikonowaną, powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną, grubość na palcu 0,185 mm, na opakowaniu zbiorczym brak informacji o poziomie AQL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 59 dot. pakietu nr 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic, które nie posiadają na opakowaniu zbiorczym informacji o poziomie AQL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 60 dot. pakietu nr 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic z powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną, na opakowaniu zbiorczym brak informacji o poziomie AQL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 61 dot. pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski elastycznej o rozciągliwości do 300%?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 62 dot. pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów chłonnych niejałowych zgodnych z wymaganiami SIWZ, jednakże pakowanych a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza op. 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 63 dot. pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów chłonnych jałowych zgodnych z wymaganiami SIWZ, jednakże pakowanych a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza op. 25 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 64 dot. pakietu nr 20 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów z gazy bawełnianej w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm, op. 5 szt., 7,5 x 7,5 cm, op. 10 szt., 10 x 10 cm, op. 10 szt., zgodnych z wymaganiami SIWZ,



jednakże w opakowaniach zawierających etykietę główną z kodem kreskowym oraz jeden odcinek samoprzylepny zawierający: nr ref, lot, datę ważności.

**Odpowiedź:** Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 65 dot. pakietu nr 20 poz. 1**

W razie nie wyrażenia zgody na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kompresów z gazy bawełnianej w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm, op. 5 szt., zgodnych z wymaganiami SIWZ, jednakże w opakowaniach zawierających etykietę główną z kodem kreskowym oraz jeden odcinek samoprzylepny zawierający: nr ref, lot, datę ważności.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza jeden odcinek samoprzylepny, pozostałe parametry zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 66 dot. projektu umowy**

§ 6 ust. 4 – wnosimy o zmianę zapisów umowy na:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4.

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wysokość kary umownej w § 6 ust. 4 wzoru umowy nie może być uznana jako wygórowana lub naruszająca równość stron w umowie. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

**Pytanie 67 dot. pakietu nr 4 poz. 6-8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze USP „0”, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozmiar „0” dla poz. 6-8, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 68 dot. pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 2 cm x 7 cm lub 2,5 cm x 7,5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozmiar 2cmx7cm, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 69 dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Produkt bezbarwny, bez zawartości czwartorzędowych środków amoniowych. Skład: (Substancje czynne): etanol -77,36g /100g, propan-2-ol - 4g/100g. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B- EN 13727, F- EN 13624, Tbc (m. terrae, m. avium) – EN 14348, V(noro, A/H1N1) – EN 14476, V(zgodnie z PZH: polio, adeno). Higieniczna dezynfekcja EN 1500 -30s, chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 3 minuty. Produkt biobójczy, opakowanie typu jednorazowy worek a 700 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 70 dot. pakietu nr 9 poz. 2**

W związku z tym, że Zamawiający w pozycji 2 wymaga zaoferowania preparatu do mycia rąk – Prosimy o odstąpienie od wymogu normy PN-EN 14885. Norma ta odnosi się do środków przeznaczonych do dezynfekcji, a zatem nie dotyczy preparatów do mycia rąk.

**Odpowiedź:** Zamawiający utrzymuje zapisy, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.



**Pytanie 71 dot. pakietu nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk bez zawartości mydła, nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Oferowany produkt nie zawiera parabenów, posiada neutralne pH dla skóry, zawiera składnik o właściwościach nawilżających. Kosmetyk, opakowanie typu jednorazowy worek a 700 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 72 dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład (substancja czynna): Etanol 83,7g/100g. Produkt bezbarwny, bez zawartości jodu, chlorheksydyny, bez zawartości czwartorzędowych środków amoniowych. Preparat wzbogacony o innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B –EN 13727, F(c. albicans) –EN 13624, Tbc –EN 14348, V(zgodnie z DVV/rki:HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota,), V( adeno, polio, noro) –EN 14476. Produkt biobójczy, opakowanie 1L (z odpowiednim przeliczeniem) w systemie jednorazowej butelki zapobiegającej uzupełnianiu preparatu, butelka ze zintegrowaną pompką gwarantującą ochronę preparatu przed kontaminacją oraz bezpieczeństwo personelu medycznego (system hyclick)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań oraz system hyclick pod warunkiem nieodpłatnego wyposażenia Zamawiającego w dozowniki w liczbie 150 sztuk, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 73 dot. pakietu nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. Preparat do mycia na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych, wzbogacony o alantoinę - składnik właściwościach łagodzących podrażnienia skóry. Kosmetyk, opakowanie 1L (z odpowiednim przeliczeniem) w systemie jednorazowej butelki zapobiegającej uzupełnianiu preparatu, butelka ze zintegrowaną pompką gwarantującą ochronę preparatu przed kontaminacją oraz bezpieczeństwo personelu medycznego (system hyclick)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań oraz system hyclick pod warunkiem nieodpłatnego wyposażenia Zamawiającego w dozowniki w liczbie 150 sztuk, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 73a dot. pakietu nr 9 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie do oceny dozownika łokciowego wykonanego z tworzywa sztucznego ABS z ociekaczem z możliwością regulacji ilości dozowanego preparatu dopasowanego do butelek z poz. 1 i 2.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dozownik typu Hyclick pod warunkiem nieodpłatnego wyposażenia Zamawiającego w dozowniki w poz. 1 i 2 pasujące do zaoferowanego systemu, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. W razie wątpliwości, czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania: kart technicznych producenta wyrobu lub kart katalogowych producenta wyrobu, próbki oferowanego wyrobu (bezpłatnych), zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 74 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby preparat osiągał wymagane spektrum działania w 30 sek. z uwagi na wykorzystanie preparatu zgodnie z SIWZ do higienicznej dezynfekcji rąk.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga osiągnięcia spektrum działania w czasie maksymalnym 30 sek., zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 75 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w celu potwierdzenia, iż pompka jest zamontowana fabrycznie oczekuje dodatkowego zabezpieczenia opakowania (typu plomba).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



**Pytanie 76 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odkręcenia pompki od butelki co umożliwi m.in. uzupełnianie preparatu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga opakowania zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 77 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga aby opakowanie preparatu dawało możliwość kontroli ilości preparatu pozostałego w butelce bez jej odkręcania, co gwarantuje transparentna butelka ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 78 dot. pakietu nr 4 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści igłę ze szwem o dł. 70cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 79 dot. pakietu nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę 36mm ze szwem o dł. 70cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 80 dot. pakietu nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę ze szwem o grubości „1”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 81 dot. pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości min.150%?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 82 dot. pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kompres chłonny pakowany a'50szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 83 dot. pakietu nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kompres chłonny pakowany a'25szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza op. 25 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 84 dot. pakietu nr 23 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wateę opatrunkową o zawartości bawełny 50% i wiskozy 50%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 85 dot. pakietu nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy grubości na palcu 0,17mm+/-0,02?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga grubości rękawicy nie więcej niż 0,18 mm, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 86 dot. pakietu nr 26 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy grubości na palcu 0,20mm+/-0,02 (dla rękawic neoprenowych)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga grubości rękawicy na palcu nie więcej niż 0,21 mm dla rękawic neoprenowych, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 87 dot. pakietu nr 26 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,23mm (dla rękawic poliizoprenowych)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 88 dot. pakietu nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy grubości na palcu 0,33mm+/-0,01?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 89 dot. pakietu nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**Pytanie 90 dot. pakietu nr 28 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480mm+/-0,01?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 91 dot. projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od dnia otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w ust. 5” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 7. Kwestia kiedy Zamawiający może zgłosić reklamację wynika z m.in. z § 3 ust. 3-6. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić reklamację zgłoszoną zgodnie z § 3 ust. 3 - 6.

**Pytanie 92 dot. projektu umowy**

W związku z zapisem § 5 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

**Odpowiedź:** W związku z zapisem § 5 ust. 4 wzoru umowy zawierającym oświadczenie Wykonawcy o znajomości stanu majątkowego Zamawiającego, Zamawiający oświadcza, że na chwilę obecną nie zachodzą i według jego obecnej wiedzy nie będą zachodzić w okresie do końca trwania umowy przetargowej wobec Zamawiającego przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

**Pytanie 93 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź:** Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 94 dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego niedostarczonego w terminie, za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia częściowego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego dostarczonego z wadą, za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 7, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.
3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 1 dzień roboczy Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4.

**Odpowiedź:** Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.



**Pytanie 95 dot. pakietu nr 26 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 oraz cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Norma ASTM D 6978 jest normą specjalistyczną, dedykowaną do badania substancji cytostatycznych oraz 100 razy bardziej dokładnie niż norma EN 374.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 96 dot. pakietu nr 28 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic chirurgicznych lateksowych do zabiegów położniczo-ginekologicznych posiadających wewnętrzną powierzchnię chlorowaną. Rękawice bezpydrowe chlorowane są w pełni bezpiecznie i nie powodują dodatkowych podrażnień. Chlorowanie jest najbardziej popularną metodą redukcji zawartości protein i pozostałości środków chemicznych. Skutecznie zamyka ściany rękawic i modyfikuje powierzchnię zmniejszając jej lepkość, ułatwiając tym samym zakładanie rękawic.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie doprecyzował powłoki wewnętrznej, oczekuje ułatwiającej zakładanie, wymagania pozostają bez zmian.

**Pytanie 97 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, będący produktem biobójczym o natychmiastowym i przedłużonym działaniu oparty o mieszaninę alkoholu powyżej 75g/100g w tym etanol (80,5%) propanol (8%) i niewielką ilość chlorku didecylodmetyloamionowego i fenoksyetanolu, z zawartością substancji pielęgnujących m.in. gliceryną, pantenolem, bez chlorheksydyny, jodu, o potwierdzonej skuteczności biójczej zgodnie z obowiązującymi normami odpowiednio dla higienicznej dezynfekcji rąk (EN 1500) w czasie 30 sek., dla chirurgicznej dezynfekcji rąk (EN 12791) w czasie 1,5 minuty spektrum działania: B (PN EN 13727), V (PN EN 14476 Polio, Adeno, Noro) Tbc (PN EN 13727 M.terrae, M.avium) F (PN EN 13624 Candida albicans,) w opakowaniach a' 500ml z fabrycznie zamontowaną pompką dostarczoną w ramach pakietu? Preparat będący przedmiotem pytania został przetestowany przez Zamawiającego w ramach umowy przetargowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 98 dot. pakietu nr 12 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski elastycznej w rozmiarze 15cmx5m z 1 zapinką.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 99 dot. pakietu nr 23 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie waty opatrunkowej o następującej zawartości: bawełna 30%, wiskoza 70%.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 100 dot. pakietu nr 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy mikrochirurgicznej półsyntetycznej bezpydrowej: trójwarstwowej, lateksowo-nitrylowej o wewnętrznej warstwie 100% nitrylu, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkownika naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Długość min. 282 mm w zależności od rozmiaru, zawartość protein <50µg/g.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 101 dot. pakietu nr 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do zabiegów mikrochirurgicznych lateksowych bezpydrowych o parametrach nieznacznie innych niż lateksowych bezpydrowych o parametrach nieznacznie innych niż opisane przez Zamawiającego: długość min. 280 mm w zależności od rozmiaru, wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 9 N, mankiet rolowany bez strefy adhezyjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**Pytanie 102 dot. pakietu nr 26**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości na palcu 0,23mm dla rękawic neoprenowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 103 dot. pakietu nr 26**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z zewnątrz antypoślizgowych, wewnątrz silikonowanych z dodatkowym pokryciem przeciwbakteryjnym CPC.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie doprecyzował powłoki wewnętrznej, oczekuje ułatwiającej zakładanie, wymagania pozostają bez zmian.

**Pytanie 104 dot. pakietu nr 27**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych do zabiegów ortopedycznych lateksowych bezpudrowych ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych. Kształt w pełni anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Grubość pojedynczej warstwy

warstwy na palcu min.  $0,32 \pm 0,01$  mm. Wyrób kat. III, klasa IIa. Zgodny z normą EN 455. Długość min. 292-295 mm w zależności od rozmiaru. Rozmiary 6,0-9,0. Zgodne z ASTM F1671. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankieta fartucha operacyjnego. Powierzchnia antypoślizgowa

Powierzchnia antypoślizgowa na całej powierzchni, idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności. Kolor brązowy matowy, antyrefleksyjny, zawartość protein < 50 µg/g, AQL 0,65, wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 24 N.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **20 lutego 2020 r.**, w następujący sposób:

1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1 „Ofertę wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje](http://www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje) wybierając przedmiotowe postępowanie **w terminie do dnia 20 lutego 2020 r., do godz. 10:00**”

ust. 2 „Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 093 za pomocą platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert”.

W związku z powyższymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy). Aktualny załącznik dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego [www.copernicus.gda.pl](http://www.copernicus.gda.pl).

Z poważaniem

  
WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka