



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 15.09.2022r.

Znak: ZP.26.2.43.2022.1

***Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania ofertowego
pn. "Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
dla ZZOZ w Wadowicach"***

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, przekazuje zapytania od Dostawców dotyczące treści zapytania ofertowego pn „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach”, znak: ZP.26.2.43.2022 i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z regulatorem przepływu z regulacją przepływu od 5-250 ml/h o długości drenu 145cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** i pozostawia zapisy Zapytania ofertowego bez zmian.

Pytanie 2 Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z regulatorem przepływu z regulacją przepływu od 2-350 ml/h o długości drenu 155cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** i pozostawia zapisy Zapytania ofertowego bez zmian.

Pytanie 3 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w poz. 1 dopuści aspirator endometrialny z jednym otworem bocznym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** i pozostawia zapisy Zapytania ofertowego bez zmian.

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 0-250 ml/h z długością drenu 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy Zapytania ofertowego bez zmian.

Pytanie 5 Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw z precyzyjnym regulatorem przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) oraz 5-200 ml/h (dla gęstości 40%)?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy Zapytania ofertowego bez zmian.

Pytanie 6 Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy Zapytania ofertowego bez zmian.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert **ulega zmianie**. Ofertę należy przesłać **do dnia 19.09.2022r. do godziny 10.00** za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

Proszę o **niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma**.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x Dostawcy (e-mail)

1 x a/a.