

Łódź, 18 czerwca 2021 r.

Sygnatura ZP/37/2021

Sprawa: **Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem drukarek do szkiełek mikroskopowych i drukarki do kasetek histopatologicznych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.**

- I. Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

„Załącznik nr 2 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – 3 szt.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu drukarki do szkiełek mikroskopowych zał. nr 1 do SWZ. Umieszczenie w jednym pakiecie w/w drukarki razem z drukarką laserową do kasetek jest ograniczeniem konkurencji tylko i wyłącznie do jednego dostawcy. Zgodnie z naszą wiedzą tylko i wyłącznie jeden dostawca firma ELEKTRO MED Grzegorza Pałkowski, który jest wyłącznym dystrybutorem produktów FATECH na terenie Polski, posiada w swojej ofercie drukarkę do kasetek pracującą w technologii laserowej. Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który przekłada się na faktyczny monopol jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 29 ust. 2 ustawy PZP.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:

„Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 1.8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki z podajnikiem grawitacyjnym na 100 szkiełek mikroskopowych wyposażonej w rolkowy system transferu szkiełka podczas wydruku.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza większą liczbę szkiełek niż wskazana w Przedmiocie zamówienia – zał. nr 2 do SWZ – poz. 1 pkt 8.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ, poz. 1 - Drukarka do szkiełek mikroskopowych, pkt 8 poprzez dopisanie sformułowania: „co najmniej”, co powoduje, że pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Podajnik grawitacyjny na co najmniej 72 szkiełka – minimalizuje ryzyko zacięcia się szkiełka w urządzeniu podczas druku.”

Pytanie nr 3:

„Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 1.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki z maksymalnym czasem nadruku jednego szkiełka do 6,7 s?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4:

„Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 1.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki pracującej przy użyciu taśm termotransferowych o wydajności do 5000 szt. szkiełek?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5:

„Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 1.16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki bez ekranu dotykowego wyposażoną w zewnętrzną stację sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6:

„Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 1.17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki bez możliwości bezpośredniego podłączenia wi-fi wyposażoną w zewnętrzną stację sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni, która jest wyposażona w łącze bezprzewodowe wi-fi?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7:

„Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 1.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki wyposażonej w jeden port USB służący do bezpośredniej komunikacji z zewnętrzną stacją sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8:

„Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 1.19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki o wymiarach:

- Szerokość: 179,8 mm
- Głębokość: 319,5 mm
- Wysokość: 218,4 mm”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9:

„Załącznik nr 2 do SWZ

W przypadku braku zgody na pytanie nr 1 o wydzielenie drukarki do szkiełek mikroskopowych do osobnego pakietu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek pracującej w oparciu o technologię termotransferową.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10:

„Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 2.13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki z sześcioma podajnikami na kasetki histopatologiczne bez konieczności wymiany podajników z funkcją automatycznego poboru kasetki do wydruku z dowolnie wybranego podajnika. Zaproponowane rozwiązanie jest dużo bardziej korzystne dla Użytkownika i zapewnia najwyższy komfort pracy nawet przy bardzo dużej ilości przeprowadzanych badań dziennie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11:

„Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 2.15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki wyposażonej w filtr HEPA dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa pracy Użytkownika.

– pozostałem wyszczególnione w SWZ parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12:

„załącznik nr 3 do SWZ – drukarka do kasetek – poz. 2.19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek o wymiarach:

- Szerokość: 380 mm
- Głębokość: 420 mm
- Wysokość: 395 mm

Zaproponowana drukarka ma budowę kompaktową co przekłada się na ergonomię pracy oraz brak potrzeby dużej ilości miejsca na blacie roboczym.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Wszelkie zmiany wprowadzone do Przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do SWZ, jako obligatoryjne muszą być podstawą do przygotowania oferty przez Wykonawców.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Składanie ofert:	23.06.2021 r. do godz. 09:30.
Otwarcie ofert:	23.06.2021 r. o godz. 10:00.

Z-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi