



INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa nowego autoklawu dla Wydziału Nauk o Zdrowiu – Katedra Kosmetologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści SIWZ w imieniu Zamawiającego (Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu) udzielam następujących odpowiedzi i modyfikuję treść SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie posiadający programu czyszczenia? Programy tego typu używane są w myjniach-dezynfektorach, a nie w sterylizatorach parowych, w których wsad umieszczany jest zazwyczaj w opakowaniach papierowo-foliowych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju fazy powinien zawierać program czyszczenia wymieniony w SIWZ i zgodnie z jaką normą powinien być przeprowadzany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że program czyszczący to program, który jest przeznaczony do czyszczenia przewodów w autoklawie. Jest opcją kontrolnego systemu czyszczenia wewnętrznego autoklawu. Uruchamiany systemem dźwiękowym w momencie powstania zanieczyszczenia wewnątrz przewodów w autoklawie. Zamawiający nie dopuszcza dostawy autoklawu bez programu czyszczenia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w nowoczesny, wyświetlacz LCD, na którym prezentowane są najważniejsze dane dotyczące urządzenia (wybrany program, aktualna faza programu, temperatura w komorze, ciśnienie w komorze itp.). Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z opisanym w SIWZ. Wymaganie aby autoklaw był wyposażony w wyświetlacz o konkretnych wymiarach jednoznacznie wskazuje na konkretne urządzenie, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne wymiary wyświetlacza.



Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę sterylizacyjną o pojemności 18l i wymiarach 236 x 381mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o innych wymiarach. Zgodnie z SIWZ - średnica komory 25 cm, głębokość komory 35 cm, pojemność komory 18 l.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej pisząc o pojemności komory ze stali nierdzewnej?
Czy Zamawiający ma na myśli aby zaoferowany autoklaw wyposażony był w komorę wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że popełnił omyłkę pisarską. Winno być: Materiał komory wykonany ze stali nierdzewnej.

Zamawiający informuje, że termin, godziny składania i otwarcia ofert zostają bez zmian.

Rektor

/-/

dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
prof. PWSZ w Kaliszu

