

LAS-290/1-PN/98-2019

Rybnik, dnia 05.11.2019 r.

**Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1**

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

**dostawy wyrobów medycznych** (zamówienie nr LAS-290-PN/98-2019)  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 11.10.2019 r., nr 2019/S 477950-276829

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 w pozycji 1** wymaga, aby zestaw ratunkowy był wyposażony w dren z prowadnicą do ukształtowania, ze znacznikiem potwierdzającym jej właściwe położenie w drenie.”

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 w pozycji 1** wymaga, aby zestaw ratunkowy był wyposażony w opakowanie szwów, sterylną serwetę umożliwiającą użycie w warunkach poza-szpitalnych oraz pasek na ramię?”

**Odpowiedź 1-2:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w formularzu cenowym.

**Pytanie 3:** „Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem chłonnym 60x200cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 4:** „Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 5:** „Pakiet 10, pozycja 5-7

*Czy Zamawiający dopuści myjki zarejestrowane, jako produkt kosmetyczny?”*

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 6:** „Pakiet 10, pozycja 6

*Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby myjki były antybakteryjne?”*

**Odpowiedź 6:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 7:** „Pakiet 10, pozycja 9

*Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby czepek był antybakteryjny?”*

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 8:** „Pakiet 10, pozycja 8-9

*Czy Zamawiający dopuści czepki zarejestrowane, jako produkt kosmetyczny?”*

**Pytanie 9:** „Pakiet 10, pozycja 10

*Czy Zamawiający dopuści piankę zarejestrowaną, jako produkt kosmetyczny?”*

**Odpowiedź 8-9:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Pytanie 10: „Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o objętości worka 1800 ml, objętości oddechowej 1060 ml, z uchwytem na rękę do stabilizacji, zastawką bezpieczeństwa 60 cm H<sub>2</sub>O, rezerwar tlenu o pojemności 1700 ml, bez portu do podawania tlenu, z drenem tlenowym min. 2m?”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 11: „Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków i małych dzieci o objętości worka 550 ml, objętości oddechowej 170 ml?”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 12: „Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy pediatryczny o objętości worka 320 ml, objętości oddechowej 140 ml, z uchwytem na rękę do stabilizacji, zastawką bezpieczeństwa 60 cm H<sub>2</sub>O?”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 13: „Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 6**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści filtr stosowany w anestezjologii i OIT filtr antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na linie, pakowany pojedynczo papier/folia? Pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg skuteczności w środowisku wilgotnym stosuje tylko i wyłącznie jeden producent filtra opisanego w SIWZ, a którego skuteczność w porównaniu ze skutecznością filtracji bakterii i wirusów w powietrzu (Airborne Bacterial/Viral Removal Efficiency- parametru standardowo używanego przez producentów filtrów) jest tysiąc razy mniejsza od powyżej zaproponowanego filtra i wynosi jedynie 99.999%

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



(potwierdzeniem są oficjalne dokumenty z parametrami filtra, które opisuje Zamawiający). W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkownika, ani na jakość oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.

**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwagi na brak możliwości technicznych zmiany ilości pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publikowanym w UPUE

**Pytanie 14:** „**Pakiet 10, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści myjkę do ciała w formie owalnej rękawicy, nasączona jednostronnie środkami myjącym o neutralnym PH 5,5, o gramaturze 100g/m2 przednia część pokryta środkiem myjącym / 70g/m2 część tylna bez środka myjącego produkowana zgodnie ze Standardami:

EN ISO 13485:2012  
EN ISO 14971:2012  
EN 980:2008  
EN 1041:2008  
EN ISO 15223-1: 2012  
EN ISO 10993-1: 2009  
EN ISO 10993-5: 2009  
EN ISO 10993-10: 2009  
EN 62366:2008  
93/42/EC  
2007/47/EC

Posiadająca potwierdzenie tylko w Deklaracji zgodności CE, ?”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 15:** „**Pakiet 10, pozycja 3-** Czy zamawiający odstąpi o wymogu myjka „ posiadająca czystość mikrobiologiczną, potwierdzoną badaniami nie starszymi niż z 2013 roku na brak Pseudomonas aeruginosa, candida albicans, staphylococcus aureus oraz escherchia coli?”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

**Pytanie 16:** „**Pakiet 10, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści jednorazową myjkę pakowaną po 20 sztuk z przeliczeniem ilości ?”

**Odpowiedź 16:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjek pakowanych a 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272





**Pytanie 17:** „**Pakiet 10, pozycja 4-** Czy zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30 x 33 cm, gramatura 55g/m<sup>2</sup>, grube?”

**Odpowiedź 17:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 18:** „**Pakiet 10, pozycja 4-** Czy zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała opakowanie 50 sztuk z przeliczeniem ilości pakowane z zgrzewanej folii?”

**Odpowiedź 18:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ściereczek pakowanych a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

**Pytanie 19:** „**Pakiet 10, pozycja 5-** Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukania oraz namaczania, rozmiar 20 x20 cm, zawierający w składzie min. dimetikon, PG-dimoniowego, D-pantenol, diglukonian chlorheksydyny, Vitamina E, prowitamina B5, opakowanie a 12 sztuk z przeliczeniem ilości, tylko zapachowe, wyrób kosmetyczny?”

**Odpowiedź 19:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

**Pytanie 20:** „**Pakiet 10, pozycja 5-** Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania rozmiar 33cmx 22cm, skład m.in. Bis-Peg/PPG-20 dimetikon, polysorbate 20, disodium EDTA, Capryl, tylko niezaoachowe, wyrób kosmetyczny, opak' a 8 sztuk z przeliczeniem ilości ?”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji. Dodatkowo zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjek pakowanych a 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

**Pytanie 21:** „**Pakiet 10, pozycja 6-** Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukania oraz namaczania, rozmiar 20 x20 cm, zawierający w składzie min. dimetikon, PG-dimoniowego, D-pantenol, diglukonian chlorheksydyny, Vitamina E, prowitamina B5, opakowanie a 12 sztuk z przeliczeniem ilości, tylko zapachowe, wyrób kosmetyczny?”

**Odpowiedź 21:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

**Pytanie 22:** „**Pakiet 10, pozycja 6-** Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania rozmiar 33cmx 22cm, skład m.in. Bis-Peg/PPG-20 dimetikon, polysorbate 20, disodium EDTA, Capryl, tylko niezaoachowe, wyrób kosmetyczny, opak' a 8 sztuk z przeliczeniem ilości ?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Odpowiedź 22:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjek pakowanych a 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

**Pytanie 23:** „**Pakiet 10, pozycja 7-** Czy zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagająca spłukiwania oraz nasączone , zawiera w składzie m.in. dimetikon, PG-dimnioniowego, D-pentanol, diglukonian chlorheksydyny , witamina E, prowitamina B5 , tylko zapachowa, wyrób kosmetyczny, opak 10 sztuk, zgodnie z przeliczeniem ilości, pakowany pojedynczo ?”

**Odpowiedź 23:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjek pakowanych a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

**Pytanie 24:** „**Pakiet 10, pozycja 8-** Czy zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia nasączony substancjami myjącymi, oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia ani spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. dimetikon, PG-dimnioniowego, D-pentanol, diglukonian chlorheksydyny , witamina E, prowitamina B5, wyrób kosmetyczny, pakowany pojedynczo ?”

**Odpowiedź 24:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepka pakowanego pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

**Pytanie 25:** „**Pakiet 10, pozycja 9-** Czy zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia nasączony substancjami myjącymi, oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia ani spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. dimetikon, PG-dimnioniowego, D-pentanol, diglukonian chlorheksydyny , witamina E, prowitamina B5, wyrób kosmetyczny, pakowany pojedynczo ?”

**Odpowiedź 25:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 26:** „**Pakiet 10, pozycja 10-** Czy zamawiający dopuści piankę oczyszczającą do skóry pacjenta z nietrzymaniem moczy oraz kału, ochronna dla skóry o pojemności 500 ml, bez pola do opsi pacjenta . Zawierająca w składzie m.in. kwas mlekowy naturalny składnik , który wygładza i reguluje odnowę, biokompleks o działaniu odżywczym i łagodzącym podrażnienia, sindor- środek pochodzenia naturalnego pochłaniający nieprzyjemny zapach?”

**Odpowiedź 26:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 27:** „**Pakiet 12, pozycja 2-3-** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 12 pozycję 2-3 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .”

**Odpowiedź 27:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwagi na brak możliwości technicznych zmiany ilości pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publikowanym w UPUE.

**Pytanie 28:** „**Pakiet 12, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści rękojeść laryngoskopu światłowodowego, bateria 2xC , rękojeść bez kartridża, gwarancja 3 lata?”

**Odpowiedź 28:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

**Pytanie 29:** „**Pakiet 12, pozycja 6-** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 12 pozycję 6 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .”

**Odpowiedź 29:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwagi na brak możliwości technicznych zmiany ilości pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publikowanym w UPUE.

**Pytanie 30:** „**Pakiet 12, pozycja 6-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, pakowany pojedynczo , oryginalne opakowanie producenta gwarantujące szczelność, data ważność i numer serii na opak. Jednostkowym, opakowanie papier/folia o następujących parametrach :

-skuteczność filtracji bakteryjnej [%] 99.999

-skuteczność filtracji wirusowej [%] 99.999

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



- waga [g] 30 g
- przeźroczność martwa [ml] 30 ml
- objętość płuwowa [ml] 150-1500ml
- posiadający port do kapnografii
- oporność przy 30l/min [hPa] wynosi 1.0
- łącznik prosty
- złącze : 22M/15F-22F/15M?"

**Odpowiedź 30:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

**Pytanie 31:** „**Pakiet 12, pozycja 14** - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 12 pozycję 14 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części

pozwole na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

**Odpowiedź 31:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwagi na brak możliwości technicznych zmiany ilości pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publikowanym w UPUE.

**Pytanie 32:** „**Pakiet 18, pozycja 1**- Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowych dla dorosłych objętości 1500 ml, objętość wyrzutowa > bądź równa 600ml, zawór ograniczający 60cmH<sub>2</sub>O, rezerwuar tlenu o poj. 2000ml, bez portu do podawania leku ?

**Odpowiedź 32:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu wymogu drenu tlenowego min. 2m. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 33:** „**Pakiet 18, pozycja 2**- Resuscytator jednorazowy dla noworodków i małych dzieci objętość wyrzutowa > bądź równa 10 ml , objętość resuscytatora 280ml, zawór ograniczający 40 cmH<sub>2</sub>O, rezerwuar tlenowy 1600 ml?

**Odpowiedź 33:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 34:** „**Pakiet 18, pozycja 3**- Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy pediatryczny, objętość wyrzutowa > bądź równa 150 ml, zawór ograniczający 40 cm H<sub>2</sub>O , objętość resuscytatora 550 ml, pojemność 1600 ml ?

**Odpowiedź 34:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288


Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272







w kolumnie „cena jednostki miary netto” cena musi dotyczyć tej jednostki. Nie dopuszcza się zmiany jednostki miary (np. z „szt.” na „opakowanie” lub odwrotnie).

**Pytanie 41:** „Pakiet 12, poz. 22

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2 litrowy – 14 –dniowy w systemie zamkniętym ,jałowy, posiada kranik spustowy Free Flo, wyposażony w zastawkę przeciwwrotną, komorę kroplową (typu Pasteur'a), filtry antibakteryjne, wyposażony w port do pobierania próbek, zakładka na kranik spustowy, zintegrowany system podwieszania, szeroki dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewnia swobodny i skuteczny odpływ moczu, dren o dł. minimum 100 cm?”

**Odpowiedź 38:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym

wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 42:** „Pakiet 12, poz. 23

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l z możliwością stosowania do 7 dni u pacjenta, system zamknięty, jałowy, posiada odpływ spustowy Cross Valve, dren 110 cm z klamrą, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika, dokładny z podziałką co 25 ml, pojemność 2000 ml?”

**Odpowiedź 42:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 43:** „Pakiet 12, poz. 23

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l z możliwością stosowania do 7 dni u pacjenta, system zamknięty, jałowy, posiada odpływ spustowy Cross Valve, dren 100 cm bez klamry, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika, z podziałką po 50 ml, pojemność 2000 ml?”

**Odpowiedź 43:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 44:** „Pakiet 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dla rozm. 0 oraz 1 łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



wykonana ze stali nierdzewnej o matowym ciemnym wykończeniu, które redukuje powstawanie świetlnych refleksów, kompatybilna z rękojęciami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymałe mocowanie łożki do rękojęci za pomocą dwóch łożysk kulkowych, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne światło, osłonięty, doświetlający wewnątrz jamy ustnej i gardło; włókna światłowodu w całości osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte czarnym płaszczem z tworzywa.”

**Odpowiedź 44: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.**

**Pytanie 45:** „Pakiet 12, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$ ,  $\geq p/wirusowej 99,9999\%$ , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 99,764\%$ , walidowany w kierunku *Mycobacterium Tuberculosis*,

Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 96 ml, opory przepływu 2,5 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,1 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 34 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H<sub>2</sub>O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 300-1500 ml, waga 49 g, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny.”

**Odpowiedź 45: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 46:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,999\%$ ,  $\geq p/wirusowej 99,99\%$ , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 99,992\%$ , walidowany w kierunku *Mycobacterium Tuberculosis*, przestrzeń martwa: 66 ml, opory przepływu 2,4 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,1 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 32 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H<sub>2</sub>O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 200-1500 ml, waga 36 g, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny.”

**Odpowiedź 46: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku**  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 13.11.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

1. strona internetowa/platforma zakupowa.
2. aa.

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272

**BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**