

Łódź, dnia 18 października 2023r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU "POWOŁANIE I URUCHOMIENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BIO-MAS"** – Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/38/2023



Odpowiedzi na pytania wykonawców



1. Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - zwanej dalej: ustawa Pzp) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1 - dotyczy części 2 - komora klimatyczna

Prosimy o podanie dokładnych informacji odnośnie docelowego miejsca dostawy komory (piętro, szerokość klatki schodowej, czy jest winda czy też schody, wielkość otworów drzwi) istotne do oszacowania kosztów dostawy. pytanie dotyczące terminu realizacji dostawy punkt 6 SIWZ Zamawiający pisze 60 dni jednak nie później niż 10 grudnia. Rozstrzygnięcie postępowania w terminie koniec listopada może uniemożliwić

zabezpieczenie czasu sprzedającemu na sprowadzenie o zorganizowanie transportu. W jaki sposób zamawiający zapewni oferentów, i zabezpieczy wystarczający czas na realizację dostawy. Jest to minimum 3-4 tygodnie od zamówienia

Ad. 1.

Miejsce docelowe to 2 piętro, wejście po schodach, szerokość klatki schodowej: 137 cm, otwory drzwiowe: szerokość 122 cm, wysokość 203 cm . Podjazd przy rampie.

Pytanie nr 2 – dotyczy części nr 4 – wirówka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rotora o parametrach 6,384xg i 4500 rpm przy zastosowaniu naczyń 6x1L oraz 3,848xg i 3500 rpm przy zastosowaniu naczyń 6x2L?

Ad. 2

Tak.

Pytanie nr 3 – dotyczy części nr 4- wirówka

Czy Zamawiający pod pojęciem „z dwoma kompletami butelek do rotora” wymaga aby dostarczyć 2 komplety butli 2L i dwa komplety butli 1L wraz z pokrywkami do nośników do rotora tam gdzie to możliwe?

Ad. 3.

Tak.

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje opis Arkusza asortymentowo-cenowego w zakresie udzielonych odpowiedzi w części nr 4 i załącza jego ujednoliconą treść.

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Łódzki Instytut Technologiczny