

**\*SPECYFIKACJA TECHNICZNA\*****Giętki wideoendoskop intubacyjny z wyposażeniem – 1 zestaw.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Giętki wideoendoskop intubacyjny z wyposażeniem fabrycznie nowy, rok produkcji 2021.	TAK	TAK
2.	Producent.	podać	Karl STORZ, TechMed
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	Giętki wideoendoskop intubacyjny 5,5x65 / CMOS, TELE PACK+, z wyp.
4.	Klasa wyrobu medycznego	podać	I, IIa
5.	Możliwość sterylizacji w autoklawie plazmowym.	TAK	TAK
II.	Parametry:		
1.	Średnica zewnętrzna 5,5 mm.	TAK	TAK
2.	Średnica kanału roboczego 2,1 mm.	TAK	TAK
3.	Wygięcie końcówki roboczej 140°/140°.	TAK	TAK
4.	Kierunek patrzenia 0°.	TAK	TAK
5.	Długość robocza 65 cm.	TAK	TAK
6.	Przetwornik obrazu w końcówce dystalnej typu CMOS.	TAK	TAK
7.	Zintegrowane źródło światła LED.	TAK	TAK
III.	Wyposażenie:		
1.	Monitor z ekranem o przekątnej min.: 7” i rozdzielczości min.: 1280x800. Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. Możliwość dokumentacji zdjęć i filmów. Zapis na karcie SD (w zestawie). lub Monitor z ekranem o przekątnej min.: 18” i rozdzielczości Full HD. Zasilanie 230V, 50Hz. Możliwość dokumentacji zdjęć i filmów w pamięci wewnętrznej urządzenia min.: 45 GB i w pamięci typu Pen Drive.	TAK, podać	TAK, Monitor z ekranem o przekątnej : 18,5” i rozdzielczości Full HD. Zasilanie 230V, 50Hz. Możliwość dokumentacji zdjęć i filmów w pamięci wewnętrznej urządzenia : 50 GB i w pamięci typu Pen Drive.
2.	Stabilny statyw jezdny z wyposażeniem pozwalającym na zamocowanie zaoferowanego monitora i giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego, oraz z metalowym koszem.	TAK	TAK
3.	Walizka ochronna na zaoferowany giętki wideoendoskop intubacyjny.	TAK	TAK
4.	Kontener do sterylizacji i przechowywania zaoferowanego giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego.	TAK	TAK

5.	Tuba ochronna na zaferowany giętki wideoendoskop intubacyjny – 1 opakowanie.	TAK	TAK
IV.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	TAK

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)