

Głogówek, 28.12.2021

Oświadczenie,

Firma Dimeda Instrumente GmbH oświadcza, że oferowane narzędzia chirurgiczne

- Wykonane są z wysokostopowej stali odpornej na korozję zgodnie z normą DIN 58298:2010-09, EN ISO 7153-1:2002 oraz DIN EN ISO 13402.
- Narzędzia oznakowane zgodnie ze standardem GS1: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE, numer LOT.
- Gwarancja na narzędzia chirurgiczne –24 miesiące.
- Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi
- Oferowane narzędzia chirurgiczne, posiadają zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych:
 - haki operacyjne, retraktory, podważki, pincety, kleszczyki, klemy, sztance, imadła bez twardej wkładki – min. 42-47 HRC,
 - nożyczki bez twardej wkładki, dłuta – min. 50-57 HRC
 - nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka min. 42-47 HRC / min. 60-64 HRC,
 - kleszczyki opatrunkowe oraz opinania serwet pola operacyjnego, akcesoria stosowane na sali operacyjnej, instrumenty ginekologiczne (np. wzierniki, skrobaczki) instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne – min. 42-48 oraz 52-58 HRC,
 - mikro-instrumenty – min. 42-47 HRC,
 - imadła z twardą wkładką - min. 42-47 HRC

Medok
ul. Reymonta 7
48-250 Głogówek

Telefon: 77 437 27 06
Fax: 77 546 22 36
E-mail: info@medok.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI 59 1050 1487 1000 0090 7298 9446

www.implantyortopedyczne.eu