

Konin, 16.06.2020r.

WSZ-EP-20/586/2020

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy WSZ-EP-20/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy PAKIET 1 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, wiodącego producenta, z cienkościennym, niskociśnieniowym mankietem w kształcie walca (ciśnienie nacisku rozkłada się na ścianę tchawicy na całej powierzchni mankieta), rurka wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej (otwór zlokalizowany tuż nad mankietem, co zwiększa efektywność usuwania wydzieliny), do przedłużonej intubacji, półtransparentny łącznik 15 mm, możliwość skrócenia rurki, znacznik RTG wzdłuż korpusu rurki. Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm o wyraźnym kodzie kolorystycznym. Rurka posiada korpus o takiej samej trwałości na całej powierzchni, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie, w rozmiarze od nr 6,00 do nr 9 (co 0,5), sterylne. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 1 poz. 3. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Dotyczy PAKIET 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników o przekroju 16G. pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża nie zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.