

**Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu umowy****Narzędzia laryngologiczne**

Lp.	Narzędzia laryngologiczne	Nr kat.	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka Vat	Kwota brutto
Zestaw narzędzi do wykonywania mikrozespołów naczyniowych								
1.	Główny aplikator kompatybilny z pierścieniami, wykonany z tytanu	GEM2740	szt.	1	8000,00 zł	8000,00 zł	8%	8640,00 zł
2.	Pęseta o długości 18 cm służące do nanizania ścianek naczynia na pierścienie, wykonane ze stali chirurgicznej	GEM4183C	szt.	2	2000,00 zł	4000,00 zł	8%	4320,00 zł
3.	Przymiar do mierzenia średnicy zewnętrznej naczyń, wykonany ze stali chirurgicznej	GEM2749	szt.	1	2000,00 zł	2000,00 zł	8%	2160,00 zł
4.	Imadło wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 140 mm, szerokość uchwytu 8mm, średnica końcówki roboczej 0,4 mm, delikatnie zakrzywiona, uchwyt płaski, powierzchnia uchwytu karbowana	C-14	szt.	1	3139,00 zł	3139,00 zł	8%	3390,12 zł
5.	Pojemnik do sterylizacji i przechowywania narzędzi	2745	szt.	1	2000,00 zł	2000,00 zł	8%	2160,00 zł

**Parametry techniczne**

1. Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2022.
2. Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk), skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium.
3. Oferowane narzędzia powinny cechować: narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta).

Zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych Grupy narzędzi :

- haki operacyjne, retraktory, podważki, pincety, kleszczyki, klemy, sztance, imadła bez twardej wkładki – min. 42 – 47 HRC
- nożyczki bez twardej wkładki, dłuta – min. 50 – 57 HRC
- nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC
- mikro-instrumenty - min. 42 – 47 HRC

4. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE oraz deklarację zgodności CE zgodną z dyrektywą unijną dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EEC . Musi posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679)

5 . Narzędzia muszą posiadać możliwość : --mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH), -dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH), - sterylizacji (parowa w autoklawach 134C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51C)

6. Każdy zaoferowany element specyfikacji asortymentowo-cenowej musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona dołączonym do oferty certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych.

7. Wykonawca dysponować będzie działem regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności, regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

#### **Treść oświadczenia Wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Poznań, dn. 24 maja 2022r.

*Jakub Stawarz – pełnomocnik*

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym lub  
posiadających pełnomocnictwo

*[kwalifikowany podpis elektroniczny  
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy]*