

**Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **y- konektor z adapterem rotacyjnym**, zwanych dalej wyrobami.
  2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:  
dostarczać wyroby niezwłocznie w terminie do 3 **dni roboczych** od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [kardiologia.acp@bbraun.com](mailto:kardiologia.acp@bbraun.com).
  3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
  4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
  5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
  7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7	Wartość brutto 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Y konektor typu muszelka z adapterem rotacyjnym i podwójną silikonową zastawką hemostatyczną, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem; Możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, system push push (mechanizm zaciskowy: zwolnienie/blokada); możliwość pracy i manewrowania przewodnikiem przy zamkniętej zastawce (przewodnik nie przechodzi przez przycisk); boczny port zintegrowany z drenem zakończonym kranikiem trójdrożnym o dł. 20 cm; średnica przejścia 9F (0,118"); ergonomiczny kształt.	szt.	300	45,00 zł	13 500,00 zł	8%	48,60 zł	14 580,00 zł	B. BRAUN / Zestaw do PTCA 3 / PL4000268
RAZEM :					13 500,00 zł				14 580,00 zł

Sporządziła Paulina Plucińska