

**ZMIANACH**

**Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **maska ochronna, strzygarka chirurgiczna, ostrza uniwersalne oraz podkłady defibrylacyjne** zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ..... lub poczty elektronicznej na adres e-mail: 3M.PremiumCustomer.PL@mmm.com
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

## Arkusz2

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość szt	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4	Wartość brutto 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Maska ochronna, Do zastosowań w środowisku medycznym, zgodna z klasyfikacją FFP3, NR, D, bez zaworu, trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu. Trójpanelowa składana konstrukcja pozwalająca na większą ruchomość twarzy, wygodę oraz łatwość przechowywania. Maskę winna spełniać wymagania normy EN14683 typ IIR lub równoważnej oraz wymagania normy EN149 lub równoważnej.</p> <p>Efektywność filtrowania min 98%, odporność na rozpryski <math>\geq 120</math> mmHg.</p> <p>Włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie 1,13 <b>LUB</b> 0,64 mbar dla przepływu 95 l/min.</p> <p>Maska powinna posiadać klapy o pod brodą ułatwiającą zakładanie, regulację oraz w celu uzyskania komfortowego dopasowania. Taśmy na głowie wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe.</p>	szt.	2 400	15,00	36 000,00	8%	16,20	38 880,00	3M™ Aura™, FFP3, typ IIR, 1863+

# Arkusz2

2.	<p>Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą z wymiennymi ostrzami.</p> <p>Bezprzewodowa. Strzygarka chirurgiczna stosowana do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi, może być stosowana do usuwania wszystkich typów włosów (grubych, cienkich, gęstych i rzadkich) zarówno suchych jak i mokrych, a także do delikatnych okolic ciała. Możliwość dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie, wodoodporna.</p> <p>Strzygarka wyposażona w pięciostopniowy wskaźnik naładowania baterii, akumulator strzygarki litowo-jonawy (LI-Ion) wielokrotnego ładowania.</p> <p>Posiadająca zabezpieczenie przed przeładowaniem.</p> <p>Strzygarka posiada przycisk do bezdotykowego zwolnienia ostrza.</p> <p>Zapewnia 160 min pracy po pełnym naładowaniu baterii.</p> <p>Czas ładowania 3h.</p> <p>W komplecie wraz z ładowarką zawierającą przewód elektryczny.</p>	szt.	10	2,00	20,00	8%	2,16	21,60	<p>3M™</p> <p>Profesjonalna strzygarka chirurgiczna, nr kat. 9681 + 3M™</p> <p>Ładowarka stojąca do strzygarki model 9681, nr kat. 9683</p>
----	---	------	----	------	-------	----	------	-------	---

## Arkusz2

3.	Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku o szerokości 4,7 cm, szerokość cięcia 3,64. Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome. Konstrukcja minimalizująca ryzyko uszkodzenia skóry. Posiadające widoczny numer seryjny bezpośrednio na każdym ostrzu. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze a'50 szt. Ostrza kompatybilne ze strzygarką z pozycji 2	szt.	4 000	7,04	28 160,00	8%	7,60	30 412,80	3M™ Jednorazowe ostrze do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą (model 9681), nr kat. 9680
4.	Podkłady defibrylacyjne: - podkłady defibrylacyjne jednorazowego użytku, samoprzylepne, - 2 sztuki w pojedynczym opakowaniu - certyfikowane w zakresie odpowiedniego przewodzenia prądu. - rozmiar minimalny 11x11 cm.	op.	4 500	9,50	42 750,00	8%	10,26	46 170,00	3M™ Podkłady defibrylacyjne, 2345N
					<b>RAZEM:</b>	<b>106 930,00</b>			<b>115 484,40</b>

**\* wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania jednostki miary oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie jednostki, której nie oferuje.**