

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani, CHRISTEYNS SA z siedzibą przy ulicy de la Maladrie 31, 44124 VERTOU, Francja, potwierdzamy, że produkt PHAGOCIDE D może być używany do manualnej i półautomatycznej dezynfekcji endoskopów, narzędzi chirurgicznych i sprzętu termowrażliwego.

Roztwór roboczy PHAGOCIDE D jest stabilny przez czterdzieści pięć (45) dni.

Wcześniej produkt PHAGOCIDE D był deklarowany na czternaście (14) dni stabilności.

Nasze laboratorium przeprowadziło nowe badanie, aby ponownie ocenić stabilność i skuteczność kąpieli w produkcie PHAGOCIDE D. Na tej podstawie możemy teraz stwierdzić 45 dniową stabilności roztworu PHAGOCIDE D.

Ponadto zalecamy maksymalny czas użytkowania 45 dni wraz z potwierdzeniem ważności [aktywności] roztworu środka dezynfekującego poprzez regularne sprawdzanie glutaraldehydu za pomocą pasków testowych.

Napisano w Vertou, dnia 4 lutego 2019 r.

[pieczęć CHRISTEYNS France S.A.]

[podpis nieczytelny]
Olivier COTTRON
Specjalista Naukowy