

Opis przedmiotu zamówienia

Oferowany model lampy rtg: **ALTA750**
 Producent lampy rtg: **Richardson Electronics**
 Kraj producenta lampy rtg: **USA**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienie	Warunki wymagane	Potwierdzić
1.	Lampa rtg kompatybilna z tomografem komputerowym TSX-101A (AQUILION RXL) w konfiguracji TSX-101A/UC, nr seryjny UCA 1292022 marki Toshiba	TAK	TAK
2.	Lampa rtg fabrycznie nowa, nieużywana, produkcji nie starszej niż 2022r.	TAK	Podać rok prod. TAK, rok produkcji 2022 r.
3.	Przewód wysokiego napięcia fabrycznie nowy i kompatybilny z tomografem komputerowym TSX-101A (AQUILION RXL) w konfiguracji TSX-101A/UC, nr seryjny UCA 1292022 marki Toshiba	TAK	TAK
4.	Wymiennik ciepła fabrycznie nowy i kompatybilny z tomografem komputerowym TSX-101A (AQUILION RXL) w konfiguracji TSX-101A/UC, nr seryjny UCA 1292022 marki Toshiba	TAK	TAK
5.	Lampa rtg, przewód wysokiego napięcia, wymiennik ciepła oraz akumulatory do UPS w pełni kompatybilne z oprogramowaniem, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi w/w systemu tomografu komputerowego	TAK	TAK
6.	Wykonanie kalibracji aparatu po wymianie lampy rtg	TAK	TAK
7.	Wykonanie testów specjalistycznych i odbiorczych po instalacji lampy rtg	TAK	TAK
8.	Wymiana przewodu wysokiego napięcia	TAK	TAK

9.	Wymiana wymiennika ciepła	TAK	TAK
10.	Wymiana kompletu akumulatorów w UPS tomografu	TAK	TAK